

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ตู้แช่เก็บยาและเวชภัณฑ์ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 1,350 ลิตร  
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้แช่เก็บยาและเวชภัณฑ์ 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 1,350 ลิตร จำนวน 2 ตู้  
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

1. **ความต้องการ** ตู้แช่เก็บยาและเวชภัณฑ์ 2 ประตูขนาดความไม่น้อยกว่า 1350 ลิตร
2. **คุณสมบัติทั่วไป**
  - 2.1 เป็นตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางการแพทย์
  - 2.2 ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต
3. **คุณสมบัติเฉพาะ**
  - 3.1 เป็นตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 1350 ลิตร
  - 3.2 มีล้อช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้ง่าย พร้อมขาตั้งชนิดปรับความสูงได้
  - 3.3 มีระบบควบคุมความเย็นเป็น FORCE AIR CIRCULATION โดยพัดลมจะหยุดหมุนเมื่อเปิดประตูตู้
  - 3.4 คอมเพรสเซอร์เป็นชนิด HERMETIC COMPRESSOR, SEALED ปิดสนิทโดยสมบูรณ์ เสียงเงียบ และมีประสิทธิภาพสูง
  - 3.5 มีระบบละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติและระเหยกลายเป็นไออัตโนมัติ
  - 3.6 ผนวกกันความเย็นเป็นแบบโพลียูรีเทนโฟมมีขนาดหนาไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร
  - 3.7 มีขนาดตู้ภายนอกไม่น้อยกว่า 1400 x 800 x 1990 มิลลิเมตร ( กว้าง X ลึก X สูง )
  - 3.8 มีจำนวนประตู 2 บาน ตรงกลางทำด้วยกระจกใสชนิดหนาสองชั้นติดกัน ประตูตู้จะติดกลับได้เองเมื่อเปิดค้างไว้ พร้อมกุญแจล็อกประตู
  - 3.9 มีหลอดไฟให้แสงสว่างภายในตู้เป็นชนิดหลอด LED ประหยัดพลังงานถึง 70% พร้อมสวิทซ์ทำงานอัตโนมัติ
  - 3.10 มีชั้นวางของภายในตู้ไม่น้อยกว่า 8 ชั้น สามารถปรับเลื่อนได้ ทำด้วยโลหะไม่สนิม (STAINLESS STEEL )
  - 3.11 ตัวตู้ภายนอกตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนของสนิม ตัวตู้ภายในทำด้วยโลหะไม่สนิม (STAINLESS STEEL )
  - 3.12 มุมขอบตู้ ไม่มีเหลี่ยมมุม
  - 3.13 ปรับตั้งอุณหภูมิได้ 2 องศา ถึง 12 องศา, PRESET 4 C° จากโรงงาน
  - 3.14 ควบคุมการทำงานด้วยระบบ MICROPROCESSOR CONTROL มีน้ำยาทำความเย็นเป็นชนิด CFC FREE
  - 3.15 **มีระบบควบคุมการทำงานดังนี้**
    - 3.15.1 แสดงอุณหภูมิ, อุณหภูมิที่ตั้งไว้, วันที่และเวลา
    - 3.15.2 มี PASSWORD สำหรับปรับตั้ง MENU การใช้งานทั้งของผู้ใช้และช่าง
    - 3.15.3 ใช้ PT 100 PROBE ควบคุมอุณหภูมิของตู้
    - 3.15.4 มีระบบสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียงกรณีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าปกติ, ประตูตู้ปิดไม่สนิท, CONDENSER ผิดปกติ, PROBES ควบคุมอุณหภูมิเสีย, กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และ แบตเตอรี่เสื่อม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(เภสัชกรหญิง นุชบัว)

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
(เภสัชกรหญิงดวงหทัย ดันตียุทธ) (เภสัชกรหญิงโสภา มาลัยพวง)

