

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา : ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว

1. ความต้องการ

เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา : ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว

1.1 ถุงมือสำหรับตรวจโรค เบอร์ XS, SS

1.2 ถุงมือสำหรับตรวจโรค เบอร์ S

1.3 ถุงมือสำหรับตรวจโรค เบอร์ M

1.4 ถุงมือสำหรับตรวจโรค เบอร์ L

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

3. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

3.1 ลักษณะทั่วไป

3.1.1 ลักษณะพื้นผิวของถุงมือเป็นผิวเรียบหรือไม่เรียบบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อกันลื่น

3.1.2 มี peng แบ่งเคลือบผิวเพื่อลดแรงเสียดทานและรวมไส่ง่าย

3.1.3 สีของถุงมือ เป็นถุงมือทางการแพทย์ที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีสีขาวหรือขาวอมเหลือง

3.1.4 ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่ร้าวซึม สีสม่ำเสมอ

3.1.5 ไม่มีการแยกข้างซ้ายและข้างขวา

3.1.6 ปลายขอบของถุงมือ (Cuff termination) อาจตัดขอบหรือม้วนขอบ

3.1.7 เป็นถุงมือตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ

3.1.8 ผ่านการทดสอบเพื่อป้องกันการร้าวซึม

3.2 ขนาดของถุงมือ มีหนังสือแสดงขนาดของมิติ ดังนี้

ขนาด	ความกว้างฝ่ามือ (มิลลิเมตร)	ความยาวไม่ต่ำกว่า (มิลลิเมตร)	ความหนา (ชั้นเดียว) ไม่ต่ำกว่า (มิลลิเมตร)	
			ที่ปลายนิ้วกลาง	ที่กลางฝ่ามือ
XS,SS	≤ 80	230+/-10	0.11	0.08
S	80+/-5	230+/-10	0.11	0.08
M	80-100	230+/-10	0.11	0.08
L	95-115	230+/-10	0.11	0.08

3.3 ผ่านการทดสอบความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด

3.4 การบรรจุ

ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุทึบแสงทนต่อการขันส่องและการเก็บรักษาในสภาพปกติ ขนาดบรรจุ

1 กล่อง บรรจุถุงมือ 50 คู่ หรือ 100 ชิ้น

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 1.....*๒๖๓*..... ประธานกรรมการ

2.....*จตุจักร*..... กรรมการ

3.....*พญ.กานต์ อนันดา*..... กรรมการ

3.5 การแสดงผลลัพธ์

ภาษาที่บรรยายต้องมีฉลากภาษาไทยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.5.1 ชื่อ ชนิด และขนาดของถุงมือยาง

3.5.2 ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้าแล้วแต่กรณี สำหรับถุงมือยางที่นำเข้าให้แสดงสถานที่ผลิตและประเภทผู้ผลิตด้วย

3.5.3 จำนวนถุงมือยางที่บรรจุ

3.5.4 เลขที่หรือตัวอักษรแสดงครั้งที่ผลิต

3.5.5 เลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์

3.5.6 เดือนและปีที่ผลิต และหมดอายุ

3.5.7 ประโยชน์ที่ใช้ วิธีการใช้ คำเตือน และวิธีเก็บรักษา

3.5.8 มีข้อความ “มีแป้ง”

3.5.9 ข้อความ “ใช้ครั้งเดียว” แสดงด้วยอักษรสีแดงที่เห็นชัดเจน

3.6 ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคที่ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีฉลากแสดงข้อความเป็นภาษาได้ดี แต่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.6.1 ชื่อทางการค้าของถุงมือ

3.6.2 เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

3.6.3 จำนวนถุงมือยางที่บรรจุ

3.7 ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข

3.8 ถุงมือที่จะส่งต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

3.9 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

3.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1056 ให้แนบสำเนาใบอนุญาตตั้งกล่าว

3.11 มีการทดสอบความต้านแรงตึง และความยืดหยุ่นตาม ISO 188, ISO 37

3.12 เมื่อตรวจสอบต้องปราศจากทำนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น พองอากาศ สิ่งแปรเปลี่ยนในเนื้อยางของถุงมือยางต้องไม่มีวนกลับขณะใช้งาน

3.13 ไม่มีการเจือสีและแต่งกลิ่น

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 1.....*****.....ประธานกรรมการฯ

2.....*นายพิพัฒน์*.....กรรมการ

3.....*นายพิพัฒน์ อุดมธรรม*.....กรรมการ