

คุณลักษณะเฉพาะ  
ถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 900 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ถุงเก็บเกล็ดโลหิตติดตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 900 ชุด  
มีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นชุดสำเร็จรูประบบปิด (Closed Set) ที่ใช้ในการเจาะเก็บโลหิต สามารถใช้กับเครื่องแยกโลหิตแบบอัตโนมัติ
2. เป็นบรรจุภัณฑ์สะอาดชนิดปิดสนิท
3. มี Diversion Sampling Pouch เพื่อตัดเก็บแบคทีเรียจากผู้บริจาค
3. เป็นชุดเก็บเกล็ดโลหิต พลาสมาหรือเม็ดเลือดแดง ซึ่งสามารถลดเม็ดเลือดขาว โดยมีเม็ดเลือดขาวปนเปื้อนน้อยกว่า  $1 \times 10^6$  cells/ถุง
4. สามารถกำหนดปริมาณของพลาสมาหรือเกล็ดเลือดที่ต้องการได้เพื่อความสะดวกในการเตรียมเกล็ดเลือดให้เพียงพอต่อความต้องการของแพทย์
5. สามารถใช้กับผู้บริจาคที่มีเส้นเลือดได้ทุกขนาด ระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่องแม้อัตราการไหลของเลือดจะต่ำ ซึ่งทำให้สามารถเก็บเกล็ดเลือดได้จากผู้บริจาคทุกคน
6. หลังการเจาะเก็บเกล็ดโลหิต ต้องไม่มีขั้นตอนการเตรียมที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมและผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องเป็นเกล็ดโลหิตพร้อมใช้งาน
7. มีสายที่สามารถให้สารละลายน้ำเกลือทดแทนได้
8. ผู้ชายได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
9. ผู้ชายจะต้องติดตั้งเครื่องปั่นแยกเกล็ดโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวนอย่างน้อย 3 เครื่อง พร้อมตัวเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 1 KAV จำนวน 3 เครื่อง
10. ผู้ชายรับประกันคุณภาพของชุดเก็บเกล็ดโลหิต ในกรณีที่มีการชำรุด เนื่องจากกรรมวิธีผลิต การขนส่งหรือเกิดจากความไม่พร้อมใช้ของเครื่อง
11. ชุดเก็บเกล็ดโลหิตที่จะส่งมอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
12. ผู้ชายยินดีสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพของเกล็ดเลือดก่อนและหลังการเจาะเก็บทุกถุง
13. ผู้ชายเป็นผู้ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา
14. ผู้ชายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง รวมทั้งค่าแรง ค่าอะไหล่ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ
14. ผู้ชายยินดีติดตั้งเครื่องพร้อมทั้งสาริตการใช้งาน ฝึกอบรมและแนะนำการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้
15. ผู้ชายมีคู่มือการใช้เครื่อง การใช้ชุดเก็บเกล็ดโลหิต และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษแก่ผู้ใช้งาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายแพทย์ลิขิต ริงศิริตันกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายแพทย์สมมติ รัตนาวิบูลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศรัณย์รัชต์ นามลีลา)