

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เก้าอี้ที่มีให้ยา : ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ

1. ความต้องการ

ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 5 รายการ

1. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ 6	จำนวน	200	กล่อง
2. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ 6.5	จำนวน	550	กล่อง
3. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ 7	จำนวน	350	กล่อง
4. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ 7.5	จำนวน	240	กล่อง
5. ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ เบอร์ 8	จำนวน	30	กล่อง


2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในงานบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

3. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1. ถุงมือผ่าตัดเบอร์ 6.0, 6.5 , 7.0 ,7.5, 8.0
2. เป็นถุงมือยางใช้สำหรับงานศัลยกรรมและงานปลดเชือผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ไม่มีสารที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้
3. เป็นถุงมือยางที่คลุกแบ่งแล้ว เพื่อช่วยการสวมใส่ และเป็นแบงที่ใช้สำหรับคลุกถุงมือ ที่เข้าในวงการแพทย์เท่านั้นซึ่งไม่เป็นอันตรายของผู้ใช้
4. ขนาดของถุงมือถูกต้องตามมาตรฐานสากล เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งาน สวมใส่ได้กระชับมือ ไม่เป็นรัดนิ้วมือ ส่วนความยาวของถุงมือสามารถสวมลงได้ถึงจามนิ้วมือ
5. เนื้อยางต้องเรียบปราศจากรอยตำหนิใดๆ อันเป็นผลเสียต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่นดี ส่วนของผิวด้านนอกมีความสากเพื่อหยับจับอวัยวะหรือเครื่องมือที่เปียกได้ไม่ลื่นหลุดง่ายและให้ความรู้สึกสัมผัสรับอวัยวะคนใช้ได้ดี

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

1..........ประธานกรรมการ

2..........กรรมการ


3..........กรรมการ

6. ขอนถุงมือเป็นแบบเจียบ แต่นากว่าส่วนอื่น เพื่อกำรรัดแขนของผู้ใช้ได้
7. ถุงมือแต่ละชิ้นมีเครื่องหมายระบุขนาดและระบุว่าซ้ายหรือขวาเป็น (L) หรือซ้ายขวาเป็น (R) ให้เห็นชัดเจนตามมาตรฐานสากล และไม่หลุดลอกเวลาทำความสะอาด
8. เป็นถุงมือที่ผ่านการทดสอบรูร่วงแล้ว ตามมาตรฐาน AQL ไม่เกิน 0.65 ก่อนการบรรจุ
9. ถุงมือบนภาชนะคงดีเย็น คงละ 1 คู่ แยกออกเป็นถุงมือซ้ายและซ้ายเพื่อสะดวกในการสวมใส่ ลักษณะนี้ของถุงมืออยู่ในทำน้ำเย็นดี และมีช่องนกติบะแจงอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันภัยประดับหัวใจ
10. คุณภาพของเนื้อยางดี สามารถนำไปใช้งานได้
11. ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์ และมีเครื่องหมายที่ช่องบรรจุแสดงว่าผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 2. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ก่อนหมดอายุ
 3. กำหนดส่งมอบของภายใน 15 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล
 4. นำตัวอย่างมาในวันเปิดซอง จำนวนอย่างละ 1 กล่อง
-

ผู้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

- 1..........ประธานกรรมการ
- 2..........กรรมการ
- 3..........กรรมการ