

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ความต้องการ :

เตียงผู้ป่วย แบบ 3 ไก่ ปรับการทำงานด้วยมือหมุน พร้อมที่นอนชะลอการเกิดแผลกดทับ หมอน และเสาน้ำเกลือแบบติดเตียง

จุดประสงค์ :

ใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบ 3 ไก่ มือหมุน ควบคุมการทำงานด้วยการใช้มือหมุน โดยสามารถปรับพนักพิงหลัง ปรับหัวเข้า และปรับความสูง-ต่ำของเตียง เพื่อให้สอดคล้องกับสรีระของผู้ป่วย

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

1. โครงสร้างของเตียงทำจากโลหะมีการตัดเชื่อมต่อกันที่ทันสมัยรอยเชื่อมเรียบร้อย และมีกระบวนการผลิตในการเคลือบกันสนิม และพลาสติก Medical Grade Acrylonitrile-Butadiene-Styrene
2. เตียงมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร และสามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
3. ส่วนของพื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ท่อน มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 83 เซนติเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 185 เซนติเมตร ทำจากโลหะหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตรปัดขึ้นรูป เจาะรูระบายอากาศให้กับที่นอนเพื่อการระบายอากาศ ทำให้ไม่ร้อนอบอ้าวเวลานอน
4. หัวเตียงทำจากพลาสติก Medical Grade Acrylonitrile-Butadiene-Styrene ปัดขึ้นรูป มีความแข็งแรง มีหูจับทำให้สามารถถอดออกและใส่กลับ เข้าไปได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
5. ราวกันเตียง : เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 35 เซนติเมตร ราวกันผู้ป่วยตกจากเตียงทำจากอลูมิเนียม เพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้อุดตักเตียงได้ ราวกันสามารถกดพับขึ้น/ลงขนานกับตัวเตียงได้โดยมีชุดมือบีบล็อค/ปลดล็อค
6. ปรับการทำงานต่างๆด้วยมือหมุนไกเตียงทำจากพลาสติกหรือสแตนเลสพับเก็บมิดชิดที่ท้ายเตียงโดยสามารถปรับการทำงานได้ดังต่อไปนี้
  - 6.1. ปรับพนักพิงหลัง ได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา
  - 6.2. ปรับส่วนเข้า ได้ไม่น้อยกว่า 30 องศา
  - 6.3. ปรับเตียงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
  - 6.4. ปรับเตียงต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร

0cm5

อรรถพร พันธ์...

85

7. มีพลาสติกครอบกันกระแทก ทั้งสี่มุม
8. ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร เป็นยางล้อสังเคราะห์อย่างดี จำนวน 4 ล้อ พร้อมระบบเบรกแบบล็อกที่ล้อ
9. ที่นอนชะลอการเกิดแผลกดทับ ทำด้วยวัสดุ Polyurethane Foam และด้านบนทำด้วยวัสดุ Memory Foam ขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว ปลอกหุ้มทำจากผ้า Polyester หรือหนังเทียมที่คุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มีสัญลักษณ์แสดงคุณสมบัติส่วนท้ายของที่นอน ดังนี้ สามารถป้องกันน้ำซึมผ่านได้ ไม่ลามไฟ สามารถป้องกันแบคทีเรียและเชื้อโรค ปลอกหุ้มมีซิปสามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาด โดยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ เพื่อไม่ให้เกิดการเพาะเชื้อ
10. เสาน้ำเกลือ และหมอน จำนวน 1 ชุดต่อเตียง

เงื่อนไข :

1. เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน FDA หรือ CE หรือ ISO หรือมาตรฐาน มอก
2. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
3. ผู้แทนดูแลเขตต้องผ่านการอบรมการซ่อมสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมใบรับรอง
4. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้จำหน่ายและมีหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ที่ออกให้แก่บริษัทผู้จำหน่าย
5. ผู้เสนอราคาต้องมีแคตตาล็อกสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงมาแสดงให้เห็นรูปภาพและคุณลักษณะของสินค้าอย่างชัดเจน พร้อมทำเครื่องหมายให้ตรงตามคุณลักษณะแต่ละข้อ
6. รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบครบ
7. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเพียงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. ในระยะประกันเมื่อมีปัญหาการใช้งาน ผู้ขายต้องส่งช่างเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาภายใน 3 วัน ทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
9. บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องมีอะไหล่สำรองให้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี

Janis

อภิสรา พงษ์พิทักษ์

๙๕