

-ร่าง-

ขอบเขตของงาน

(Terms of Reference :TOR)

เตียงผู้ป่วยชนิด 3 โถ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 90 เตียง

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ความต้องการ :

เตียงผู้ป่วย แบบ 3 โถ ปรับการทำงานด้วยมือหมุน พร้อมที่นอนชะลอการเกิดแผลกดทับ หมอน และเสาน้ำเกลือแบบติดเตียง

จุดประสงค์ :

ใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบ 3 โถมือหมุน ควบคุมการทำงานด้วยการใช้มือหมุน โดยสามารถปรับหนักพียงหลัง ปรับหัวเข่า และปรับความสูง-ต่ำของเตียง เพื่อให้สอดคล้องกับสรีระของผู้ป่วย

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

1. โครงสร้างของเตียงทำจากโลหะมีการตัดเชื่อมต่อกันที่ทันสมัยรอยเชื่อมเรียบร้อย และมีกระบวนการผลิตในการเคลือบกันสนิม และพลาสติก Medical Grade Acrylonitrile-Butadiene-Styrene
2. เตียงมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร และสามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
3. ส่วนของพื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ท่อน มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 83 เซนติเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 185 เซนติเมตร ทำจากโลหะหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตรปัดขึ้นรูป เเจาะรูระบายอากาศให้กับที่นอนเพื่อการระบายอากาศ ทำให้ไม่ร้อนอบอ้าวเวลานอน
4. หัวเตียงทำจากพลาสติก Medical Grade Acrylonitrile-Butadiene-Styrene ปัดขึ้นรูป มีความแข็งแรง มีหูจับทำให้สามารถถอดออกและใส่กลับ เข้าไปได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
5. ราวกันเตียง : เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 35 เซนติเมตร ราวกันผู้ป่วยตกจากเตียงทำจากอลูมิเนียม เพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้รอดตกเตียงได้ ราวกันสามารถกดพับขึ้น/ลงขนานกับตัวเตียงได้โดยมีชุดมือบีบล็อก/ปลดล็อก
6. ปรับการทำงานต่างๆด้วยมือหมุนไกเตียงทำจากพลาสติกหรือสแตนเลสพับเก็บมิดชิดที่ท้ายเตียงโดยสามารถปรับการทำงานได้ดังต่อไปนี้
 - 6.1. ปรับหนักพียงหลัง ได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา
 - 6.2. ปรับส่วนเข่า ได้ไม่น้อยกว่า 30 องศา
 - 6.3. ปรับเตียงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
 - 6.4. ปรับเตียงต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร

7. มีพลาสติกครอบกันกระแทก ทั้งสี่มุม
8. ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร เป็นยางล้อสังเคราะห์อย่างดี จำนวน 4 ล้อ พร้อมระบบเบรกแบบล็อกที่ล้อ
9. ที่นอนชะลอการเกิดแผลกดทับ ทำด้วยวัสดุ Polyurethane Foam และด้านบนทำด้วยวัสดุ Memory Foam ขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว ปลอกหุ้มทำจากผ้า Polyester หรือหนังเทียมที่คุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มีสัญลักษณ์แสดงคุณสมบัติส่วนท้ายของที่นอน ดังนี้ สามารถป้องกันน้ำซึมผ่านได้ ไม่ลามไฟ สามารถป้องกันแบคทีเรียและเชื้อโรค ปลอกหุ้มมีซิปสามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาด โดยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ เพื่อไม่ให้เกิดการเพาะเชื้อ
10. เสาน้ำเกลือ และหมอน จำนวน 1 ชุดต่อเตียง

เงื่อนไข :

1. เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน FDA หรือ CE หรือ ISO หรือมาตรฐาน มอก
2. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
3. ผู้แทนดูแลเขตต้องผ่านการอบรมการซ่อมสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมใบรับรอง
4. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้จำหน่ายและมีหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ที่ออกให้แก่บริษัทผู้จำหน่าย
5. ผู้เสนอราคาต้องมีแคตตาล็อกสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงมาแสดงให้เห็นรูปภาพและคุณลักษณะของสินค้าอย่างชัดเจน พร้อมทำเครื่องหมายให้ตรงตามคุณลักษณะแต่ละข้อ
6. รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบครบ
7. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเพียงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. ในระยะประกันเมื่อมีปัญหาการใช้งาน ผู้ขายต้องส่งช่างเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหภายใน 3 วัน ทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
9. บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องมีอะไหล่สำรองให้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

- 1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

สถานที่ดำเนินการติดตั้ง/ส่งมอบของ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ระยะเวลาส่งมอบพร้อมติดตั้ง

90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

วงเงินในการจัดหา 1,458,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

ราคากลางในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,662,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถานที่ ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยได้

1. ทางไปรษณีย์


งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. E - mail inventory_ridhosp@hotmail.com

3. โทรศัพท์ 02-502-2306

โทรสาร 02-502-2307

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(แพทย์หญิงปิยพร ทรงณัฐศิริ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางอรชพร พันธุ์พัฒน์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวน้ำผึ้ง มั่นจิต)