

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นพร้อมน้ำยารักษาสภาพเกล็ดโลหิต  
จำนวน 300 ชุด  
(ครั้งที่ 2)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นพร้อมน้ำยารักษาสภาพเกล็ดโลหิต (จำนวน 300 ชุด)

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นชุดสำหรับเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นโดยใช้กับเครื่องแยกโลหิตแบบอัตโนมัติ

คุณลักษณะทางเทคนิค

1. เป็นชุดสำเร็จรูประบบปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ผู้บริจาค ซึ่งปลอดภัยทั้งตัวผู้บริจาคและผู้ใช้เครื่องรับบริจาค
2. เป็นบรรจุภัณฑ์สะอาดชนิดปลอดเชื้อ สามารถเก็บเกล็ดโลหิตได้นาน 5 วัน
3. มี Diversion Sampling Pouch เพื่อดักเก็บแบคทีเรียจากผู้บริจาค
4. เป็นชุดเก็บเกล็ดโลหิตซึ่งสามารถลดเม็ดเลือดขาว โดยมีเม็ดเลือดขาวปนเปื้อนน้อยกว่า  $1 \times 10^6$  cells/ถุง
5. สามารถกำหนดปริมาณของพลาสมาหรือเกล็ดเลือดที่ต้องการได้เพื่อความสะดวกในการเตรียมเกล็ดเลือดให้เพียงพอต่อความต้องการของแพทย์
6. มีน้ำยาเพื่อรักษาสภาพเกล็ดโลหิต

เงื่อนไขเฉพาะ

- 7 ผู้ขายได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
- 8 ผู้ขายจะต้องติดตั้งเครื่องปั่นแยกเกล็ดโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวนอย่างน้อย 1 เครื่อง พร้อมตัวเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 1 KAV
- 9 ผู้ขายรับประกันคุณภาพของชุดเก็บเกล็ดโลหิต ในกรณีที่มีการชำรุด เนื่องจากกรรมวิธีผลิต การขนส่ง หรือเกิดจากความไม่พร้อมใช้ของเครื่องและชุดเก็บเกล็ดโลหิตที่จะส่งมอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 10 ผู้ขายเป็นผู้ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องมีมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา
- 11 ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง รวมทั้งค่าแรง ค่าอะไหล่ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ
- 12 ผู้ขายยินดีติดตั้งเครื่องพร้อมทั้งสาธิตการใช้งาน ฝึกอบรมและแนะนำการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้
- 13 ผู้ขายมีคู่มือการใช้เครื่องและคู่มือการบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายแพทย์ลิขิต รังสิรัตนกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรณีย์รัชต์ นามลีลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรินลณี อ่อนเรือง)