

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาในเด็กแรกเกิด โดยการสัมผัสกระจกตา
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับถ่ายภาพจอประสาทตาในเด็กทารกเพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติในจอประสาทตาและ ถ่ายภาพ Fluorescein Angiography

2. รายละเอียดทั่วไป

ใช้สำหรับถ่ายภาพจอประสาทตาในเด็กทารกถ่ายภาพ Fluorescein Angiography และชุด Computer สำหรับจัดเก็บข้อมูล

3. รายละเอียดทางเทคนิค

- 3.1 สามารถถ่ายภาพจอประสาทตาได้
- 3.2 มีตัว Hand piece ใช้สำหรับถ่ายภาพจอประสาทตา
- 3.3 สามารถถ่ายภาพมีความละเอียดความกว้างไม่น้อยกว่า 100 องศา
- 3.4 สามารถปรับระยะภาพ Zoom in ได้แบบ Real Time on-screen zoom ได้ไม่น้อยกว่า 200%
- 3.5 สามารถปรับ CAMERA GAIN ได้ อยู่ระหว่าง 0 ถึง 48 dB
- 3.7 มีชุด Computer สำหรับจัดเก็บข้อมูล
- 3.8 สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PACS ของโรงพยาบาลได้ผ่านมาตรฐาน DICOM และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ผ่านระบบ EMR ของโรงพยาบาล
- 3.9 มี Foot Switch ในการใช้งาน
- 3.10 สามารถถ่ายภาพ Fluorescein Angiography ได้
- 3.11 สามารถบันทึก VIDEO CAPTURE ได้นาน ไม่น้อยกว่า 1 นาที
- 3.12 มีแบตเตอรี่ในการใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง




4. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารแค็ตตาล็อกจากผู้ผลิตโดยตรง

5. พัสดุครบชุดติดตั้งพร้อมใช้งาน และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

6. รับประกันคุณภาพการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

7. อุปกรณ์ประกอบดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 7.1 เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา | จำนวน 1 ชุด |
| 7.2 Hand piece ถ่ายภาพจอประสาทตา | จำนวน 1 ชุด |
| 7.3 รถเข็นสำหรับวางอุปกรณ์ | จำนวน 1 ชุด |
| 7.4 Foot Switch | จำนวน 1 ชุด |

(ลงชื่อ) ผู้กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ	 (แพทย์หญิงรพีพร ยอดพรหม)	 (แพทย์หญิงอิสรา เลิศจิรัชย์)	 (นายแพทย์ติศรณ สุวจนกรณ์)
--	--	--	---