

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายการ : ชุดด้ามส่วนไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับกรอกระดูกและศัลยกรรมโสตประสาท  
ตำบลอครักษ์ อำเภออครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด

1. ความต้องการ

เครื่องมือผ่าตัดสำหรับงานกรอกระดูก

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเครื่องมือผ่าตัดสำหรับงานกรอกระดูก โดยใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทาง โสต ศอ นาสิก เพื่อช่วยในการรักษาโดยการผ่าตัดผู้ป่วยให้ได้ผลดี

3. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดงานกรอในส่วนของกระดูกขนาดเล็กและกระดูกหูได้

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1. ด้ามจับส่วนไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับกรอกระดูก

จำนวน 1 ชุด

4.1.1 ขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

4.1.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมอเตอร์ไม่มากกว่า 1.53 ซม.

4.1.3 ความยาวของมอเตอร์ไม่มากกว่า 11.9 ซม.

4.1.4 ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 60,000 รอบ/นาที

4.2 ข้อต่อประกอบมอเตอร์ ประกอบด้วย

4.2.1 ข้อต่อแบบตรง

จำนวน 1 ชิ้น

4.2.2 ข้อต่อแบบโค้ง

จำนวน 1 ชิ้น

5. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

5.1 ถาดใส่เครื่องมือเพื่ออบฆ่าเชื้อและเก็บรักษา (Instrument Tray)

จำนวน 1 ชิ้น

5.2 หัวกรอ (bur) แบบต่างๆ โดยเลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้

จำนวน 10 ชิ้น

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 เป็นสินค้าใหม่ ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

6.2 รับประกันคุณภาพของตัวเครื่อง โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ

6.3 คู่มือประกอบการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อย่างละ 1 ชุด

(ลงชื่อ)

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

.....  
(พญ.พรรณนิภา วิริยะอมรชัย)

.....  
(นพ.ณัฐรัฐ ศรีนุสนธิ์)

.....  
(นพ.ภาณุวัฒน์ วงษ์วัฒน์นะ)