

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้แช่ศพขนาดไม่น้อยกว่า 6 ช่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ตู้แช่ศพขนาดไม่น้อยกว่า 6 ช่อง

จำนวน 1 ตู้



ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

1. เป็นตู้แช่เก็บศพแบบ 6 ช่อง เป็นแบบ 2 ชั้นในแนวตั้ง 3 แถวในแนวนอน เป็นแบบตั้งอยู่กับที่ใช้ในงานทางด้านพยาธิวิทยา และนิติเวชวิทยา
2. เครื่องทำความเย็น Refrigeration เป็นแบบ Monobloc หรือ เป็นแบบ Drop-in-self-contained
3. ตู้แช่ใช้สารทำความเย็นชนิด Ozone Friendly สามารถทำความเย็นได้ดี
4. ตู้แช่มีขนาดกว้างไม่เกิน 300 เซนติเมตร ลึกไม่เกิน 260 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 220 เซนติเมตร และมีขนาดของประตูตู้แช่ กว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
5. ตู้แช่ศพเป็นแบบลิ้นชักเปิดด้านหน้า มีบานพับ 2 บาน ต่อ 1 ประตู
6. มีเทอร์โมมิเตอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิเป็นตัวเลขแบบ Digital
7. ผนังตู้แช่ศพด้านในและเพดาน ทำด้วยแผ่นอลูมิเนียมหรือเหล็กเคลือบ ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
8. พื้นด้านในตู้แช่ ทำจากวัสดุเหล็กเคลือบหรืออลูมิเนียมเสริมไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
9. ผนังภายนอกตู้แช่ด้านบน ด้านข้าง และด้านหลัง ทำจากแผ่นอลูมิเนียมหรือเหล็กเคลือบความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
10. ผนังด้านหน้าตู้แช่ ทำด้วย stainless steel ชนิด 304 ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
11. ฉนวนกันความร้อนเป็นแบบ Foamed-in-place urethane หรือ Polyurethane foam มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
12. อุณหภูมิมาตรฐานรักษาระดับในช่วง ไม่ต่ำกว่า 2 องศา และไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส
13. ชั้นวางศพทำจาก stainless steel ชนิด 304 มีระบบล็อกถาดวางศพ และระบบยกกันกระแทกผนัง
14. ถาดรองศพจำนวน 6 ถาด ทำจาก stainless steel มีที่จับ 1 อัน มีล้อเลื่อน 4 ล้อ สามารถเลื่อนเข้าออกได้สะดวก
15. แสงสว่างมีไฟแบบกันน้ำเกาะ Vapor proof และมี lighted rocker switch อยู่ด้านหน้าตู้แช่ศพ
16. ตัวตู้เย็นโครงสร้างเป็นแบบ Knock Down เมื่อประกอบแล้วสามารถถอดแยกชิ้นได้สะดวกเมื่อต้องการย้ายเครื่อง
17. ใช้ไฟฟ้าประเทศไทย 220 โวลท์ และ ไม่ต่ำกว่า 50 เฮิร์ตซ์
18. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
19. มีหลักฐานเป็นเอกสารรับรองว่าผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หรือมีมาตรฐานเทียบเท่า
20. มีหลักฐานเป็นเอกสารรับรองว่าผู้ขายได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตและมีการบริการหลังการขาย
21. ผู้ขายต้องดำเนินการจัดการรีไซเคิลตู้แช่เก็บศพเดิมก่อนทำการติดตั้งตู้แช่เครื่องใหม่ และติดตั้งจนสามารถใช้งานได้

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ

(นายแพทย์อภิชัย แผลงศร)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(แพทย์หญิงวรัทพร สิทธิจรรยา)

(นายพรเทพ แทนชาติ)