




รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นพร้อมน้ำยารักษาสภาพเกล็ดโลหิต  
(Platelet Apheresis with PAS)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นพร้อมน้ำยารักษาสภาพเกล็ดโลหิต  
(Platelet Apheresis with PAS) จำนวน 200 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นชุดสำหรับเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นโดยใช้กับเครื่องแยกโลหิตแบบอัตโนมัติ
2. เป็นชุดสำเร็จรูประบบปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ผู้บริจาค ซึ่งปลอดภัยทั้งตัวผู้บริจาคและผู้ใช้เครื่องรับบริจาค
3. เป็นบรรจุภัณฑ์สะอาดชนิดปลอดเชื้อ สามารถเก็บเกล็ดโลหิตได้นาน 5 วัน
4. มี Diversion Sampling Pouch เพื่อตักเก็บแบคทีเรียจากผู้บริจาค
5. เป็นชุดเก็บเกล็ดโลหิตซึ่งสามารถลดปริมาณเม็ดเลือดขาว โดยมีเม็ดเลือดขาวปนเปื้อนน้อยกว่า  $1 \times 10^6$  cells/ถุง
6. สามารถกำหนดปริมาณของพลาสมาหรือเกล็ดเลือดที่ต้องการได้ เพื่อความสะดวกในการเตรียมเกล็ดเลือดให้เพียงพอต่อความต้องการของแพทย์
7. เกล็ดโลหิตที่เจาะเก็บได้ สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการเขย่า และไม่ต้องผสม Plasma เพิ่ม
8. สามารถทำ Auto-PAS (Platelet Additive Solution) เพื่อลดปริมาณ Plasma ได้
9. ผู้ขายได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
10. ผู้ขายจะต้องติดตั้งเครื่องปั่นแยกเกล็ดโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวนอย่างน้อย 1 เครื่อง พร้อมตัวเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 1 KAV
11. ผู้ขายรับประกันคุณภาพของชุดเก็บเกล็ดโลหิต ในกรณีที่มีการชำรุด เนื่องจากกรรมวิธีผลิต การขนส่ง หรือเกิดจากความไม่พร้อมใช้ของเครื่องและชุดเก็บเกล็ดโลหิตที่จะส่งมอบมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
12. ผู้ขายเป็นผู้ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
13. ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง รวมทั้งค่าแรง ค่าอะไหล่ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ
14. ผู้ขายยินดีติดตั้งเครื่องพร้อมทั้งสาธิตการใช้งาน มีกอบรมและแนะนำการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้
15. ผู้ขายมีคู่มือการใช้เครื่องและคู่มือการบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
16. กำหนดส่งของ 2 งวด งวดที่ 1 ภายในเดือนมกราคม 2564 จำนวน 100 ชุด, งวดที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 100 ชุด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายแพทย์เทอดเกียรติ ดรวงศา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวศรัณย์รัชต์ นามลีลา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางรินลณี อ่อนเรือง)