

- 3.4.3 แสดงค่าปริมาตรลมหายใจที่ผู้ป่วยได้รับแต่ละครั้ง (Expired Tidal Volume)
 - 3.4.4 แสดงค่าปริมาตรในการหายใจที่ผู้ป่วยหายใจเฉลี่ยต่อนาที (Expired Minute Volume)
 - 3.4.5 แสดงค่าอัตราการหายใจ
 - 3.4.6 แสดงค่า T_i/T_{tot}
 - 3.4.7 แสดงกราฟการหายใจของ Pressure/Time, Flow/Time, Volume/Time ได้พร้อมกัน 2 รูป graf
 - 3.4.8 สามารถบันทึกย้อนหลัง (Trends) ได้ 80 ชั่วโมง
 - 3.5 ส่วนของระบบเตือนความปลอดภัยจะเตือนด้วยสัญญาณเสียง เสียง และข้อความ โดยสามารถปรับตั้งได้ดังนี้
 - 3.5.1 สามารถตั้งค่า High Pressure ได้
 - 3.5.2 สามารถตั้งค่า High / Low Minute Volume ได้
 - 3.5.3 สามารถตั้งค่า High / Low Tidal Volume ได้
 - 3.5.4 สามารถตั้งค่า High / Low FIO₂ ได้
 - 3.5.5 สามารถตั้งค่า Apnea time ได้
4. เงื่อนไขการเข้า
- 4.1 ผู้ให้เข้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายของผู้ให้เข้าเองทั้งหมด
 - 4.2 ผู้ให้เข้าต้องจัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
5. ระยะเวลาดำเนินการเข้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....*พญ ดร. ประภาดา วัชรนาถ*.....ประธานกรรมการ
(ดร.ประภาดา วัชรนาถ)

ลงชื่อ.....*นางจิตติมา เอกฉัตร*.....กรรมการ
(นางจิตติมา เอกฉัตร)

ลงชื่อ.....*นางรุ่งฤทธิ์ พูลศรี*.....กรรมการ
(นางรุ่งฤทธิ์ พูลศรี)