

รายละเอียดและคุณลักษณะ
เข้าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ

รายละเอียดและคุณลักษณะ

เข้าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ

จำนวน 100 เครื่อง

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ ขนาดกระทัดรัด มีหูหิ้วและที่ยึดเครื่องเข้ากับเสาน้ำเกลือได้ แบบถอดแยกปรับทิศทางได้
- 1.2 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ตั้งแต่ 100-240 โวลท์ 50/60 เฮิรท์ พร้อมระบบแบตเตอรี่สำรองหลัก (Main Battery) และแบตเตอรี่รอง (Sub-Battery) ภายในเครื่องชนิดประจุไฟใหม่ได้

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 แสดงผลและค่าที่กำหนดบนจอภาพแบบจอภาพสี Full-color ขนาด 4.3 นิ้ว
- 2.2 ระบบควบคุมการให้สารละลายเป็นแบบ Midpress Peristaltic Finger Pumping ซึ่งเป็นชนิดบีบกดสายเพียงครั้งสาย โดยไม่ทำให้เกิดการแตกตัวของเม็ดเลือดในกรณีการให้เลือด
- 2.3 สามารถให้สารละลายใน Dose mode ได้เช่น ml/h, µg/kg/min, mg/kg/h, Library mode
- 2.4 สามารถตั้งน้ำหนักผู้ป่วยได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 300 กิโลกรัม สามารถปรับได้ทุก 0.1 กิโลกรัม
- 2.5 สามารถให้สารละลายใน Library mode โดยสามารถตั้งชื่อยาได้ 3,000 รายชื่อ
- 2.6 สามารถให้สารละลายในแบบ Intermittent , Multi step และ Delayed step ได้
- 2.7 สามารถหมุนปรับตั้งอัตราการให้สารละลายและให้เลือดได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 0.1 – 1,200 มิลลิลิตร/ชั่วโมง โดยแบ่งช่วงการปรับอัตราการให้สารละลายเป็น 2 ช่วง คือ
 - 2.7.1 0.1 – 100 มิลลิลิตร/ชั่วโมง สามารถปรับได้ทุก 0.1 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
 - 2.7.2 100 – 1,200 มิลลิลิตร/ชั่วโมง สามารถปรับได้ทุก 1 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
- 2.8 สามารถกำหนดปริมาณสารละลายที่จะให้ผู้ป่วยได้ตั้งแต่ 0.1-9,999 มิลลิลิตร และสามารถเลือกแบบตั้งไม่จำกัดปริมาณได้
- 2.9 สามารถกำหนดเวลาของการให้สารละลายได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที และสามารถเลือกแบบตั้งไม่จำกัดเวลาได้
- 2.10 มีระบบตรวจสอบการอุดตันแบบเลือกปรับตั้งค่าได้อย่างน้อย 10 ระดับ พร้อมมีสัญลักษณ์และตัวเลขแสดงความดันให้ทราบในแต่ละระดับทั้งหน่วย kPa และ mmHg
- 2.11 มีระบบเร่งการให้สารละลายอย่างรวดเร็วได้ 3 แบบดังนี้
 - 2.11.1 ระบบเร่งการให้สารละลาย แบบ Purge flow rate สามารถเร่งการให้สารละลายอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร/ชั่วโมง
 - 2.11.2 ระบบเร่งการให้สารละลาย แบบ Hands on bolus flow rate สามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 100 -1,200 มิลลิลิตร/ชั่วโมง โดยปรับตั้งค่าได้ครั้งละ 100 มิลลิลิตร
 - 2.11.3 ระบบเร่งการให้สารละลาย แบบ Hands free dose rate สามารถกำหนดค่าการให้สารละลายอย่างรวดเร็วได้ตั้งแต่ 0.01 ถึง 999 มิลลิลิตร และสามารถกำหนดเวลาได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 60 นาที โดยปรับตั้งค่าได้ครั้งละ 1 วินาที

ลงชื่อ..... *abm dnan*ประธานกรรมการ
(ดร.ประภาดา วัชรนาถ)

ลงชื่อ..... *พิตต์ เอกฉัตร*กรรมการ
(นางจิตติมา เอกฉัตร)

ลงชื่อ..... *รุ่งฤทัย พูลศรี*กรรมการ
(นางรุ่งฤทัย พูลศรี)

- 2.12 สามารถแสดงปริมาณของสารละลายที่ผู้ป่วยได้รับ ได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 9,999 มิลลิลิตร
 - 2.13 มีระบบความปลอดภัยพร้อมแสงและเสียงแจ้งเตือนอย่างน้อย ดังนี้
 - 2.13.1 ปริมาณสารละลายได้ครบตามกำหนด (Completion alarm)
 - 2.13.2 เกิดการอุดตัน (Occlusion)
 - 2.13.3 เกิดฟองอากาศ (Air-in-line)
 - 2.13.4 ประตูเปิด (Door open)
 - 2.13.5 พลังงานจากแบตเตอรี่สำรองภายในเครื่องใกล้หมด (Low battery)
 - 2.13.6 กรณีสายไฟหลุด (AC cable disconnection)
 - 2.13.7 ระบบเตือนเมื่อได้เวลาบำรุงรักษา (Maintenance timer Function)
 - 2.13.8 กำหนดค่าอัตราการให้สารละลายมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณสารละลายที่จะให้
 - 2.13.9 แจ้งเตือนเมื่อสารละลายใกล้หมด (Nearly Empty)
 - 2.13.10 แบตเตอรี่ผิดพลาด (Battery Failure)
 - 2.13.11 แจ้งเตือนการปิดเครื่อง (Shutdown Notice)
 - 2.13.12 มีระบบ Bolus reduction function
 - 2.13.13 มีระบบล๊อคสายอัตโนมัติเมื่อเปิดประตู (Tube clamp function)
 - 2.14 มีระบบอำนวยความสะดวกการใช้งานอย่างน้อยดังนี้ เลือกปรับความสว่างหน้าจอภาพได้, ปรับระดับความดังของสัญญาณเตือน, ระบบล๊อคหน้าจอ, รองรับภาษาไทย, การปรับตั้งค่าได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบหมุนปุ่มปรับ, สามารถเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกแบบไร้สายได้ (Built in WiFi)
 - 2.15 แบตเตอรี่หลักภายในเครื่องเป็นแบบ ลิเธียมไอออน (Lithium Ion) ชนิดประจุไฟใหม่ได้ใช้เวลาในการชาร์จไฟเต็ม 8 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ที่อัตราการไหล 25 มิลลิลิตร/ชั่วโมง และแบตเตอรี่รองภายในเครื่องเป็นแบบนิเกิลเมทัลไฮไดรด์ (NiMH)
 - 2.16 สามารถแสดงข้อมูลการใช้งานย้อนหลัง (History function) ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ข้อมูล
 - 2.17 สามารถเปลี่ยนภาษาได้ 12 ภาษา รวมถึง ภาษาไทย
 - 2.18 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสากล Class I , type CF , IP22
3. เงื่อนไข
- 3.1 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
 - 3.2 มีหลักฐานเป็นเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง
 - 3.3 มีหลักฐานเป็นเอกสารรับรองว่ามีช่างที่ผ่านการอบรมและสามารถซ่อมเครื่องให้ได้
 - 3.4 รับประกันคุณภาพสินค้าตลอดระยะเวลาการเช่า
 - 3.5 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งหมด
 - 3.6 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
4. ระยะเวลาดำเนินการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ.....*อภิภา วัฒน*.....ประธานกรรมการ
(ดร.ประภาดา วัฒน)

ลงชื่อ.....*จิตติมา เอกฉัตร*.....กรรมการ
(นางจิตติมา เอกฉัตร)

ลงชื่อ.....*รุ่งฤทัย พูลศรี*.....กรรมการ
(นางรุ่งฤทัย พูลศรี)