

ชุดเครื่องมือผ่าตัดจลศัลยกรรมหลอดเลือดพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือ
ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการรักษาผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือจลศัลยกรรมหลอดเลือด

2. คุณลักษณะทั่วไป



- 2.1 เป็นชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดจลศัลยกรรมหลอดเลือด
- 2.2 ทำด้วยสแตนเลสปลอดสนิม
- 2.3 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้โดยการนึ่งที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียสหรือโดยวิธีอบแก๊สหรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3. คุณลักษณะเฉพาะ

ชุดเครื่องมือผ่าตัดจลศัลยกรรมหลอดเลือดพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือ

ตำบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้



- 3.1 กรรไกรตัดเส้นเลือดไมโคร ชนิดด้ามจับแบน ปลายปากแบบ Delicate blade ยาว 10 มม.ปากหักมุม 45 องศา ความยาว 165-170 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.2 กรรไกรตัดเส้นเลือดไมโคร ชนิดด้ามจับแบน ปลายปากแบบ Delicate blade ยาว 10 มม.ปากหักมุม 90 องศา ความยาว 165-170 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.3 กรรไกรตัดเส้นเลือดไมโคร ชนิดด้ามจับแบน ปลายปากแบบ Delicate blade ยาว 10 มม.ปากหักมุม 125 องศา ความยาว 165-170 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.4 คีมหนีบหลอดเลือดแดงแบบ De Bakey ปากหักมุม 15 องศา ความยาวปาก 50 มม. ความยาว 165-170 มม. จำนวน 2 ชิ้น
- 3.5 คีมหนีบเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Overholt ปลายปากหักมุม 60 องศา ความยาวปาก 40 มม.ความยาวส่วนใช้งาน 250-255 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.6 ปากคีมเนื้อเยื่อเพื่อส่งตรวจสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง ด้ามโค้ง 30 องศา ปลายปากยาว 14 มม. ความยาวส่วนใช้งาน 250-255 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.7 คีมหนีบเนื้อเยื่อแบบ Caspar ปลายปากตรง ขนาด 4.0 มม. ความยาว 150-155 มม. จำนวน 1 ชิ้น

(ลงชื่อ) ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	 (นพ.ชยตม์ ศรีวัฒน์วรชัย)	 (นายสุนธิวัฒน์ จันโต.)	ผู้ฝึก บทช่วย (น.ส.สุพิชชา บุญช่วย)
--	---	---	---

- 3.8 คีมหนีบเนื้อเยื่อแบบ Caspar ปลายปากหงายขึ้น 150 องศา ขนาด 4.0 มม. ความยาว 150-155 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.9 คีมหนีบเนื้อเยื่อแบบ Caspar ปลายปากคว่ำลง 150 องศา ขนาด 4.0 มม. ความยาว 150-155 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.10 คีมตัดลวดแบบ Reill สำหรับตัดลวดอ่อนขนาด 2.0 มม. และลวดแข็งขนาด 1.5 มม. ความยาว 175-180 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.11 กล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดแบบปราศจากเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 310x132x57 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.12 ฝาปิดกล่องบรรจุเครื่องมือแบบทำให้ปราศจากเชื้อผ่าตัดขนาด Mini สีน้ำเงิน จำนวน 1 ชิ้น
- 3.13 ตะกร้าใส่เครื่องมือพร้อมฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 267x125x49 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.14 แผ่นซิลิโคนรองเครื่องมือผ่าตัดขนาดไม่น้อยกว่า 248x102 มม. จำนวน 1 ชิ้น

4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
- 4.2 มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต
- 4.3 สินค้าทุกรายการเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ BRAND ผู้ผลิตเดียวกันทั้งหมด

(ลงชื่อ) ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	 (นพ.ชยุตม์ ศรีวัฒนารชย์)	 (นายสุนธิวัฒน์ จินโต.)	สัททก มนทรวง (น.ส.สุพิชชา บุญช่วย)
--	---	--	---------------------------------------