

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

1. ความต้องการ

เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับการหมุนเวียนให้บริการผู้ป่วย

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1 เป็นเครื่องให้ออกซิเจนชนิดปรับอัตราการไหลสูง ประกอบด้วยเครื่องผสมอากาศกับออกซิเจน และเครื่องผลิตความชื้น อยู่ภายในตัวเดียวกัน
- 3.2 รองรับการใช้งานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ในผู้ป่วยที่หายใจเองได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจหรือเจาะคอเพื่อช่วยหายใจโดยตรง
- 3.3 ตัวเครื่องควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์และมีเครื่องผลิตอากาศอยู่ภายในตัวเครื่องเดียวกัน
- 3.4 เครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักไม่เกิน 2.8 กิโลกรัม
- 3.5 สามารถใช้กับสายช่วยหายใจแบบ Heated wire tube และต่อกับอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบ Nasal Cannula
- 3.6 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ 50-60 เฮิร์ต
- 3.7 รับรองมาตรฐาน IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, ISO 80601-2-74

4. คุณลักษณะเฉพาะ

- 4.1 เป็นเป็นเครื่องให้ออกซิเจนชนิดปรับอัตราการไหลสูงหน้าจอเป็นชนิด LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้วมีปุ่ม Knob Control เพื่อปรับค่าต่างๆ
- 4.2 สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซ ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 10-60 ลิตรต่อนาทีสำหรับ Adult Mode และในช่วงไม่น้อยกว่า 2-25 ลิตรต่อนาที สำหรับ Pediatric Mode โดยขึ้นอยู่กับขนาดของ Nasal Cannula
- 4.3 สามารถตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน ได้ในช่วงตั้งแต่ 21% - 95% หรือดีกว่า โดยการปรับอัตราการไหลของออกซิเจนจากแหล่งจ่ายออกซิเจน
- 4.4 สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 31-37 องศาเซลเซียส สำหรับ Adult Mode หรือ 31-34 องศาสำหรับ Pediatric mode
- 4.5 มีสัญญาณเตือนดังนี้
 - 4.5.1. Overheat
 - 4.5.2. System failure
 - 4.5.3. Check chamber
 - 4.5.4. Lack of water
 - 4.5.5. Temp. probe uninstalled/failure
 - 4.5.6. Circuit Failure/data cable uninstalled

เจมส์ นรวิเศษ

อรรถพร

ทนาย



4.5.7. Incompatible Circuit Type

4.5.8. Check blockages

4.5.9. Oxygen too high

4.5.10. Oxygen too low

4.5.11. SD card uninstalled

5. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 5.1. รถเข็นสำหรับวางเครื่อง | จำนวน 1 คันต่อ 1 เครื่อง |
| 5.2. Disposable Cannula | จำนวน 5 ชุดต่อ 1 เครื่อง |
| 5.3 Disposable Heated tube | จำนวน 5 ชุดต่อ 1 เครื่อง |
| 5.4 Disposable Chamber | จำนวน 5 ชุดต่อ 1 เครื่อง |

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันรับมอบของครบ
- 6.2 ผู้ขายจะต้องสาธิตวิธีการใช้งาน ส่งช่างมาบำรุงรักษา 4 ครั้งต่อปี และสอบเทียบเครื่อง 2 ครั้งต่อปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาการรับประกัน และหากพบว่ามีความผิดปกติ ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบและทำการแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน 3 วันทำการ ต้องมีเครื่องมาใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
- 6.3 เครื่องมือต้องได้รับการสอบเทียบค่าความเที่ยงตรง ผู้ขายต้องดำเนินการสอบเทียบก่อน และนำส่งเครื่องพร้อมใบรายงานผลการสอบเทียบวันตรวจรับเครื่อง
- 6.4 มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

วิมล นวศิริ

วิมล นวศิริ

8