

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดเครื่องวิเคราะห์ลานสายตาแบบฉายแสงอัตโนมัติ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาคนไข้  
แบบอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องตรวจสอบลานสายตาแบบอัตโนมัติเพื่อตรวจหาความผิดปกติของประสาทตา เรตินา ต้อหิน




คุณลักษณะทางเทคนิค

1. เป็นเครื่องตรวจลานสายตาแบบอัตโนมัติ โดยใช้ขนาดของการกระตุ้น (stimulus size) แบบ Goldmann I-V
2. สามารถป้อนข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้ โดยใช้ Keyboardหรือระบบสัมผัสหน้าจอได้
3. คนไข้สามารถตอบสนองการตรวจได้ด้วยการกดปุ่มพร้อมที่พิกคางขณะตรวจ
4. มีโปรแกรมการตรวจที่สามารถเลือกตำแหน่งและจำนวนจุดที่จะตรวจได้
5. มีโปรแกรมติดตามผลการรักษาคนไข้ได้
6. มีโปรแกรม white on white และ red or blue on white
7. มีโปรแกรม blue on yellow
8. สามารถแสดงค่า Visual Field Index (VFI) เพื่อทราบถึงเปอร์เซ็นต์การมองเห็นของคนไข้ได้
9. มีการถ่ายภาพตาคนไข้ระหว่างที่ทำการตรวจ เพื่อดูความผิดปกติของตาระหว่างทำการตรวจได้
10. มีเลนส์ปรับค่าสายตาอัตโนมัติด้วยระบบดิจิทัล
11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
12. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารแค็ตตาล็อกจากผู้ผลิตโดยตรง

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. โต๊ะสำหรับวางเครื่อง ปรับความสูงขึ้นลงด้วยไฟฟ้า | จำนวน 1 ตัว |
| 2. เครื่องพิมพ์                                    | จำนวน 1 ตัว |
| 3. เก้าอี้สำหรับผู้ป่วย                            | จำนวน 1 ตัว |
| 4. เก้าอี้สำหรับแพทย์                              | จำนวน 1 ตัว |
| 5. เครื่องสำรองไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 2000 Va            | จำนวน 1 ตัว |

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 ..... (ผศ.พญ.สุมาลี บุญยະสิพรรณ)	 ..... (นายแพทย์วิวัฒน์ ประเสริฐ)	 ..... (พญ.พิชญา ประไพพานิช)
--	--	---