

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

---

1. ความต้องการ

เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

3. คุณสมบัติทั่วไป

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ตำบลบางตลาด  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่แนบ

4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

11. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

5. สถานที่ดำเนินการติดตั้งหรือส่งมอบ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

6. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

7. วงเงินในการจัดหา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. วงเงินราคากลาง

1,116,666.67 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบบ้างเจ็ดสตางค์)

9. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สถานที่ติดต่อและขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผย  
ตัวได้ที่

1. ทางไปรษณีย์

งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. E-mail inventory\_ridhosp@hotmail.com

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค  
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

1. ความต้องการ

เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค จำนวน 1 เครื่อง

2. วัตถุประสงค์

ใช้เพื่อล้างทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1. เป็นเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โดยใช้ระบบคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic) ในการล้างทำความสะอาด
- 3.2. มีระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างแบบ Flushing สำหรับเครื่องมือลักษณะท่อกลวง
- 3.3. เป็นการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบการทำงาน
- 3.4. ตัวเครื่องและอ่างล้างทั้งหมดทำด้วยสแตนเลสสตีล
- 3.5. มีเครื่องทำน้ำร้อนภายในตัวเครื่อง เพื่อใช้ในขั้นตอนการล้าง
- 3.6. ควบคุมโปรแกรมการทำงานของเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 3.7. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

4. คุณลักษณะเฉพาะ

- 4.1. อ่างล้างเครื่องมือเป็นระบบคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic)
- 4.2. ภายในอ่างล้างมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร ทำด้วยสแตนเลสสตีลทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
- 4.3. ฝาปิด-เปิดเครื่องเป็นระบบ Manual และมีลูกสูบช่วยยกเป็นแบบ gas springs ติดตั้งอยู่ทั้ง 2 ข้างของประตู
  - 4.3.1. ประตูมี Limit sensor switch สำหรับการตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท
- 4.4. มีโปรแกรมการล้างทำความสะอาด 4 โปรแกรม ได้แก่ Fast, Standard, Intensive, และ Customer
  - 4.4.1. มีระบบเติมน้ำเข้าอ่างล้างแบบอัตโนมัติ
  - 4.4.2. มีระบบไล่ฟองอากาศ (Degas)

AV

นทช

Dr

