

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

1. ความต้องการ

ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 ชุด

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ตั้งถ่างแผลแทนแพทย์และพยาบาลระหว่างการผ่าตัด ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

3. คุณสมบัติทั่วไป

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่แนบ

4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

11. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับผู้เข้าร่วมค้าฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

5. สถานที่ดำเนินการติดตั้งหรือส่งมอบ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

6. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

7. วงเงินในการจัดหา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

1,155,600.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

8. วงเงินราคากลาง

1,318,535.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

9. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่ติดต่อและขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผย
ตัวได้ที่

1. ทางไปรษณีย์

งานพัสดุ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. E-mail inventory_ridhosp@hotmail.com

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด
ตำบอบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

1. ความต้องการ

ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

2. วัตถุประสงค์

ใช้ตั้งถ่างแผลแทนแพทย์และพยาบาลระหว่างการผ่าตัด ช่วยให้แพทย์และพยาบาลได้รับความสะดวกมาก โดยเฉพาะการผ่าตัดที่ยุ่งยาก, ซับซ้อน, และใช้เวลานาน ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดชุดนี้สามารถใช้ได้กับการผ่าตัดหลายชนิดเช่น Liver Surgery, General / Vascular Surgery, Urology Surgery, Abdominal Surgery, Colon/Rectal Surgery, Spine Surgery เป็นต้น

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 เป็นเครื่องมือช่วยตั้งถ่างแผลในการผ่าตัดของศัลยแพทย์ โดยยึดติดกับแกนเหล็กข้างเตียงผ่าตัด (Table - mounted Retractor)

3.2 ชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดชุดนี้ใช้ผ่าตัดได้หลายชนิดโดยเปลี่ยนเฉพาะแผ่นถ่างขยายแผล (Blade) ตามชนิดของการผ่าตัด

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1 เสาคอนกรีตเสถียรชนิดไม่เป็นสนิมเป็นเสากลมตรงสูง 18 นิ้ว ปลายด้านล่างเลื่อนเข้าออกได้เป็นที่จับราวข้างเตียงผ่าตัด ปลายด้านบนมีที่หมุนบังคับเพื่อให้ปลายจับด้านล่างยึดแน่นมากน้อยตามความต้องการ บนเสาคอนกรีตระหว่างปลายบนและล่างมีข้อต่อ (Cam Joints) 2 ข้อ สำหรับจับยึดแกนเหล็ก (Cross Bar) โดยข้อต่อ (Cam Joints) ทั้งสองนี้สามารถหมุนได้ 360 องศา เสาคอนกรีตนี้มี จำนวน 2 เสา

4.2 มีแกนเหล็กทำด้วยเสถียรชนิดไม่เป็นสนิม (Cross Bar) พร้อมข้อต่อ (Cam Joints) 2 ข้อ บนแกนเหล็ก โดยข้อต่อทั้งสองสามารถ ปรับแกนเหล็ก (Angled Lateral Arms) ให้สูงต่ำหมุนซ้ายขวาได้ 360 องศา ตัวแกนเหล็ก (Cross Bar) สามารถเลื่อนได้ทุกตำแหน่งตามที่ต้องการ มีจำนวน 1 อัน

4.3 แขนเหล็กสามตอนมีคุณลักษณะพับได้มีความยาวไม่น้อยกว่า $14 \frac{1}{2} \times 10 \frac{1}{2} \times 14 \frac{1}{2}$ นิ้ว จำนวน 1 อัน

4.4 แขนเหล็กทำด้วยเสถียรชนิดไม่เป็นสนิม (Angled Lateral Arms) ความยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 3 อัน

4.5 อุปกรณ์ยึดจับแผ่นถ่างขยายแผล (Cam II Clip on) เป็นชุดสำเร็จรูปประกอบด้วยแขนจับ (Handle) และที่จับแกนเหล็ก (Angled Lateral Arm) หรือจับแกนเหล็ก (Cross Bar) ประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน อุปกรณ์สำเร็จรูปนี้สามารถยึดจับได้หลายตำแหน่งของแขนเหล็ก (Angled Lateral Arm) และแกนเหล็ก (Cross Bar) ปลายแขนจับ (Handle) สามารถถอดและใส่แผ่นถ่างขยายแผล (Blade) ได้ง่ายสะดวกโดยใช้นิ้วกดปุ่มที่ปลาย

นายแพทย์กิติ วงศ์ดี
(อาจารย์)

นายแพทย์พงษ์ จารุตระกูลชัย
(อาจารย์)

นายแพทย์สิงหา ศรีปรีชาพัฒน
(อาจารย์)

แขนจับ ปลายแขนจับสามารถหมุนแผ่นถ่างขยายแผลได้ 360 องศา เพื่อความสะดวกในการใช้งานแผ่นถ่างขยายแผล (Blade) ทุกชิ้นเป็นอิสระไม่ยึดติดกับแขนจับ(Handle) อุปกรณ์สำเร็จรูปนี้มี จำนวน 5 ชุด

4.6 ข้อต่อ สำหรับเชื่อมต่อระหว่างแขนเหล็ก หรือแกนเหล็ก เพื่อเพิ่มทิศทางในการตั้งถ่างแผลให้มากขึ้น จำนวน 1 ชิ้น

4.7 แผ่นถ่างขยายแผล Blade) ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิมขนาดต่าง ๆ ดังนี้

4.7.1 แผ่นถ่างขยายแผล Balfour ขนาด 2 1/2" x 2 3/4" จำนวน 2 ชิ้น

4.7.2 แผ่นถ่างขยายแผล Malleable ขนาด 2 1/2" x 10" จำนวน 1 ชิ้น

4.7.3 แผ่นถ่างขยายแผล Malleable ขนาด 2" x 8" จำนวน 1 ชิ้น

4.7.4 แผ่นถ่างขยายแผล Kelly ขนาด 3" x 3 1/2" จำนวน 1 ชิ้น

4.7.5 แผ่นถ่างขยายแผล Harington ขนาด 2 1/2" x 6" จำนวน 1 ชิ้น

4.7.6 แผ่นถ่างขยายแผล Finger จำนวน 1 ชิ้น

4.7.7 แผ่นถ่างขยายแผล ST. Mark's ขนาด 2 1/2" x 7" จำนวน 1 ชิ้น

4.8 กล่องใส่เครื่องมือทำด้วยสแตนเลสสตีลชนิดไม่เป็นสนิม จำนวน 1 กล่อง

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันรับมอบของ

5.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

นายแพทย์กิตติ วงศ์ดี
(อาจารย์)

นายแพทย์ปพนธ์ จารุตระกูลชัย
(อาจารย์)

นายแพทย์สิงหา ศรีปรีชาพัฒนะ
(อาจารย์)