

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องบีบคั้นด้วยแรงลมเป็นระยะเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำ
ส่วนลึกอุดตัน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 7 เครื่อง

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน
ใช้เพื่อช่วยป้องกันภาวะเลือดคั่งในหลอดเลือดดำ (Deep Vein Thrombosis) บริเวณส่วนขาและ
ลิ่มเลือดอุดตันที่ขั้วปอด
2. คุณสมบัติทั่วไป
 - 2.1 เป็นเครื่องบีบลมเข้าและปล่อยลมออกผ่านทางปลอกหุ้ม (Garment)
 - 2.2 ใช้กับไฟฟ้า 100-230 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์
 - 2.3 มีอุปกรณ์สำหรับแขวนเครื่องกับเตียงผู้ป่วย
 - 2.4 เครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 3.8 กิโลกรัม
3. คุณสมบัติเฉพาะ
 - 3.1 ขนาดตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 220 x 225 x 190 มิลลิเมตร
 - 3.2 ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS สามารถทนไฟ
 - 3.3 มีหน้าจอ LCD แสดงผล สามารถมองเห็นสัญลักษณ์ และตัวเลข
 - 3.4 เครื่องทำงานอัตโนมัติ มี 2 โหมดการทำงาน คือ DVT (Uniform) และ Tri pulse (Sequential)
 - 3.5 ค่าแรงดันที่ปล่อยบริเวณปลอกเท้า (Foot garment) มีช่วงความดัน 130 +/- 10 มิลลิเมตรปรอท
 - 3.6 ค่าแรงดันที่ปล่อยบริเวณปลอกขา (Thigh, Calf & Thigh garment) มีช่วงความดัน 40 +/- 5 มิลลิเมตร
ปรอท
 - 3.7 มีสัญญาณเตือนและแสดงผลทางหน้าจอเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
 - 3.8 มีแบตเตอรี่สำรอง และสามารถใช้งานได้มากที่สุด 12 ชั่วโมง
4. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
 - 4.1 ผ้าพันต้นขา 2 คู่
 - 4.2 สายลมพร้อมกับเครื่อง 2 เส้น
5. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 - 5.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันมอบของครบ
 - 5.3 มีหนังสือรับรองแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

ลงชื่อ..... *ชวรัตน์*ประธานกรรมการ
(ดร.ประภาดา วัชรนาถ)

ลงชื่อ..... *ทิพย์ ทอทิพย์*กรรมการ
(นางสาวสำเนียง ทอทิพย์)

ลงชื่อ..... *ปารัตนา*กรรมการ
(นางสาวปารัตนา กันทอน)