

รายละเอียด
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์
ศูนย์การแพทย์ปัญญาณัสนทกิกุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้การบริหารงานระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์ ของศูนย์การแพทย์ปัญญาณัสนทกิกุ ชลประทาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.2 เพื่อให้เครื่องมือแพทย์ของศูนย์การแพทย์ปัญญาณัสนทกิกุ ชลประทาน พร้อมใช้งานสำหรับการปฏิบัติวินิจฉัย ดูแล และตรวจสอบผู้ป่วยอย่างถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- 1.3 เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์ปัญญาณัสนทกิกุ ชลประทาน คงประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานสูงสุด
- 1.4 เพื่อให้ประยุกต์รับใช้การและภาระงานที่แผนกต่างๆ ในศูนย์การแพทย์ปัญญาณัสนทกิกุ ชลประทาน จะต้องดำเนินการในการประสานงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration)

2. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

- 2.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ การบริหารงานเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์
- 2.2 ผู้รับจ้างจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่ามีกระบวนการควบคุม การบริหารงานซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนด แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) รวมถึงการเก็บบันทึกข้อมูล การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การสอบเทียบ รายงานผลการทำงานให้ศูนย์การแพทย์ปัญญาณัสนทกิกุ ชลประทาน
- 2.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล และตรงตามความต้องการของศูนย์การแพทย์ปัญญาณัสนทกิกุ ชลประทาน โดยเครื่องมือแพทย์ทุกรายการจะได้รับการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) จำนวน 2 ครั้งต่อปี และการสอบเทียบ (Calibration) จำนวน 1 ครั้งต่อปี
- 2.4 ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสาร Protocol ในวันยื่นข้อเสนอ โดยจะต้องเป็น Protocol ของการทำการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) ถ้าจำเป็น รวมถึง Electric Test โดยต้องมี Protocol ของเครื่องมือซึ่งมีความเสี่ยงสูง หรือ TECHNOLOGY สูง หรือเป็นเครื่องมือที่ศูนย์การแพทย์ ปัญญาณัสนทกิกุ ชลประทาน มีใช้งาน มาแสดงตัวอย่างต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 3 รายการ ตามตัวอย่างดังนี้

ลำดับ	เครื่องมือ	รุ่น	ยี่ห้อ
1	VENTILATOR	VIASYS	VELA
2	DEFIBRILLATOR	EFFICIA-DFM-100	PHILIPS
3	EKG MONITOR	iM70	EDAN

2.5 ผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดอบรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่องตามคำร้องขอ ของศูนย์ การแพทย์ปัญญาณทวิกิช ชลประทาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ ต้องจัดอย่างน้อย 3 ครั้งในระยะเวลาของสัญญา

2.6 ผู้รับจ้างต้องมีทีมงานไม่น้อยกว่า 2 คน ในการสอบเทียบและมีเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เป็นของตนเองอย่างน้อย 50 รายการ สามารถสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ของศูนย์การแพทย์ปัญญาณทวิกิช ชลประทาน โดยต้องนำหลักฐานใน Certificate ของ เครื่องมือสอบเทียบทล่า้น้ำมาแสดงต่อคณะกรรมการและ ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มาทำการสอบเทียบตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เป็นที่ปรึกษาโครงการพร้อมแสดงหลักฐานในวันที่ยื่นข้อเสนอ

2.7 ผู้รับจ้างจะต้องแสดงผลงานในการเป็นผู้รับจ้าง บำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือ 医疗设备 อย่างน้อย 1 แห่ง วงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 500,000.00 บาท โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลงาน ดังกล่าวต้องให้บริการแล้วเสร็จด้วยดี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน และต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

3. แผนงานทั่วไป

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งบุคลากรวุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ โดยแสดงรายชื่อในวันที่ยื่น ข้อเสนอ

3.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งบุคลากรวุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์(โดยใช้อะไหล่ของโรงพยาบาล) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยมาปฏิบัติหน้าที่ในวันและเวลาราชการ 8:00-16:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดระยะเวลาสัญญา

3.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ทะเบียนประวัติเครื่องมือแพทย์ (Inventory) ของศูนย์ การแพทย์ปัญญาณทวิกิช ชลประทาน และมีการ update ฐานข้อมูลแบบ real time เมื่อมีเครื่องมือเข้า – ออก จากระบบ ลงในฐานข้อมูลของศูนย์การแพทย์ปัญญาณทวิกิช ชลประทาน ให้สมบูรณ์ โดยฐานข้อมูลเครื่องมือ 医疗设备 จะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือนหลังจากผู้รับจ้างเข้ามาปฏิบัติงาน

3.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ลงคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บประวัติการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ และรายงานสถานการณ์ ความ คืบหน้าของงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารรายงานและนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ทุกเดือน โดยการมีรายงานประกอบด้วย

1. รายงานสรุปผล PM&CAL ภาพรวมของศูนย์การแพทย์ปัญญาณทวิกิช ชลประทาน (โดยละเอียด)
2. รายงานสรุปผล PM&CAL คิดเป็นจำนวนและร้อยละ และรายงานแยกตามหน่วยงาน
3. รายงานการสอบเทียบฝ่ายและสอบเทียบไม่ฝ่าย ภาพรวม ศูนย์การแพทย์ปัญญาณทวิกิช ชลประทาน และแยกตามหน่วยงาน
4. รายงานสรุปยอดเครื่องมือที่หายไป (หลังการตรวจสอบอย่างชัดเจน) คิดเป็นจำนวนและร้อยละ
- แยกตามหน่วยงาน
5. รายงานเครื่องมือที่ PM&CAL โดยไม่มีในทะเบียน ตามเอกสารแนบ ก

3.5 ผู้รับจ้างต้องพร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาหรือหาข้อมูลในเชิงเทคนิคเพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน ใน การพิจารณาเครื่องมือแพทย์เข้ามาใช้ งานระบบเครื่องมือแพทย์

3.6 ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์นำเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินของศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน ออกไป นอกศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน นอกจากได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ให้ รับทราบเท่านั้น พร้อม ทั้งนำหลักฐานการนำออกโดยมีผู้ลงนามทั้งสองฝ่าย

3.7 หากผู้รับจ้างพบว่าเครื่องมือชำรุดเสียหายหรือไม่พร้อมใช้งานไม่สามารถทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบ เครื่องมือได้ต้องทำการแจ้งแก่หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของเครื่องหรือเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องมือแพทย์ และซ่างเครื่องมือ 医疗 equipment ของศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน ให้รับทราบทันที

3.8 ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการเท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินยกเว้นกรณี เร่งด่วนหรือมีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ทำหนังสือแจ้งต่อหน่วยงาน เครื่องมือแพทย์เป็น ลายลักษณ์อักษร

4. แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Action Report) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์

4.1 ผู้รับจ้างต้องบันทึกชนิดและรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่ทำการบำรุงรักษาไว้ในใบรายงานผล (Preventive Maintenance Protocol) ที่เข้ามาดำเนินการบำรุงรักษา

4.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ประกอบด้วยการตรวจสอบในส่วนต่างๆ ดังนี้

4.2.1 การตรวจสอบทั่วไป (General Check) ประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพเครื่องมือภายนอก

4.2.2 การตรวจสอบเช็คปุ่มกด และสายต่อของตัวเครื่อง

4.2.3 การทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งภายนอก – ภายใน

4.2.4 รวมการควบคุมสภาพและการเปลี่ยนอุปกรณ์ได้แก่ service kits เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามคำแนะนำของโรงงานผู้ผลิต

4.2.5 การทดสอบการทำงานของระบบการทำงานต่างๆ ของเครื่องมือแพทย์ว่าเครื่องยังคงใช้งานได้ตามปกติ

4.2.6 รวมการ Update Software เครื่องมือแพทย์ตามสัญญา เพื่อความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์

4.2.7 การตรวจสอบความปลอดภัยจากการกระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐาน EN 62353 (Electrical Safety)

Test EN 62353 ประกอบด้วยค่าต่างๆ ตามชนิดของเครื่องมือ เช่น

- Protective Conductor Resistance Test (<300 mOhm)

- Device Current Leakage Test (<1000 µA)

- Patient Leakage Current BF & CF (<50 µA)

- Insulation Resistance SC I Test (ถ้ามี)

- Insulation Resistance SC II Test (ถ้ามี)

- Power isolation Resistance CF & BF (>70 MegaOhm)

4.2.8 การตรวจเช็คพิเศษตามแต่ละประเภทของเครื่องมือ ประกอบด้วย

- ทดสอบการวัดและอ่านค่าต่างๆ ของเครื่องมือ เช่น Wave form, Paper Speed,

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

Paper feeding, sensor verification Check เป็นต้น

- ทดสอบระบบสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ (ถ้ามี) ปรับแต่งเครื่องให้เกิดความถูกต้อง สำหรับการใช้งาน

4.2.9 ผู้รับจ้างต้องมีอุปกรณ์ในการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือครบถ้วนเครื่องและอุปกรณ์ ต้องผ่าน การสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน

4.3 ผู้รับจ้างต้องสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามแผนงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต ด้วย เครื่องมือสอบเทียบที่มีมาตรฐาน

4.4 สำหรับเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานสรุปพร้อมใบรายการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) แต่ละเครื่องส่งให้หน่วยงานและศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน สามารถทวนสอบได้ทุก เมื่อ ส่วนเครื่องที่ไม่ผ่านการสอบเทียบผู้รับจ้างจะต้องดำเนินปรับแต่งแก้ไขค่าแล้วปรากฏว่าผลยังคงไม่ผ่านเกณฑ์ การสอบเทียบ ผู้รับจ้างต้องรายงานสรุปแจ้งศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อทราบเป็นลำดับต่อไป

4.5 ต้องส่งใบรายงานการทำ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) ที่เขียนด้วยมือของวิศวกรผู้ตรวจสอบ จัดส่งให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตามที่ ดำเนินการจริงเมื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ

4.6 ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายบ่งชี้สถานะการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) ที่ทนทานไม่ลบเลือนง่ายหรือฉีกขาดง่าย ติดที่เครื่องมือที่ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหรือสอบเทียบ เพื่อทำการให้ทราบช่วงเวลาที่ครบกำหนดบำรุงรักษาหรือสอบเทียบครั้งต่อไป พร้อมกับระบุหมายเลขประจำ เครื่องมือให้ถูกต้องและตรงตามหมายเลขเครื่อง

4.7 ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) แบบ On-site ภายในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และไม่มีการขนย้ายเครื่องมือออกนอก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

5. เงื่อนไขอื่นๆ

5.1 รายการเครื่องมือแพทย์ตามสัญญาดังนี้คือรายการเครื่องมือแพทย์ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวนประมาณ 2,949 รายการ ไม่รวมเครื่องเข้า เครื่อง ที่อยู่ในระยะรับประกัน โดยมีรายการตามเอกสารแนบ ก จำนวน 76 แผ่น

5.2 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นๆ อันเนื่องมาจากการผิดพลาดหรือบกพร่องของศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน หรือ พฤติกรรมอื่นๆ ใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลา ผู้รับจ้างต้องรายงานต่อศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ทราบภายในเดือนที่รายงานผลการปฏิบัติงาน หากเป็นเรื่องที่ คณะกรรมการเห็นว่าร้ายแรงและมีผลกระทบ ต่อเนื่องอาจให้ผู้รับจ้างรายงานเหตุการณ์หรือ พฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ทราบโดยเร็ว

5.3 กำหนดส่วนของงานที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โดยผู้รับจ้างต้องสรุปรายงาน Protocol ของเครื่องมือแพทย์แต่ละชนิดตามคำแนะนำของผู้ผลิต แยกตามแผนก ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นสุดสัญญา

5.4 เงื่อนไขการชำระเงินจะมีการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน ตามความสำเร็จของงานและจะระงับการจ่าย ค่าบริการในวดนั้นๆ ถ้างานไม่สำเร็จตามที่กำหนดไว้ จะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งออก 11 งวด ดังนี้

จวดที่ 1 จำนวนเงินร้อยละ 9 ของเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- วางแผนการ PM+CAL ตลอดปีงบประมาณ 2567 เสร็จเรียบร้อย
 - แจ้งแผนการPM+CAL ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ
 - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

งวดที่ 2 จำนวนเงินร้อยละ 9 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- วางแผนการ PM+CAL ตลอดปีงบประมาณ 2567 เสร็จเรียบร้อย
 - แจ้งแผนการPM+CAL ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ
 - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

จุดที่ 3 จำนวนเงินร้อยละ 9 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ความสำเร็จของงาน PM+CAL ตามแผนมากกว่าร้อยละ 85
 - รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

งวดที่ 4 จำนวนเงินร้อยละ 9 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ความสำเร็จของงาน PM+CAL ตามแผนมากกว่าร้อยละ 85
 - รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

งวดที่ 5 จำนวนเงินร้อยละ 9 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ความสำเร็จของงาน PM+CAL ตามแผนมากกว่าร้อยละ 85
 - รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

งวดที่ 6 จำนวนเงินร้อยละ 9 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ความสำเร็จของงาน PM+CAL ตามแผนมากกว่าร้อยละ 85
 - รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ
เดือน เมษายน พศ 2568

งวดที่ 7 จำนวนเงินร้อยละ 9 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ความสำเร็จของงาน PM+CAL ตามแผนมากกว่าร้อยละ 85
 - รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

งวดที่ 8 จำนวนเงินรั้งอยู่ครอง 9 ของวงเงินตามสัดส่วน เมื่อครั้งรับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ความสำเร็จของงาน PM+CAL ตามแผนมากกว่าร้อยละ 85
 - รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

งวดที่ 9 จำนวนเงินร้อยละ 9 ของงบลงตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ความสำเร็จของงาน PM+CAL ตามแผนมากกว่าร้อยละ 85
 - รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

งวดที่ 10 จำนวนเงินร้อยละ 9 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ความสำเร็จของงาน PM+CAL ตามแผนมากกว่าร้อยละ 85
- รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

งวดที่ 11 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ความสำเร็จของงาน PM+CAL ตามแผนมากกว่าร้อยละ 100
- รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการฯ เรียบร้อย
- สรุปผลการ PM & Cal ตลอดสัญญาและส่งมอบผลการ Calibrate ทั้งหมด กำหนดแล้วเสร็จเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

5.5 การส่งเครื่องมือแพทย์ออกภายนอกศูนย์การแพทย์ปัญญาบันทึกฯ ชลประทาน ผู้รับจ้างจะต้องทำเอกสารขอส่งเครื่องภายนอกโดยแจ้งให้ทางพัสดุ และผู้ควบคุมเครื่องมือแพทย์ รับทราบก่อนนำเครื่องมือแพทย์ออกทุกครั้ง

5.6 ภายในช่วงครึ่งสัญญาแรกจะต้องทำการรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ครบ 1 ครั้งและทำการสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ให้ได้จำนวนครึ่งหนึ่งของการทั้งหมด

5.7 เครื่องมือแพทย์ที่บริษัทไม่สามารถสอบเทียบได้ นอกเหนือจากรายการเครื่องมือแพทย์ที่ทางบริษัท แจ้งขอยกเว้น แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญาบันทึกฯ ชลประทาน ตามสัญญาทางบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสอบเทียบทุกครั้ง

เอกสารแนบท้าย

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	เดือนปีที่ซื้อ	เดือนปีที่หมดประกัน	บัญชีรักษา	บัญชีซ่อมบำรุง	บัญชีซ่อมบำรุง	มาตรฐาน	หมายเหตุ
1	COV	COV-BPO-06	เครื่องวัดความถี่นิยามด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	NORTHERN	AQUARIUS	I109318	05/07/2564	6515-009-0018/64	1	1	1	ISO9001	
2	COV	COV-BPO-07	เครื่องวัดความถี่เมืองพัคกี้ส์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	GE Healthcare	CARESCAPE V100	SH6141402495A	09/03/2557	6515-009-0010/57	1	1	1	ISO9001	
3	COV	COV-BPO-08	เครื่องวัดความถี่เมืองพัคกี้ส์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	NORTHERN	AQUARIUS	I109310	05/02/2564	6515-009-0002/64	1	1	1	ISO9001	
4	COV	COV-EBA-01	เครื่องวัดความถี่เมืองพัคกี้ส์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	EDAN	IM70	360180-M2110634003	25/03/2564	6515-041-0003/64	2	1	1	ISO9001	
5	COV	COV-EBA-03	เครื่องวัดความถี่เมืองพัคกี้ส์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	EDAN	IM70	360180-M2110634006	25/03/2564	6515-041-0005/64	2	1	1	ISO9001	
6	COV	COV-EBA-06	เครื่องวัดความถี่เมืองพัคกี้ส์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	EDAN	IM70	360180-M2110634010	25/03/2564	6515-041-0008/64	2	1	1	ISO9001	
7	COV	COV-EBA-07	เครื่องวัดความถี่เมืองพัคกี้ส์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	EDAN	IM70	360180-M2110634011	25/03/2564	6515-041-0009/64	2	1	1	ISO9001	
8	COV	COV-EBM-08	เครื่องวัดความถี่เมืองพัคกี้ส์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	EDAN	IM70	360180-M2110634012	25/03/2564	6515-041-0010/64	2	1	1	ISO9001	
9	COV	COV-OFM-05	Oxygen Regulator (หัวจ่ายออกซิเจน) พร้อม Flowmeter	OHIO	LTI5LOX02599	28/04/2563	6515-054-0008/58	1	1	1	1	ISO9001	
10	COV	COV-OFM-07	Oxygen Regulator (หัวจ่ายออกซิเจน) พร้อม Flowmeter	OHIO	LTI5LOX02631	28/04/2563	6515-054-0045/63	1	1	1	1	ISO9001	
11	COV	COV-OFM-11	Oxygen Regulator (หัวจ่ายออกซิเจน) พร้อม Flowmeter	OHIO	LTI5LOX02632	28/04/2563	6515-054-0046/63	1	1	1	1	ISO9001	
12	COV	COV-OFM-09	Oxygen Regulator (หัวจ่ายออกซิเจน) พร้อม Flowmeter	OHIO	LTI5LOX02637	28/04/2563	6515-054-0050/63	1	1	1	1	ISO9001	
13	COV	COV-OFM-10	Oxygen Regulator (หัวจ่ายออกซิเจน) พร้อม Flowmeter	OHIO	LTI5LOX02647	28/04/2563	6515-054-0051/63	1	1	1	1	ISO9001	
14	COV	COV-OFM-11	Oxygen Regulator (หัวจ่ายออกซิเจน) พร้อม Flowmeter	OHIO	LTI5LOX02649	28/04/2563	6515-054-0053/63	1	1	1	1	ISO9001	
15	COV	COV-OFM-12	Oxygen Regulator (หัวจ่ายออกซิเจน) พร้อม Flowmeter	OHIO	LTI5LOX02788	28/04/2563	6515-054-0101/63	1	1	1	1	ISO9001	
16	COV	COV-OFM-13	Oxygen Regulator (หัวจ่ายออกซิเจน) พร้อม Flowmeter	OHIO	LTI5LOX02800	28/04/2563	6515-054-0053/63	1	1	1	1	ISO9001	
17	COV	COV-SLP-03	Suction Pipeline	ONX Vac	ONX-VPI-S-W01-TB	ITB0214	22/07/2563	6515-224-0098/63	1	1	1	ISO9001	
18	COV	COV-SLP-05	Suction Pipeline	ONX Vac	ONX-VPI-S-W01-TB	ITB0216	22/07/2563	6515-224-0100/63	1	1	1	ISO9001	
19	COV	COV-SLP-06	Suction Pipeline	ONX Vac	ONX-VPI-S-W01-TB	ITB0217	22/07/2563	6515-224-0101/63	1	1	1	ISO9001	
20	COV	10/1-BPA-03	BP Analog	Rieger	124	90248495	04/06/2552	6515-054-0128/63	1	1	1	ISO9001	
21	COV	10/1-BPA-04	BP Analog	Alp K2	Desk	332279	12/02/2547		1	1	1	ISO9001	
22	COV	10/1-BPA-06	BP Analog	Rieger	-	12103-8283	11/01/2556		1	1	1	ISO9001	
23	COV	10/1-BPA-07	เครื่องวัดความถี่เมืองพัคกี้ส์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	Yuswell	Standing Type	WD-003	14/11/2565	6515-027-0003/66	1	1	1	ISO9001	
24	COV	10/1-BPO-03	BP Monitor	Edan	M3A	260080-M15986210017	I201/2558		1	1	1	ISO9001	
25	COV	10/1-BPO-04	BP Monitor	Edan	M3A	260080-M15986210010	I201/2558		1	1	1	ISO9001	
26	COV	10/1-BPO-05	BP Monitor	Bluepoint	OXY TRUE	T90700187	I2/08/2558		1	1	1	ISO9001	
27	COV	10/1-BPO-06	BP Monitor + O2 Sat	EDAN	M3A	360125-M118C1141000901	I8/04/2562		2	1	1	ISO9001	
28	COV	10/1-BPO-07	BP Monitor + O2 Sat	EDAN	M3A	360125-M118C1141000901	I6/12/2562	6515-009-0011/63	2	1	1	ISO9001	
29	COV	10/1-BPO-08	BP Monitor + O2 Sat	SZOSEN	OSESEN8000B	I201/2002	31/10/2565	6515-009-0002/65	2	1	1	ISO9001	
30	COV	10/1-BPO-09	BP Monitor + O2 Sat	Creative	PC-900	J01001C-00666	19/04/2566	6515-009-0006/66	2	1	1	ISO9001	
31	COV	10/1-LBM-01	EKG Monitor	EDAN	iM70	360080-M22005/S0001	I1/04/2565	6515-041-00021/65	2	1	1	ISO9001	
32	COV	10/1-LKG-01	EKG Recorder	VISMO	PV-M2701	7875	I6/10/2558		1	1	1	ISO9001	
33	COV	10/1-LKG-02	EKG Recorder	GE Health Care	Mac 800	SJ4160/70257WA	I8/04/2559		1	1	1	ISO9001	
34	COV	10/1-LKG-03	EKG Recorder	PHILIP	TC30	C722034998	I2/12/2564	6515-021-0002/65	1	1	1	ISO9001	
35	COV	10/1-LDP-01	เครื่องแยกน้ำนมด้วยการกรองสารสกัดนม	Hawk med	HK-300	1148506	I2/09/2565	6515-056-0008/65	1	1	1	ISO9001	
36	COV	10/1-LDP-02	เครื่องแยกน้ำนมด้วยการกรองสารสกัดนม	Hawk med	HK-300	1148591	I2/09/2565	6515-056-0009/65	1	1	1	ISO9001	
37	COV	10/1-LDP-03	เครื่องแยกน้ำนมด้วยการกรองสารสกัดนม	Hawk med	HK-300	1148507	I2/09/2565	6515-056-0010/65	1	1	1	ISO9001	
38	COV	10/1-LHM-01	Micromatocentrifuge	HEITTICH	HAEMATOKRIT210	0011590-03-00	I5/06/2555		1	1	1	ISO9001	
39	COV	10/1-LPG-01	เครื่องแยกน้ำนมด้วยการกรองสารสกัดนม	-	-	I0902	I2/09/2556		1	1	1	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ពិនិត្យរាង	លក្ខណៈសម្រាប់	បញ្ជីរាយការ	សម្រាប់អប់រំ	គម្រោង	អាមេរិក
(កូដ)	(កូដ)	(កូដ)	(កូដ)	(កូដ)	(កូដ)	(កូដ)	(កូដ)	(កូដ)	(កូដ)	(កូដ)	(កូដ)	
40	10/1	10/1-LAR-01	Laryngoscope	-	-	07/12261	និង	និង	និង	និង	និង	ISO9001
41	10/1	10/1-MIC-01	ឯករាយឯករាយ	Carl Zeiss	Primo Star	3128000222	និង LAP	និង	និង	និង	និង	ISO9001
42	10/1	10/1-OFM-02	Oxygen Flowmeter	Dimed	-	4077004	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
43	10/1	10/1-OFM-03	Oxygen Flowmeter	-	-	-	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
44	10/1	10/1-OFM-04	Oxygen Flowmeter	Ohmeda	-	I7953	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
45	10/1	10/1-OFM-05	Oxygen Flowmeter	Crown	-	1116744	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
46	10/1	10/1-OFM-07	Oxygen Flowmeter (15 liter)	Ohmeda	-	5698	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
47	10/1	10/1-OFM-09	Oxygen Flowmeter	-	-	-	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
48	10/1	10/1-OFM-10	Oxygen Flowmeter	-	-	-	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
49	10/1	10/1-OFM-11	Oxygen Flowmeter (15 liter)	Ohmeda	-	5700	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
50	10/1	10/1-OFM-13	Oxygen Flowmeter	-	-	17957	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
51	10/1	10/1-OFM-14	Oxygen Flowmeter	Ohmeda	-	K00132	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
52	10/1	10/1-OFM-16	Oxygen Flowmeter (15 liter)	Ohmeda	-	5701	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
53	10/1	10/1-OFM-17	Oxygen Flowmeter	Ohmeda	-	K00135	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
54	10/1	10/1-OFM-20	Oxygen Flowmeter (15 liter)	Ohmeda	-	5277	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
55	10/1	10/1-OFM-26	Oxygen Flowmeter (3.5 liter)	Ohmeda	-	FMA06631HH	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
56	10/1	10/1-OFM-27	Oxygen Flowmeter (3.5 liter)	Ohmeda	-	FMA06632HH	17/09/2552	-	-	-	-	ISO9001
57	10/1	10/1-OFM-28	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	12279GL	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
58	10/1	10/1-OFM-29	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	12290GL	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
59	10/1	10/1-OFM-30	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	12311GL	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
60	10/1	10/1-OFM-31	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	12231GL	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
61	10/1	10/1-OFM-32	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	12275GL	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
62	10/1	10/1-OFM-33	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	12246GL	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
63	10/1	10/1-OFM-34	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	12289GL	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
64	10/1	10/1-OFM-35	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	FMA21085QN	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
65	10/1	10/1-OFM-36	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	12223GL	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
66	10/1	10/1-OFM-37	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	12309GL	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
67	10/1	10/1-OFM-38	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	12238GL	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
68	10/1	10/1-OFM-39	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15U-O#2	12234GL	15/03/2556	-	-	-	-	ISO9001
69	10/1	10/1-OFM-40	Oxygen Flowmeter (15 liter)	Soldia	-	MA01990KCP/MA01999TCP	24/07/2560	-	-	-	-	ISO9001
70	10/1	10/1-OFM-41	Oxygen Flowmeter (15 liter)	Soldia	-	MA019995KCP/MA019995CP	24/07/2560	-	-	-	-	ISO9001
71	10/1	10/1-OFM-42	Oxygen Flowmeter (15 liter)	Soldia	-	MA019992KCP/MA019992CP	24/07/2560	-	-	-	-	ISO9001
72	10/1	10/1-OFM-44	Oxygen Flowmeter (3.5 liter)	Soldia	-	MA019992KGO	24/07/2560	-	-	-	-	ISO9001
73	10/1	10/1-OFM-46	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FOM15U-A06337FB	11/02/2562	-	-	-	-	ISO9001
74	10/1	10/1-OFM-47	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A06336FB	11/02/2562	-	-	-	-	ISO9001
75	10/1	10/1-OFM-48	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A08338FB	11/02/2562	-	-	-	-	ISO9001
76	10/1	10/1-OFM-49	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A08339FB	11/02/2562	-	-	-	-	ISO9001
77	10/1	10/1-OFM-50	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A08340FB	11/02/2562	-	-	-	-	ISO9001
78	10/1	10/1-OFM-51	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A08341FB	11/02/2562	-	-	-	-	ISO9001

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	รุ่น/ยี่ห้อ	เลขที่ติดตัว	บาร์โค้ด	สถานที่อยู่	มำตรฐำน	ผู้ดูแล
79	10/1	10/1-OFM-52	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
80	10/1	10/1-OFM-53	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
81	10/1	10/1-OFM-54	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
82	10/1	10/1-OFM-55	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
83	10/1	10/1-OFM-56	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
84	10/1	10/1-OFM-57	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	/	
85	10/1	10/1-OFM-58	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
86	10/1	10/1-OFM-59	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
87	10/1	10/1-OFM-60	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
88	10/1	10/1-OFM-61	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
89	10/1	10/1-OFM-62	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
90	10/1	10/1-OFM-63	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
91	10/1	10/1-OFM-64	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
92	10/1	10/1-OFM-65	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FMO15U-A0834FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
93	10/1	10/1-OFM-66	Oxygen Flowmeter	Precision	-	FMO15U-A1819FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
94	10/1	10/1-OFM-67	Oxygen Flowmeter	Precision	-	FMO15U-A1819FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
95	10/1	10/1-OFM-68	Oxygen Flowmeter	Precision	-	FMO15U-A1819FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
96	10/1	10/1-OFM-69	Oxygen Flowmeter	Precision	-	FMO15U-A1819FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
97	10/1	10/1-OFM-70	Oxygen Flowmeter	Precision	-	FMO15U-A1819FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
98	10/1	10/1-OFM-71	Oxygen Flowmeter	Soldia	-	FMO15U-A1819FB	11/02/2562	-	-	ISO9001	ISO9001	
99	10/1	10/1-OFM-72	Oxygen Flowmeter	Amver	-	TISLOC1218S	14/06/2567	6515-0154-0011159	6515-0154-0011159	ISO9001	ISO9001	
100	10/1	10/1-OFH-01	Oxygen High Flow	MasterFisher Q Paykel	Mapflo2 MR310	KD2531/1010	01/08/2558	5915-002-0000158	5915-002-0000158	ISO9001	ISO9001	
101	10/1	10/1-OFH-02	Oxygen High Flow	MasterFisher Q Paykel	F4040	BD801/1002	03/07/2559	6515-201-000160	6515-201-000160	ISO9001	ISO9001	
102	10/1	10/1-OFH-03	Oxygen High Flow	Bio-Med Devices	2003FL	BX1751022	16/03/2560	6515-201-000760	6515-201-000760	ISO9001	ISO9001	
103	10/1	10/1-OFH-04	Oxygen High Flow	Bio-Med Devices	2003FL	BX1751019	17/03/2560	6515-201-000460	6515-201-000460	ISO9001	ISO9001	
104	10/1	10/1-OFH-05	Oxygen High Flow	Bio-Med Devices	2003FL	BX1652468	22/12/2559	6515-201-0000160	6515-201-0000160	ISO9001	ISO9001	
105	10/1	10/1-OFH-07	Oxygen High Flow	Maxflo2 MR310	XD2531/1007	08/01/2558	5915-002-000258	5915-002-000258	5915-002-000258	ISO9001	ISO9001	
106	10/1	10/1-OFH-08	Oxygen High Flow	Drager	Oxymixer	QMHF20216028	19/08/2564	6515-170-000364	6515-170-000364	ISO9001	ISO9001	
107	10/1	10/1-OFH-09	Oxygen High Flow	Drager	Oxymixer	QMHF20216029	19/08/2564	6515-170-000464	6515-170-000464	ISO9001	ISO9001	
108	10/1	10/1-OHO-01	Oho-Ophthalmoscope	TIMESCO	Combo ENT Sat Xeon	25023005846	28/01/2556	-	-	ISO9001	ISO9001	
109	10/1	10/1-OHO-04	Oho-Ophthalmoscope	Riester	R-3859	-	25/08/2561	-	-	ISO9001	ISO9001	
110	10/1	10/1-OHO-05	Oho-Ophthalmoscope	Riester	R-3859	-	24/08/2561	-	-	ISO9001	ISO9001	
111	10/1	10/1-OHO-06	Oho-Ophthalmoscope	Riester	-	-	22/01/2564	6515-048-000364	6515-048-000364	ISO9001	ISO9001	
112	10/1	10/1-OPO-07	Oho-Ophthalmoscope	Riester	triscope@L	S-202206	12/09/2565	6515-048-001165	6515-048-001165	ISO9001	ISO9001	
113	10/1	10/1-POX-01	Pulse Oximeter	COVIDIEN	N-65	G13802137	22/01/2557	2	2	ISO9001	ISO9001	
114	10/1	10/1-POX-02	Pulse Oximeter	EDAN	H 100B	360101-N42050620111	27/05/2021	6515-084-000364	6515-084-000364	ISO9001	ISO9001	
115	10/1	10/1-RET-01	Refractometer Thermometer	-	-	-	-	1	1	ISO9001	ISO9001	
116	10/1	10/1-SUP-01	Suction Pipeline สำหรับสูด	Amver	-	VRA05872CM	08/10/2556	-	-	ISO9001	ISO9001	
117	10/1	10/1-SUP-02	Suction Pipeline สำหรับสูด	Amver	-	VRA05874CM	08/10/2556	-	-	ISO9001	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ເລີ່ມຕົ້ນ	ອະຫາກັນທີ	ນໍາໃຊ້ການ	ຄວາມເປັນຍາ	ນໍາໃຊ້ການ	ຄວາມເປັນຍາ	ໜາກເກົດ	
118	10/1	101-SUP-03	Suction Pipeline ສ່ວນກາທີ	Anivex	-	VRA05879CM	08/02/2556		1	1	ISO9001			
119	10/1	101-SUP-04	Suction Pipeline ສ່ວນກາທີ	Anivex	-	VRA05879CM	10/08/2556	6515-004-0002(60)	1	1	ISO9001			
120	10/1	101-SUP-08	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2948FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
121	10/1	101-SUJP-09	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2948FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
122	10/1	101-SUP-10	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2947FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
123	10/1	101-SUJP-11	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2949FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
124	10/1	101-SUJP-12	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2949FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
125	10/1	101-SUJP-13	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2947FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
126	10/1	101-SUJP-14	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2947FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
127	10/1	101-SUJP-15	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2947FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
128	10/1	101-SUJP-16	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2947FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
129	10/1	101-SUJP-17	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2948FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
130	10/1	101-SUJP-18	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2948FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
131	10/1	101-SUJP-19	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2948FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
132	10/1	101-SUJP-20	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2948FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
133	10/1	101-SUJP-21	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2947FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
134	10/1	101-SUJP-22	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2948FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
135	10/1	101-SUJP-23	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2948FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
136	10/1	101-SUJP-24	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2949FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
137	10/1	101-SUJP-25	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2949FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
138	10/1	101-SUJP-26	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2948FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
139	10/1	101-SUJP-27	Suction Pipeline	AMICO	-	CA2948FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
140	10/1	101-SUJP-28	Oxygen Flowmeter	Emvee	-	C4000272	18/04/2561		1	1	ISO9001			
141	10/1	101-VEN-01	Ventilator	PHILIP	Tribog 100 Humidifiers	-	11/02/2562		1	1	ISO9001			
142	10/1	101-VEN-03	Ventilator	AMICO	-	CA2949FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
143	10/1	101-WEA-01	Weight Scale	-	-	CA2948FJ	11/02/2562		1	1	ISO9001			
144	10/1	101-WED-01	Weight Scale (ດີ່ນ)	Seca	767	1727/200543	23/02/2558		2	1	ISO9001			
145	10/1	101-WED-02	Weight Scale (ດີ່ນ)	Seca	-	C360E	13/06/202382	21/02/2557	10-n. W.	2	1	ISO9001		
146	10/1	101-WED-05	Weight Scale (ດີ່ນ)	TANITA	WB380	15/07/021	20/11/2558		1	1	ISO9001			
147	10/1	101-WED-06	Weight Scale (ດີ່ນ)	Naga	BW-20	F121020	23/02/2561	6670-002-0001/61	1	1	ISO9001			
148	10/1	101-BPA-01	ເຕືອນໄພຄານເຫັນເດືອນດີ່ນ	Yutew	Standing Type	WD-003	14/11/2565	6515-027-0003/66	1	1	ISO9001			
149	10/1	101-BPO-01	ເຕືອນໄພຄານເຫັນເດືອນດີ່ນ	AQUARIUS	OSEN8000B	1091/5009	05/02/2564	6515-009-0004/64	1	1	ISO9001			
150	10/1	101-BPO-03	ເຕືອນໄພຄານເຫັນເດືອນດີ່ນ	AQUARIUS	OSEN8000B	1091/5011	05/02/2564	6515-009-001/64	1	1	ISO9001			
151	10/1	101-BPO-05	ເຕືອນໄພຄານເຫັນເດືອນດີ່ນ	NORTHERN	OSEN8000B	1201/2003	31/03/2565	6515-009-0003/65	1	1	ISO9001			
152	10/1	101-BPO-06	ເຕືອນໄພຄານເຫັນເດືອນດີ່ນ	NORTHERN	OSEN8000B	1201/2004	31/03/2565	6515-009-0004/65	1	1	ISO9001			
153	10/1	101-BPO-07	ເຕືອນໄພຄານເຫັນເດືອນດີ່ນ	KODAN	M3A	360125-N229163/0008	02/12/2565	6515-009-0001/65	1	1	ISO9001			
154	10/1	101-BPO-08	ເຕືອນໄພຄານເຫັນເດືອນດີ່ນ	NORTHERN	AQUARIUS	1091/5010	05/02/2564	6515-009-002/64	1	1	ISO9001			
155	10/1	101-BPO-09	ເຕືອນໄພຄານເຫັນເດືອນດີ່ນ	NORTHERN	AQUARIUS	1091/5012	05/02/2564	6515-009-0009/64	1	1	ISO9001			
156	10/1	101-DEF-01	Defibrillator	PHILIPS	Efficia-DFM-100	CN-32659029	22/04/2565	6515-049-0007/65	2	1	ISO9001			

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ទីតាំង	លក្ខណៈសម្រាប់	បច្ចេកវិទ្យា	សម្រាប់ប្រើប្រាស់	មាននូវការ	អាមេរិក
				Instrument			រឿងទុក្ខ	លក្ខណៈសម្រាប់	(ករ្តួន)	(ករ្តួន)	គោលការ	
157	11/1	11/1-EBM-01	ការងារអំពីការរៀបចំការងារដែលមានអាជីវកម្ម និងភ័យ នៃការងារ	EDAN	IM70	360080-M2110634001	25/03/2564	6515-041-0012/64	2	1	ISO9001	
158	11/1	11/1-EBM-02	ការងារអំពីការរៀបចំការងារដែលមានអាជីវកម្ម និងភ័យ នៃការងារ	EDAN	IM70	360080-M2110634003	25/03/2564	6515-041-0016/64	2	1	ISO9001	
159	11/1	11/1-EBM-03	ការងារអំពីការរៀបចំការងារដែលមានអាជីវកម្ម និងភ័យ នៃការងារ	EDAN	IM70	360080-M2110635006	25/03/2564	6515-041-0022/64	2	1	ISO9001	
160	11/1	11/1-EBM-04	ការងារអំពីការរៀបចំការងារដែលមានអាជីវកម្ម និងភ័យ នៃការងារ	EDAN	IM70	360080-M2110635007	25/03/2564	6515-041-0023/64	2	1	ISO9001	
161	11/1	11/1-EBM-05	ការងារអំពីការរៀបចំការងារដែលមានអាជីវកម្ម និងភ័យ នៃការងារ	EDAN	IM70	360080-M2210635002	11/04/2565	6515-041-0022/65	2	1	ISO9001	
162	11/1	11/1-EKG-01	ការងារអំពីការរៀបចំការងារ និងភ័យ	EDAN	SE1200	460016-M2130720004	11/06/2564	6515-023-0006/64	1	1	ISO9001	
163	11/1	11/1-EDP-01	ការងារអំពីការរៀបចំការងារ និងភ័យ	Hawk med	HK-300	113573	11/03/2565	6515-06-0001/65	1	1	ISO9001	
164	11/1	11/1-EDP-02	ការងារអំពីការរៀបចំការងារ និងភ័យ	Hawk med	HK-300	113507	11/03/2565	6515-056-0002/65	1	1	ISO9001	
165	11/1	11/1-HDG-01	ការងារអំពីការរៀបចំការងារ និងភ័យ	VBM	UNIVERSAL	2225975	14/11/2565	6515-153-0001/66	1	1	ISO9001	
166	11/1	11/1-LAR-01	ការងារអំពីការរៀបចំការងារ និងភ័យ	Long Life	Mega line	182564	29/03/2564	6515-048-70001/64	1	1	ISO9001	
167	11/1	11/1-LIG-01	ការងារអំពីការរៀបចំការងារ និងភ័យ	Select	CD/HF01-61	-	14/11/2565	6230-005-0001/66	1	1	ISO9001	
168	11/1	11/1-LIG-02	ការងារអំពីការរៀបចំការងារ និងភ័យ	Burton	NOVA Exam LED	7023694	25/11/2565	6230-005-0002/66	1	1	ISO9001	
169	11/1	11/1-OFM-01	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5247	29/10/2561	6515-054-0022/62	1	1	ISO9001	
170	11/1	11/1-OFM-02	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5248	29/10/2561	6515-054-0023/62	1	1	ISO9001	
171	11/1	11/1-OFM-03	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5249	29/10/2561	6515-054-0024/62	1	1	ISO9001	
172	11/1	11/1-OFM-04	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5250	29/10/2561	6515-054-0025/62	1	1	ISO9001	
173	11/1	11/1-OFM-05	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5251	29/10/2561	6515-054-0026/62	1	1	ISO9001	
174	11/1	11/1-OFM-06	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5252	29/10/2561	6515-054-0027/62	1	1	ISO9001	
175	11/1	11/1-OFM-07	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5253	29/10/2561	6515-054-0028/62	1	1	ISO9001	
176	11/1	11/1-OFM-08	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5254	29/10/2561	6515-054-0029/62	1	1	ISO9001	
177	11/1	11/1-OFM-09	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5255	29/10/2561	6515-054-0030/62	1	1	ISO9001	
178	11/1	11/1-OFM-10	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5256	29/10/2561	6515-054-0031/62	1	1	ISO9001	
179	11/1	11/1-OFM-11	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5257	29/10/2561	6515-054-0032/62	1	1	ISO9001	
180	11/1	11/1-OFM-12	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5258	29/10/2561	6515-054-0033/62	1	1	ISO9001	
181	11/1	11/1-OFM-13	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5259	29/10/2561	6515-054-0034/62	1	1	ISO9001	
182	11/1	11/1-OFM-14	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5260	29/10/2561	6515-054-0035/62	1	1	ISO9001	
183	11/1	11/1-OFM-15	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5261	29/10/2561	6515-054-0036/62	1	1	ISO9001	
184	11/1	11/1-OFM-16	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5262	29/10/2561	6515-054-0037/62	1	1	ISO9001	
185	11/1	11/1-OFM-17	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5263	29/10/2561	6515-054-0038/62	1	1	ISO9001	
186	11/1	11/1-OFM-18	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5264	29/10/2561	6515-054-0039/62	1	1	ISO9001	
187	11/1	11/1-OFM-19	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5265	29/10/2561	6515-054-0040/62	1	1	ISO9001	
188	11/1	11/1-OFM-20	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5266	29/10/2561	6515-054-0041/62	1	1	ISO9001	
189	11/1	11/1-OFM-21	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5267	29/10/2561	6515-054-0042/62	1	1	ISO9001	
190	11/1	11/1-OFM-22	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5268	29/10/2561	6515-054-0043/62	1	1	ISO9001	
191	11/1	11/1-OFM-23	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5269	29/10/2561	6515-054-0044/62	1	1	ISO9001	
192	11/1	11/1-OFM-24	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5270	29/10/2561	6515-054-0045/62	1	1	ISO9001	
193	11/1	11/1-OFM-25	Oxygen Regulator (ឯករាយឯករាយ) និង Flowmeter	MAVEX	-	5271	29/10/2561	6515-054-0046/62	1	1	ISO9001	
194	11/1	11/1-OFM-26	Oxygen Flowmeter	Oxyvac	-	FMAQ021034GN	13042543	-	1	1	ISO9001	
195	11/1	11/1-OFM-27	Oxygen Flowmeter	ACARE	FTA-OA	T800025980021	05/03/2552	-	1	1	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ເລື່ອງຈາກ	ເພຫດກັນທີ	ນໍາໃຊ້ການ	ຄວາມເຫັນ	ມາຮັດໄວ	ຄ່າປົກຄາ	ໜາກທິດ	
196	11/1	11/1-OFM-29	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າໝາຍີ້) int' Flowmeter	Amvex	FM-1SLU-472	I2226GL	15/03/2556	-	1	1	ISO9001			
197	11/1	11/1-OFM-30	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າໝາຍີ້) int' Flowmeter	AMVEX	-	T15LOA13314	23/07/2564	6515-054-0013/64	1	1	ISO9001			
198	11/1	11/1-OFM-31	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າໝາຍີ້) int' Flowmeter	AMVEX	-	T15LOA13315	21/07/2564	6515-054-0014/64	1	1	ISO9001			
199	11/1	11/1-OFM-32	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າໝາຍີ້) int' Flowmeter	Penton	-	I47094461613	05/02/2558	6515-054-0003/58	1	1	ISO9001			
200	11/1	11/1-OFM-33	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າໝາຍີ້) int' Flowmeter	Penton	-	I40794461610	05/02/2558	6515-054-0011/58	1	1	ISO9001			
201	11/1	11/1-OFM-34	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າໝາຍີ້) int' Flowmeter	Penton	-	I40794461623	05/02/2558	6515-054-0005/58	1	1	ISO9001			
202	11/1	11/1-OFM-35	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າໝາຍີ້) int' Flowmeter	Penton	-	I40794461530	05/02/2558	6515-054-0004/58	1	1	ISO9001			
203	11/1	11/1-OFM-36	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າໝາຍີ້) int' Flowmeter	Penton	-	I40794461508	05/02/2558	6515-054-0009/58	1	1	ISO9001			
204	11/1	11/1-QFM-37	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າໝາຍີ້) int' Flowmeter	Penton	-	I40794461624	05/02/2558	6515-054-0002/58	1	1	ISO9001			
205	11/1	11/1-SUP-01	Suction Pipeline	AMICO	-	32477	03/05/2562	6515-034-0053/62	1	1	ISO9001			
206	11/1	11/1-SUP-02	Suction Pipeline	AMICO	-	32478	03/05/2562	6515-034-0054/62	1	1	ISO9001			
207	11/1	11/1-SUP-04	Suction Pipeline	AMICO	-	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0162	22/07/2563	6515-224-0046/63	1	1	ISO9001		
208	11/1	11/1-SUP-06	Suction Pipeline	AMICO	-	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0164	22/07/2563	6515-224-0048/63	1	1	ISO9001		
209	11/1	11/1-SUP-07	Suction Pipeline	AMICO	-	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0165	22/07/2563	6515-224-0059/63	1	1	ISO9001		
210	11/1	11/1-SUP-08	Suction Pipeline	AMICO	-	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0166	22/07/2563	6515-224-0050/63	1	1	ISO9001		
211	11/1	11/1-SUP-09	Suction Pipeline	AMICO	-	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0167	22/07/2563	6515-224-0051/63	1	1	ISO9001		
212	11/1	11/1-SUP-10	Suction Pipeline	AMICO	-	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0168	22/07/2563	6515-224-0052/63	1	1	ISO9001		
213	11/1	11/1-SUP-12	Suction Pipeline	AMICO	-	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0200	24/07/2563	6515-224-0084/63	1	1	ISO9001		
214	11/1	11/1-WED-01	ຕົກລົງທຶນກຳນົດຕົກລົງ	NAGATA	BW-1410H	J103301	23/12/2564	6515-105-0007/65	1	1	ISO9001			
215	11/2	11/2-BPA-01	BPM Analog	Baumannometer	-	Y50332	W.R.2548	-	1	1	ISO9001			
216	11/2	11/2-BPA-05	ຕົກລົງການນັ້ນຕົກລົງການນັ້ນຕົກລົງ	F BOSCH	10161	I7020300173	21/04/2563	6515-027-0001/63	1	1	ISO9001			
217	11/2	11/2-BPO-02	BPM Monitor + O2 Sat	Edan	M3/A	261064-M17601040041	01/12/2560	6515-025-0003/61	2	1	ISO9001			
218	11/2	11/2-BPO-03	BPM Monitor + O2 Sat	Edan	M3/A	360125-M19408370026	26/06/2562	6515-009-0005/62	2	1	ISO9001			
219	11/2	11/2-BPO-04	BPM Monitor + O2 Sat	Edan	M3/A	360125-M19408370013	26/06/2562	6515-009-0006/62	2	1	ISO9001			
220	11/2	11/2-BPO-06	BPM Monitor + O2 Sat	SZOPEN	OSENS800B	I2012005	31/03/2565	6515-009-0005/65	2	1	ISO9001			
221	11/2	11/2-BRO-07	BPM Monitor + O2 Sat	Edan	M3/A	360125-M427916330006	02/12/2565	6515-009-0002/65	2	1	ISO9001			
222	11/2	11/2-CEN-01	Coring	HEITTICH	HAEMATOKIT	001210643	24/12/2555	6515-007-0002/56	1	1	ISO9001			
223	11/2	11/2-DEF-02	Defibrillator	PHILIPS	Efficie-DEFM-100	CN-32659035	22/04/2565	6515-044-0008/65	2	1	ISO9001			
224	11/2	11/2-EBM-01	EKG Monitor	EDAN	IM70	360080-M42941560009	23/07/2563	6515-041-0015/63	2	1	ISO9001			
225	11/2	11/2-EBM-02	EKG Monitor	EDAN	IM70	360080-M42941560005	23/07/2563	6515-041-0016/63	2	1	ISO9001			
226	11/2	11/2-EBM-03	EKG Recorder	EDAN	IM70	360080-M42941560007	23/07/2563	6515-041-0017/63	2	1	ISO9001			
227	11/2	11/2-EBM-04	EKG Monitor	EDAN	IM70	360080-M42941560001	23/07/2563	6515-041-0018/63	2	1	ISO9001			
228	11/2	11/2-EBM-05	EKG Monitor	EDAN	IM70	360080-M42205450003	11/04/2565	6515-041-0023/65	2	1	ISO9001			
229	11/2	11/2-EKG-02	EKG Recorder	GE Healthcare	MAC 800	S141358440W	15/01/2557	6515-041-0001/57	1	1	ISO9001			
230	11/2	11/2-EKG-03	EKG Recorder	EDAN	SE1200	406016-M2130752008	11/06/2564	6515-023-0007/64	1	1	ISO9001			
231	11/2	11/2-HFG-01	Hົກສາຫຼັກສຸກຫຼັກສຸກ	COVIDIEN	-	1542830	28/10/2559	6515-017-0001/60	1	1	ISO9001			
232	11/2	11/2-LAR-01	Laryngoscope	Hirne	-	-	27/09/2536	-	1	1	ISO9001			
233	11/2	11/2-LAR-02	Laryngoscope	Ruster	-	-	21/01/2558	6515-047-0003/58	1	1	ISO9001			
234	11/2	11/2-LAR-03	Laryngoscope	Mega line	-	192564	29/03/2564	6515-047-0002/64	1	1	ISO9001			

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ເງື່ອງຈາກ	ອະຫາກັນຫຼາ	ນໍາຊາດການ	ສອນເຫຼີມ	ນາຄາສ່ານ	ລັດປົກຄາ	ໜາມຫັກ
235	11/2	11/2-LAR-44	Laryngoscope	Long Life	Mac	-	28/03/2565	6515-047-0007/65	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
236	11/2	11/2-LIG-01	Tonometer	Brandon	-	30/9/4	21/01/2558	6230-005/0001/58	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
237	11/2	11/2-LIG-02	Tonometer	Select	CDF01-61	-	14/11/2565	6230-005-0002/66	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
238	11/2	11/2-OFM-01	Oxygen Flowmeter	Connmed Group	Lot. 3779	FMA021049GN	13/04/2543	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
239	11/2	11/2-OFM-03	Oxygen Flowmeter	AMVEX	-	FMA021038GN	26/03/2558	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
240	11/2	11/2-OFM-04	Oxygen Flowmeter	Connmed Group	Lot. 3799	FMA021068GN	13/04/2543	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
241	11/2	11/2-OFM-07	Oxygen Flowmeter	Western Medica	-	FMA020932GN	13/04/2543	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
242	11/2	11/2-OFM-49	Oxygen Flowmeter (ຫຼືວຸນໝາກ)	Sigma	-	EN 1335	13/04/2543	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
243	11/2	11/2-OFM-11	Oxygen Flowmeter	Attention	-	FMA021056GN	2548	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
244	11/2	11/2-OFM-13	Oxygen Flowmeter	Attention	-	FMA021064GN	2548	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
245	11/2	11/2-OFM-14	Oxygen Flowmeter	ACARE	FTA-OA	TR80022/8001/5	05/03/2552	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
246	11/2	11/2-OFM-16	Oxygen Flowmeter	Ohmeda	-	AHE/07/794	-	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
247	11/2	11/2-OFM-17	Oxygen Flowmeter	ACARE	FTA-OA	TR80022/8003	05/03/2552	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
248	11/2	11/2-OFM-18	Oxygen Flowmeter	ACARE	FTA-OA	TR80026/8007	05/03/2552	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
249	11/2	11/2-OFM-23	Oxygen Flowmeter	AMVEX	-	FMA021043GN	26/03/2558	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
250	11/2	11/2-OFM-26	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	FMA15UO-42	12310KL	15/03/2556	-	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
251	11/2	11/2-OFM-27	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-2	12146GL	15/03/2556	YB 29/2556(1.09)	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
252	11/2	11/2-OFM-28	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-2	12197GL	15/03/2556	YB 29/2556(1.10)	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
253	11/2	11/2-OFM-29	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-2	12249KL	15/03/2556	YB 29/2556(1.11)	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
254	11/2	11/2-OFM-30	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-2	12310KL	15/03/2556	YB 29/2556(1.12)	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
255	11/2	11/2-OFM-31	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	2388	03/05/2562	6515-05-4-0165/67	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
256	11/2	11/2-OFM-32	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	2389	03/05/2562	6515-05-4-0166/62	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
257	11/2	11/2-OFM-33	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	2390	03/05/2562	6515-05-4-0167/62	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
258	11/2	11/2-OFM-34	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	2395	03/05/2562	6515-05-4-0168/62	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
259	11/2	11/2-OFM-35	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	2396	03/05/2562	6515-05-4-0169/62	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
260	11/2	11/2-OFM-36	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	2397	03/05/2562	6515-05-4-0170/62	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
261	11/2	11/2-OFM-37	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	2398	03/05/2562	6515-05-4-0171/62	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
262	11/2	11/2-OFM-38	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	2399	03/05/2562	6515-05-4-0172/62	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
263	11/2	11/2-OFM-39	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	2400	03/05/2562	6515-05-4-0173/62	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
264	11/2	11/2-OFM-40	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	2701	03/05/2562	6515-05-4-0174/62	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
265	11/2	11/2-OFM-41	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX027/71	28/04/2563	6515-05-4-0099/63	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
266	11/2	11/2-OFM-42	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX027/72	28/04/2563	6515-05-4-0100/63	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
267	11/2	11/2-OFM-43	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX027/73	28/04/2563	6515-05-4-0110/63	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
268	11/2	11/2-OFM-44	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX027/74	28/04/2563	6515-05-4-0102/63	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
269	11/2	11/2-OFM-45	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX027/75	28/04/2563	6515-05-4-0103/63	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
270	11/2	11/2-OFM-46	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX027/76	28/04/2563	6515-05-4-0104/63	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
271	11/2	11/2-OFM-47	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX027/77	28/04/2563	6515-05-4-0105/63	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
272	11/2	11/2-OFM-48	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX027/78	28/04/2563	6515-05-4-0106/63	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		
273	11/2	11/2-OFM-49	Oxygen Regulator (ຫຼືວຸນໝາກ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX027/79	28/04/2563	6515-05-4-0107/63	1	ຫຼິ້ນ	ISO9001		

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ເລີ່ມຕົ້ນງານ	ອອກງານ	ນັ້ນຈຳການ	ສອນເຫັນ	ນາມຈຸດ	ໜາມຫາກ
									(ຄົງ)	(ຄົງ)		
274	11/2	11/2-OPM-50	Oxygen Regulator (ໄວ້ອືກກຳພາຍໃນ) in Flowmeter	OHIO	6700	LTSUOX02780	28/04/2563	6515-054-0108/63	1	1	ISO9001	
275	11/2	11/2-OPM-51	Oxygen Regulator (ໄວ້ອືກກຳພາຍໃນ) in Flowmeter	AMVEX	-	T15UOA13112	23/07/2564	6515-054-0011/64	1	1	ISO9001	
276	11/2	11/2-OFN-52	Oxygen Regulator (ໄວ້ອືກກຳພາຍໃນ) in Flowmeter	AMVEX	-	T15UOA13113	23/07/2564	6515-054-0012/64	1	1	ISO9001	
277	11/2	11/2-OPM-53	Oxygen Regulator (ໄວ້ອືກກຳພາຍໃນ) in Flowmeter	AMICO	-	FM015U-A227612HF	23/12/2564	6515-054-0002/64	1	1	ISO9001	
278	11/2	11/2-OPM-54	Oxygen Regulator (ໄວ້ອືກກຳພາຍໃນ) in Flowmeter	AMICO	-	FM015U-A227613HF	23/12/2564	6515-054-0003/64	1	1	ISO9001	
279	11/2	11/2-OFM-55	Oxygen Regulator (ໄວ້ອືກກຳພາຍໃນ) in Flowmeter	AMICO	-	FM015U-A227614HF	23/12/2564	6515-054-0004/64	1	1	ISO9001	
280	11/2	11/2-OFM-56	Oxygen Regulator (ໄວ້ອືກກຳພາຍໃນ) in Flowmeter	AMICO	-	FM015U-A227615HF	23/12/2564	6515-054-0005/65	1	1	ISO9001	
281	11/2	11/2-OPO-01	Ophthalmoscope	WELCH ALLYN	-	-	03/01/2538	-	1	1	ISO9001	
282	11/2	11/2-POX-02	Pulse Oximeter	Nelcor	N-65	G10815790	4/2/2554	-	2	1	ISO9001	
283	11/2	11/2-SFM-01	ຄ່າອໍານວຍກິ່ມມານ O2/CO2 ທັກນາມໄຊ	MAXTEC	-	EX100285	24/03/2554	-	2	1	ISO9001	
284	11/2	11/2-SUP-15	Suction Pipeline	Aver	Continuous	VRA069901DJ	19/11/2553	6515-034-0001/54	1	1	ISO9001	
285	11/2	11/2-SUP-20	Suction Pipeline	Amves	-	VRA08379LM	19/05/2557	6515-034-0039/57	1	1	ISO9001	
286	11/2	11/2-SUP-25	Suction Pipeline	AMICO	-	28451	26/10/2561	6515-034-0009/62	1	1	ISO9001	
287	11/2	11/2-SUP-26	Suction Pipeline	AMICO	-	28453	26/10/2561	6515-034-0010/62	1	1	ISO9001	
288	11/2	11/2-SUP-27	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0135	22/07/2563	6515-224-0010/63	1	1	ISO9001	
289	11/2	11/2-SUP-28	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0136	22/07/2563	6515-224-0020/63	1	1	ISO9001	
290	11/2	11/2-SUP-29	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0209	22/07/2563	6515-224-0093/63	1	1	ISO9001	
291	11/2	11/2-SUP-30	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0210	22/07/2563	6515-224-0094/63	1	1	ISO9001	
292	11/2	11/2-SUP-31	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0211	22/07/2563	6515-224-0095/63	1	1	ISO9001	
293	11/2	11/2-SUP-32	Suction Pipeline	AMVEX	C3A	C3AA4277	23/12/2564	6515-224-0017/65	1	1	ISO9001	
294	11/2	11/2-SUP-33	Suction Pipeline	AMVEX	C3A	C3AA4278	23/12/2564	6515-224-0018/65	1	1	ISO9001	
295	11/2	11/2-SUP-34	Suction Pipeline	AMVEX	C3A	C3AA4279	23/12/2564	6515-224-0019/65	1	1	ISO9001	
296	11/2	11/2-SUP-35	Suction Pipeline	AMVEX	C3A	C3AA4280	23/12/2564	6515-224-0020/65	1	1	ISO9001	
297	11/2	11/2-SUP-36	Suction Pipeline	AMVEX	C3A	C3AA4281	23/12/2564	6515-224-0011/65	1	1	ISO9001	
298	11/2	11/2-SUP-37	Suction Pipeline	AMVEX	C3A	C3AA4282	23/12/2564	6515-224-0012/65	1	1	ISO9001	
299	11/2	11/2-SUP-38	Suction Pipeline	AMVEX	C3A	C3AA4283	23/12/2564	6515-224-0023/65	1	1	ISO9001	
300	11/2	11/2-WED-01	Weight Scale Digital	Detecto	6129	E28114-0063	27/01/2558	-	1	1	ISO9001	
301	12/1	12/1-BPA-01	ເຫັນຈຳການເປົ້າເຫັນພາຍໃນ	Spirit	CK-301	1801761	05/08/2562	6515-0485-0003/62	1	1	ISO9001	
302	12/1	12/1-BPO-01	BP Monitor + O2 Sat	EDAN	M3A	360125-M1949875002	22/07/2562	6515-0099-0008/62	2	1	ISO9001	
303	12/1	12/1-BPO-02	BP Monitor + O2 Sat	EDAN	M3A	360125-M1950231006	22/07/2562	6515-0099-0009/62	2	1	ISO9001	
304	12/1	12/1-BPO-03	BP Monitor + O2 Sat	EDAN	M3A	360125-M1950231008	22/07/2562	6515-0099-0010/62	2	1	ISO9001	
305	12/1	12/1-DEF-01	Defibrillator	PHILIPS	EFIClca DFM100	CN32625676	05/08/2562	6515-0049-0001/62	2	1	ISO9001	
306	12/1	12/1-EFM-01	EKG Monitor	EDAN	IM70	360080-M19306680001	22/07/2562	6515-0411-0020/62	2	1	ISO9001	
307	12/1	12/1-EFM-02	EKG Monitor	EDAN	IM70	360080-M1930668004	22/07/2562	6515-0411-0021/62	2	1	ISO9001	
308	12/1	12/1-EBM-03	EKG Monitor	EDAN	IM70	360080-M19306680013	22/07/2562	6515-0411-0022/62	2	1	ISO9001	
309	12/1	12/1-EBM-04	EKG Monitor	EDAN	IM70	360080-M19306680015	22/07/2562	6515-0411-0019/62	2	1	ISO9001	
310	12/1	12/1-EBM-05	ເຫັນຈຳການກາງໄວ້ອືກກຳພາຍໃນ	MINDRAY	UMEC12	KQ-18071127	08/12/2564	6515-0411-0016/65	1	1	ISO9001	
311	12/1	12/1-EBM-06	ເຫັນຈຳການກາງໄວ້ອືກກຳພາຍໃນ	MINDRAY	KQ-18071127	08/12/2564	6515-0411-0018/65	2	1	ISO9001		
312	12/1	12/1-EKG-01	EKG Recorder	EDAN	SE1200	460016-M19340750001	22/07/2562	6515-0411-0023/62	1	1	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ເລີ່ມຕົ້ນງານ	ອະຫາກັນຫຸ້ນ	ນໍາຖຸກັນກາ	ສອນເຫັນ	ມາດຊາວາ	ໜໍາຍເກົດ
(ກົດ)	(ກົດ)	(ກົດ)	(ກົດ)	(ກົດ)	(ກົດ)	(ກົດ)	(ກົດ)	(ກົດ)	(ກົດ)	(ກົດ)	(ກົດ)	(ກົດ)
313	12/1	12/1-EDP-01	Feeding Pump	CME	NOA3	B78649	30/03/2563	6515-056-0001/63	1	1	ISO9001	
314	12/1	12/1-FDP-02	Feeding Pump	CME	NOA3	B78733	12/01/2564	6515-056-0001/64	1	1	ISO9001	
315	12/1	12/1-FDP-03	Feeding Pump	CME	NOA3	B78878	12/01/2564	6515-056-0002/64	1	1	ISO9001	
316	12/1	12/1-HPG-01	ໃຫ້ໄວ້ເກີນ ຕະຫຼາມຫຼາຍ C. ທີ່ມີ ບໍລິຫານທີ່ຈະການໄວ້	COVIDIEN	-	-	11/11/2562	6515-072-0001/63	1	1	ISO9001	
317	12/1	12/1-LAR-01	Laryngoscope	Ritter	-	-	19/08/2562	6515-047-0015/62	1	1	ISO9001	
318	12/1	12/1-OFM-01	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2702	03/05/2562	6515-054-0175/62	1	1	ISO9001	
319	12/1	12/1-OFM-02	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2703	03/05/2562	6515-054-0176/62	1	1	ISO9001	
320	12/1	12/1-OFM-04	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2705	03/05/2562	6515-054-0178/62	1	1	ISO9001	
321	12/1	12/1-OFM-05	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2706	03/05/2562	6515-054-0179/62	1	1	ISO9001	
322	12/1	12/1-OFM-06	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2707	03/05/2562	6515-054-0180/62	1	1	ISO9001	
323	12/1	12/1-OFM-07	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2708	03/05/2562	6515-054-0181/62	1	1	ISO9001	
324	12/1	12/1-OFM-08	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2709	03/05/2562	6515-054-0182/62	1	1	ISO9001	
325	12/1	12/1-OFM-09	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2710	03/05/2562	6515-054-0183/62	1	1	ISO9001	
326	12/1	12/1-OFM-10	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2711	03/05/2562	6515-054-0184/62	1	1	ISO9001	
327	12/1	12/1-OFM-11	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2712	03/05/2562	6515-054-0185/62	1	1	ISO9001	
328	12/1	12/1-OFM-12	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2713	03/05/2562	6515-054-0186/62	1	1	ISO9001	
329	12/1	12/1-OFM-13	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2714	03/05/2562	6515-054-0187/62	1	1	ISO9001	
330	12/1	12/1-OFM-14	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2715	03/05/2562	6515-054-0188/62	1	1	ISO9001	
331	12/1	12/1-OFM-15	Oxygen Flowmeter	Precision	1MFA7155	88	19/08/2562	6515-054-0201/62	1	1	ISO9001	
332	12/1	12/1-OFM-17	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2716	02/09/2562	6515-054-0203/62	1	1	ISO9001	
333	12/1	12/1-OFM-18	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2717	13/08/2562	6515-054-0204/62	1	1	ISO9001	
334	12/1	12/1-OFM-19	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2718	13/07/2556	6515-054-0065/56	1	1	ISO9001	
335	12/1	12/1-OFM-20	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2719	13/07/2556	6515-054-0066/56	1	1	ISO9001	
336	12/1	12/1-OFM-21	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2720	13/07/2556	6515-054-0067/56	1	1	ISO9001	
337	12/1	12/1-OFM-23	Oxygen Flowmeter	Precision	1MFA	10	19/08/2562	6515-054-0205/62	1	1	ISO9001	
338	12/1	12/1-OFM-24	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2721	13/07/2556	6515-054-0206/62	1	1	ISO9001	
339	12/1	12/1-OFM-25	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2722	13/07/2556	6515-054-0207/62	1	1	ISO9001	
340	12/1	12/1-OPN-21	Oto-Opthalmoscope	Ritter	-	3628+13675	19/08/2562	6515-054-0209/62	1	1	ISO9001	
341	12/1	12/1-POX-01	Pulse Oximeter	EDAN	H1008	369101-M19412100003	05/08/2562	6515-054-0008/63	1	1	ISO9001	
342	12/1	12/1-POX-02	Pulse Oximeter	EDAN	H1008	T15UOA13310	23/07/2564	6515-054-0009/64	1	1	ISO9001	
343	12/1	12/1-POX-03	Pulse Oximeter	CREATIVE MEDICAL	PC-36A	T15UOA13311	23/07/2564	6515-054-0009/64	1	1	ISO9001	
344	12/1	12/1-SLP-01	Suction Pipeline	AMICO	-	32480	03/05/2562	6515-048-0004/67	2	1	ISO9001	
345	12/1	12/1-SLP-03	Suction Pipeline	AMICO	-	32482	03/05/2562	6515-034-0058/62	1	1	ISO9001	
346	12/1	12/1-SLP-04	Suction Pipeline	AMICO	-	32483	03/05/2562	6515-034-0059/62	1	1	ISO9001	
347	12/1	12/1-SLP-06	Suction Pipeline	Amvex	C3A	C3AV000623	19/08/2562	6515-224-0021/62	1	1	ISO9001	
348	12/1	12/1-SLP-07	Suction Pipeline	Amvex	C3A	C3AV000627	19/08/2562	6515-224-0022/62	1	1	ISO9001	
349	12/1	12/1-SLP-08	Suction Pipeline	Amvex	C3A	C3AV000629	19/08/2562	6515-224-0023/62	1	1	ISO9001	
350	12/1	12/1-SLP-09	Suction Pipeline	Amvex	-	1111/2562	6515-034-0004/63	1	1	ISO9001		
351	12/1	12/1-SLP-10	Suction Pipeline	Amvex	-	1111/2562	6515-034-0005/63	1	1	ISO9001		

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ទីតាំង	លក្ខណៈរបស់	បច្ចេកទេរ	សមតុល្យ	មាននូវ	អាមេរិក
								(ករណី)	(ករណី)			
352	12/1	12/1-SUP-12	Suction Pipeline	Anvex	-	C3AV001051	11/11/2562	6515-034-0007/63	1	1	ISO9001	
353	12/1	12/1-SUP-13	Suction Pipeline	Anvex	-	C3AV001952	11/11/2562	6515-034-0008/63	1	1	ISO9001	
354	12/1	12/1-SUP-14	Suction Pipeline	Anvex	C3A	3301	05/03/2563	6515-224-0001/63	1	1	ISO9001	
355	12/1	12/1-SUP-16	Suction Pipeline	Anvex	C3A	3306	05/03/2563	6515-224-0003/63	1	1	ISO9001	
356	12/1	12/1-SUP-17	Suction Pipeline	Anvex	C3A	3621	05/03/2563	6515-224-0004/63	1	1	ISO9001	
357	12/1	12/1-SUP-18	Suction Pipeline	Anvex	C3A	3706	05/03/2563	6515-224-0005/63	1	1	ISO9001	
358	12/1	12/1-WEA-01	ទំនួរអាកាសពីរសាលាសារីអី	Secca	762	576/2018/173662	05/08/2562	667-002-0002/62	1	1	ISO9001	
359	14/1	14/1-BPD-03	BP Monitor ផ្ទាល់រាយអាកាសពីរសាលាសារី	HICO	-	-	21/12/2553	6515-027-0004/54	1	1	ISO9001	
360	14/1	14/1-BPO-03	BP Monitor + O2 Sat	GE Healthcare	CARESCAPE V100	613400025SA	26/03/2557	6515-009-0012/57	2	1	ISO9001	
361	14/1	14/1-BPO-04	BP Monitor + O2 Sat	GE Healthcare	D842500	SCGII125012WVA	08/10/2554	6515-009-0012/57	2	1	ISO9001	
362	14/1	14/1-BPO-05	BP Monitor + O2 Sat	GE Healthcare	CARESCAPE V100	SI161347030SA	03/11/2557	6515-009-0009/57	2	1	ISO9001	
363	14/1	14/1-BPO-06	BP Monitor + O2 Sat	EDAN	M3A	360/125-M1940837/0004	26/06/2562	6515-009-0003/62	2	1	ISO9001	
364	14/1	14/1-BPO-07	BP Monitor + O2 Sat	EDAN	M3A	360/125-11940837/0036	26/06/2562	6515-009-0004/62	2	1	ISO9001	
365	14/1	14/1-BPO-08	BP Monitor + O2 Sat	SZOSSEN	OSEN8000B	12/01/2007	31/03/2565	6515-009-0007/65	2	1	ISO9001	
366	14/1	14/1-BPO-09	BP Monitor + O2 Sat	SZOSSEN	OSEN8000B	12/01/2008	31/03/2565	6515-009-0008/65	2	1	ISO9001	
367	14/1	14/1-BPO-10	BP Monitor + O2 Sat	Creative	PC-960	J01/001TC-0065/	19/04/2566	6515-009-0007/66	2	1	ISO9001	
368	14/1	14/1-BPO-11	BP Monitor + O2 Sat	Creative	PC-960	J01/001TC-0066/	19/04/2566	6515-009-0008/66	2	1	ISO9001	
369	14/1	14/1-DEF-01	Defibrillator	GE Healthcare	Responder 2000	32/05/03	29/07/2554	-	2	1	ISO9001	
370	14/1	14/1-DEI-02	Defibrillator	NIHON KOHDEN	TEC-5600	11541	21/12/2563	6515-049-0004/64	2	1	ISO9001	
371	14/1	14/1-EBM-01	EKG Monitor	EDAN	IM70	360/080-M20415/600002	23/07/2563	6515-041-0011/65	2	1	ISO9001	
372	14/1	14/1-EBM-02	EKG Monitor	EDAN	IM70	360/080-M20415/600013	23/07/2563	6515-041-0012/65	2	1	ISO9001	
373	14/1	14/1-EBM-03	EKG Monitor	EDAN	IM70	360/080-M20415/600016	23/07/2563	6515-041-0013/65	2	1	ISO9001	
374	14/1	14/1-EBM-04	EKG Monitor	EDAN	IM70	360/080-M20415/600015	23/07/2563	6515-041-0014/65	2	1	ISO9001	
375	14/1	14/1-EBM-05	EKG Monitor	EDAN	IM70	360/080-M2230545/0004	11/04/2565	6515-041-0011/65	2	1	ISO9001	
376	14/1	14/1-EBM-06	EKG Monitor	EDAN	IM70	360/080-M2220545/0005	11/04/2565	6515-041-0024/65	2	1	ISO9001	
377	14/1	14/1-EKG-01	EKG Recorder	GE Healthcare	MAC 800	S14/1381446/W.A	15/01/2557	6515-041-0003/57	1	1	ISO9001	
378	14/1	14/1-LAR-01	Laryngoscope	TRIPHATIK	GREEN SPEC II	-	28/12/2550	6515-041-0007/54	1	1	ISO9001	
379	14/1	14/1-LAR-02	Laryngoscope	Rüster	R80801(S)	-	28/02/2554	6515-041-0007/54	1	1	ISO9001	
380	14/1	14/1-OFM-04	Oxygen Flowmeter	Champ	FWN 101	-	13/04/2543	-	1	1	ISO9001	
381	14/1	14/1-OFM-05	Oxygen Flowmeter	Dumed	-	FMA/02924CN	01/08/2554	6515-041-0007/54	1	1	ISO9001	
382	14/1	14/1-OFM-14	Oxygen Flowmeter	Oxyvac	-	-	13/04/2543	-	1	1	ISO9001	
383	14/1	14/1-OFM-17	Oxygen Flowmeter	-	-	41190	13/04/2543	-	1	1	ISO9001	
384	14/1	14/1-OFM-20	Oxygen Flowmeter	EZI-flow	-	FMAN21032GN	13/04/2543	-	1	1	ISO9001	
385	14/1	14/1-OFM-39	Oxygen Flowmeter	PASHCO	0-15	540009	24/04/2554	-	1	1	ISO9001	
386	14/1	14/1-OFM-40	Oxygen Flowmeter	PASHCO	0-15	540010	24/04/2554	-	1	1	ISO9001	
387	14/1	14/1-OFM-41	Oxygen Flowmeter	PASHCO	0-15	540011	24/04/2554	-	1	1	ISO9001	
388	14/1	14/1-OFM-43	Oxygen Flowmeter	PASHCO	0-15	540013	24/04/2554	-	1	1	ISO9001	
389	14/1	14/1-OFM-45	Oxygen Flowmeter	PASHCO	0-15	540015	24/04/2554	-	1	1	ISO9001	
390	14/1	14/1-OFM-46	Oxygen Flowmeter	PASHCO	0-15	540016	24/04/2554	-	1	1	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ເລື່ອງຫຼາມ	ເມນາຄົມທີ່	ບໍລິສັດ	ສອນເຫັນ	ມາຮັດ	ໜາກທຳ
391	14/1	14/1-OFM-48	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	Amvex	FM-SLUO-F2	FMA012233GL	22/03/2556	-	1	1	ISO9001	
392	14/1	14/1-OFM-49	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	Amvex	FM-1SL-O-F2	FMA012233GL	15/03/2556	-	1	1	ISO9001	
393	14/1	14/1-OFM-51	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	11F0059	01/08/2554	6515-054-0061-54	1	1	ISO9001	
394	14/1	14/1-OFM-52	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	11F0061	01/08/2554	6515-054-0062-54	1	1	ISO9001	
395	14/1	14/1-OFM-53	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	11F0062	01/08/2554	6515-054-0063-54	1	1	ISO9001	
396	14/1	14/1-OFM-54	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	11F0063	01/08/2554	6515-054-0064-54	1	1	ISO9001	
397	14/1	14/1-OFM-55	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	11F0064	01/08/2554	6515-054-0065-54	1	1	ISO9001	
398	14/1	14/1-OFM-57	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	11F0066	01/08/2554	6515-054-0067-54	1	1	ISO9001	
399	14/1	14/1-OFM-58	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	11F0069	01/08/2554	6515-054-0068-54	1	1	ISO9001	
400	14/1	14/1-OFM-68	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	Solida	-	1821	20/04/2558	-	1	1	ISO9001	
401	14/1	14/1-OFM-73	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	MAVEK	-	5272	29/10/2561	-	1	1	ISO9001	
402	14/1	14/1-OFM-74	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	MAVEK	-	5273	29/10/2561	-	1	1	ISO9001	
403	14/1	14/1-OFM-75	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	MAVEK	-	5274	29/10/2561	-	1	1	ISO9001	
404	14/1	14/1-OFM-76	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	MAVEK	-	5275	29/10/2561	6515-054-0050-62	1	1	ISO9001	
405	14/1	14/1-OFM-77	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	MAVEK	-	13029	13/03/2029	-	1	1	ISO9001	
406	14/1	14/1-OFM-78	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	MAVEK	-	13030	29/10/2561	-	1	1	ISO9001	
407	14/1	14/1-OFM-80	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	MAVEK	-	13032	29/10/2561	-	1	1	ISO9001	
408	14/1	14/1-OFM-81	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	MAVEK	-	13033	29/10/2561	-	1	1	ISO9001	
409	14/1	14/1-OFM-82	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	MAVEK	-	13034	29/10/2561	6515-054-0056-62	1	1	ISO9001	
410	14/1	14/1-OFM-83	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02790	28/04/2563	6515-054-0118/63	1	1	ISO9001	
411	14/1	14/1-OFM-84	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02791	28/04/2563	6515-054-0119/63	1	1	ISO9001	
412	14/1	14/1-OFM-86	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02793	28/04/2563	6515-054-0121/63	1	1	ISO9001	
413	14/1	14/1-OFM-87	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02794	28/04/2563	6515-054-0122/63	1	1	ISO9001	
414	14/1	14/1-OFM-89	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02796	28/04/2563	6515-054-0124/63	1	1	ISO9001	
415	14/1	14/1-OFM-90	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02797	28/04/2563	6515-054-0125/63	1	1	ISO9001	
416	14/1	14/1-OFM-91	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02798	28/04/2563	6515-054-0126/63	1	1	ISO9001	
417	14/1	14/1-OFM-92	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02799	28/04/2563	6515-054-0127/63	1	1	ISO9001	
418	14/1	14/1-OFM-93	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02601	28/04/2563	6515-054-0103/63	1	1	ISO9001	
419	14/1	14/1-OFM-94	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02604	28/04/2563	6515-054-0103/63	1	1	ISO9001	
420	14/1	14/1-OFM-97	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02621	28/04/2563	6515-054-0104/63	1	1	ISO9001	
421	14/1	14/1-OFM-98	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	LT15LOC12173	14/06/2567	6515-054-0001/67	1	1	ISO9001	
422	14/1	14/1-OFM-99	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	LT15LOC12177	14/06/2567	6515-054-0002/67	1	1	ISO9001	
423	14/1	14/1-OFM-100	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	LT15LOC12178	14/06/2567	6515-054-0003/67	1	1	ISO9001	
424	14/1	14/1-OFM-101	Oxygen Regulator (ໜ້າ ອຸປະກຳ) ໃນ Flowmeter	Amvex	-	LT15LOC12179	14/06/2567	6515-054-0004/67	1	1	ISO9001	
425	14/1	14/1-POX-44	Pulse Oximeter	COVIDIEN	N-65	G13802115	22/01/2557	6515-084-0001/57	2	1	ISO9001	
426	14/1	14/1-SLP-03	Suction Pipeline	DUMED	-	JM-VR-TB	04/01/2551	-	1	1	ISO9001	
427	14/1	14/1-SLP-21	Suction Pipeline	Amvex	-	VRA08813M	9/05/2557	6515-034-0006/57	1	1	ISO9001	
428	14/1	14/1-SLP-22	Suction Pipeline	Amvex	-	VRA08813LM	9/05/2557	6515-034-0036/57	1	1	ISO9001	
429	14/1	14/1-SLP-23	Suction Pipeline	Amvex	-	VRA08813LM	9/05/2557	6515-034-0027/57	1	1	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	รุ่นที่ใช้งาน	หมายเหตุกับหมายเหตุ	บาร์โค้ด	บาร์โค้ด	บาร์โค้ด	บาร์โค้ด	บาร์โค้ด	หมายเหตุ	
430	14.1	14/1-SUP-24	Suction Pipeline	Anvex	-	VRA08814JM	19/05/2557	6515-034-0009/57	1	1	1	1	1	ISO9001	
431	14.1	14/1-SUP-25	Suction Pipeline	Anvex	-	VRA09327GM	19/05/2557	6515-034-0031/57	1	1	1	1	1	ISO9001	
432	14.1	14/1-SUP-26	Suction Pipeline	Anvex	-	VRA088376M	19/05/2557	6515-034-0034/57	1	1	1	1	1	ISO9001	
433	14.1	14/1-SUP-27	Suction Pipeline	AMICO	-	28456	26/1/2561	6515-034-0013/62	1	1	1	1	1	ISO9001	
434	14.1	14/1-SUP-30	Suction Pipeline	AMICO	-	28459	26/1/2561	6515-034-0016/62	1	1	1	1	1	ISO9001	
435	14.1	14/1-SUP-34	Suction Pipeline	AMICO	-	28461	26/1/2561	6515-034-0017/62	1	1	1	1	1	ISO9001	
436	14.1	14/1-SUP-36	Suction Pipeline	Oxy Vac	-	ONV-WP-S-AW01-TB	ITB0177	22/07/2563	6515-224-0061/63	1	1	1	1	1	ISO9001
437	14.1	14/1-SUP-37	Suction Pipeline	Oxy Vac	-	ONV-WP-S-AW01-TB	ITB0178	22/07/2563	6515-224-0062/63	1	1	1	1	1	ISO9001
438	14.1	14/1-SUP-38	Suction Pipeline	Oxy Vac	-	ONV-WP-S-AW01-TB	ITB0179	22/07/2563	6515-224-0063/63	1	1	1	1	1	ISO9001
439	14.1	14/1-SUP-40	Suction Pipeline	Oxy Vac	-	ONV-WP-S-AW01-TB	ITB0206	22/07/2563	6515-224-0090/63	1	1	1	1	1	ISO9001
440	14.1	14/1-SUP-42	Suction Pipeline	Oxy Vac	-	ONV-WP-S-AW01-TB	ITB0208	22/07/2563	6515-224-0092/63	1	1	1	1	1	ISO9001
441	14.1	14/1-SUP-43	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4270	23/12/2564	6515-224-0010/65	1	1	1	1	1	ISO9001	
442	14.1	14/1-SUP-44	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4271	23/12/2564	6515-224-0011/65	1	1	1	1	1	ISO9001	
443	14.1	14/1-SUP-45	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4272	23/12/2564	6515-224-0012/65	1	1	1	1	1	ISO9001	
444	14.1	14/1-SUP-46	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4273	23/12/2564	6515-224-0092/63	1	1	1	1	1	ISO9001	
445	14.1	14/1-SUP-47	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4274	23/12/2564	6515-224-0014/65	1	1	1	1	1	ISO9001	
446	14.1	14/1-SUP-48	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4275	23/12/2564	6515-224-0015/65	1	1	1	1	1	ISO9001	
447	14.1	14/1-SUP-49	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4276	23/12/2564	6515-224-0016/65	1	1	1	1	1	ISO9001	
448	14.1	14/1-UENN-43	เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ	Yutewell	403A	H150511386	06/10/2559	440-006-0001/60	1	1	1	1	1	ISO9001	
449	14.1	14/1-UENN-44	เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ	Yutewell	403A	H150511452	06/10/2559	440-006-0002/60	1	1	1	1	1	ISO9001	
450	14.2	14/2-BPD-03	BP Monitor	Tetuno	ES HS5	09-L14084	08/09/2553	-	1	1	1	1	1	ISO9001	
451	14.2	14/2-BPO-01	BP Digital and Pulse Oximeter	Heal Force	Classic-90	I2Z001FF 00081	16/02/2553	-	1	1	1	1	1	ISO9001	
452	14.2	14/2-BPO-02	BP Digital and Pulse Oximeter	Rister	NTC	8040020	01/03/2556	118-6515-009-0001/56	1	1	1	1	1	ISO9001	
453	14.2	14/2-BPO-03	BP Digital and Pulse Oximeter	Mindray	IMEC8	EW-3-A006401	11/09/2557	6515-009-0001/58	1	1	1	1	1	ISO9001	
454	14.2	14/2-BPO-04	BP Digital and Pulse Oximeter	GE Healthcare	CARESCAPE V100	SH1614140241SA	27/06/2557	6515-009-0004/57	1	1	1	1	1	ISO9001	
455	14.2	14/2-BPO-05	BP Digital and Pulse Oximeter	3F medical	IRIS	I30A06	02/03/2558	6530-041-0001/58	1	1	1	1	1	ISO9001	
456	14.2	14/2-BPO-06	BP Monitor + O2 Sat	SZOPEN	OSLEN800B	12/01/2009	31/03/2565	6515-009-0006/65	2	1	1	1	1	ISO9001	
457	14.2	14/2-DEF-01	Defibrillator	Nihon Kohden	Tec5611-Spot2	902	31/05/2559	6515-04-9-0001/59	2	1	1	1	1	ISO9001	
458	14.2	14/2-DEF-02	Defibrillator	PHILIPS	Efficia-DFN4-100	CN 32659041	01/08/2565	6515-04-9-0013/65	2	1	1	1	1	ISO9001	
459	14.2	14/2-EBM-01	EKG Monitor	EDAN	IM70	345013-M15C 100/0003	28/04/2559	6515-04-1-0007/59	2	1	1	1	1	ISO9001	
460	14.2	14/2-EBM-02	EKG Monitor	EDAN	IM70	345013-M15C 100/0005	28/04/2559	6515-04-1-0009/59	2	1	1	1	1	ISO9001	
461	14.2	14/2-EBM-03	EKG Monitor	EDAN	IM70	345013-M15C 100/0006	28/04/2559	6515-04-1-0008/59	2	1	1	1	1	ISO9001	
462	14.2	14/2-EBM-04	EKG Monitor	EDAN	IM70	345013-M15C 100/0003	28/04/2559	6515-04-1-0010/59	2	1	1	1	1	ISO9001	
463	14.2	14/2-EBM-05	EKG Monitor	EDAN	IM70	345013-M15C 100/0007	28/04/2559	6515-04-1-0011/59	2	1	1	1	1	ISO9001	
464	14.2	14/2-EBM-06	EKG Monitor	EDAN	IM70	345013-M15C 100/0012	28/04/2559	-	2	1	1	1	1	ISO9001	
465	14.2	14/2-EBM-07	EKG Monitor	EDAN	IM70	360080-N422205450006	11/04/2565	6515-04-1-0026/65	2	1	1	1	1	ISO9001	
466	14.2	14/2-EKG-02	EKG Recorder	GE Healthcare	MAC 800	S1416070125WA	18/04/2559	6515-04-1-0004/59	1	1	1	1	1	ISO9001	
467	14.2	14/2-EKG-03	EKG Recorder	LECU	Neo ECG T180	T1202320177E33	30/03/2566	6515-04-2-0004/66	1	1	1	1	1	ISO9001	
468	14.2	14/2-HRG-02	Hilo Hand Press Gauge Manometer	COVIDIEN	HI-L-O Hand Pressure	-	07/08/2556	6515-07-2-0001/56	1	1	1	1	1	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ເພື່ອໃຊ້ງານ	ອະຫາກັນທີ	ນໍາໃຊ້ກົມາ	ສອນເສດຖາ	ມາດຕະຖານ	ຄໍາປັດການ	ໝາຍເຫດ	
469	14/2	14-2-L-LAR-01	Laryngoscope	Heine			06/02/2549	110 6515-022-3120/02/49	-	1	ໃຫ້	ISO9001		
470	14/2	14-2-L-LAR-02	Laryngoscope		-	-	21/01/2558	6515-047-0004/58	1	1	ໃຫ້	ISO9001		
471	14/2	14-2-L-LAR-03	Laryngoscope	Long Life	Mac	-	28/01/2565	6515-047-0005/65	1	1	ໃຫ້	ISO9001		
472	14/2	14-2-OFM-04	Oxygen Flowmeter	Cornweld Group	Lot 4098	-	23/06/2543	-	1	1	1	ISO9001		
473	14/2	14-2-OFM-08	Oxygen Flowmeter	Cornweld Group	Lot 4098	-	23/06/2543	-	1	1	1	ISO9001		
474	14/2	14-2-OFM-09	Oxygen Flowmeter	Cornweld Group	Lot 4098	-	23/06/2543	-	1	1	1	ISO9001		
475	14/2	14-2-OFM-10	Oxygen Flowmeter	Cornweld Group	Lot 2899	-	23/06/2543	-	1	1	1	ISO9001		
476	14/2	14-2-OFM-13	Oxygen Flowmeter	Covyvac			11/02/2547	-	1	1	1	ISO9001		
477	14/2	14-2-OFM-14	Oxygen Flowmeter	Covyvac		41178	27/12/2547	-	1	1	1	ISO9001		
478	14/2	14-2-OFM-15	Oxygen Flowmeter	Covyvac		41179	27/12/2547	-	1	1	1	ISO9001		
479	14/2	14-2-OFM-18	Oxygen Flowmeter			FMA/29931GN	17/09/2558	-	1	1	1	ISO9001		
480	14/2	14-2-OFM-21	Oxygen Flowmeter			FMA/210466N	18/04/2550	-	1	1	1	ISO9001		
481	14/2	14-2-OFM-22	Oxygen Flowmeter			FMA/21055GN	17/09/2558	-	1	1	1	ISO9001		
482	14/2	14-2-OFM-25	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນຟ້າ) inFlow met	INSPIRE		13085	08/12/2551	-	1	1	1	ISO9001		
483	14/2	14-2-OFM-27	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	INSPIRE		13086	08/12/2551	-	1	1	1	ISO9001		
484	14/2	14-2-OFM-28	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	INSPIRE		13087	08/12/2551	-	1	1	1	ISO9001		
485	14/2	14-2-OFM-30	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	INSPIRE		13089	08/12/2551	-	1	1	1	ISO9001		
486	14/2	14-2-OFM-31	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	INSPIRE		13090	08/12/2551	-	1	1	1	ISO9001		
487	14/2	14-2-OFM-32	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	INSPIRE		13091	08/12/2551	-	1	1	1	ISO9001		
488	14/2	14-2-OFM-34	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	INSPIRE		13093	08/12/2551	-	1	1	1	ISO9001		
489	14/2	14-2-OFM-36	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	OHMEDA	-	8722003	17/09/2552	-	1	1	1	ISO9001		
490	14/2	14-2-OFM-45	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Precision	E7	-	19/03/2555	-	1	1	1	ISO9001		
491	14/2	14-2-OFM-46	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Precision	E7	FMA/21051GN	19/03/2555	-	1	1	1	ISO9001		
492	14/2	14-2-OFM-47	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Precision	E7	-	19/03/2555	-	1	1	1	ISO9001		
493	14/2	14-2-OFM-49	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Precision	E7	-	19/03/2555	-	1	1	1	ISO9001		
494	14/2	14-2-OFM-50	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/16/6GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
495	14/2	14-2-OFM-51	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/21/7GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
496	14/2	14-2-OFM-52	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/22/4GL	15/03/2556	YB/29/2561(1-45)	1	1	1	ISO9001	
497	14/2	14-2-OFM-54	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/22/7GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
498	14/2	14-2-OFM-55	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YF-15U-O/F2	12/24/5GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
499	14/2	14-2-OFM-57	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/27/1GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
500	14/2	14-2-OFM-58	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/27/4GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
501	14/2	14-2-OFM-59	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/30/1GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
502	14/2	14-2-OFM-60	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/30/7GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
503	14/2	14-2-OFM-61	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/31/2GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
504	14/2	14-2-OFM-62	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/31/5GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
505	14/2	14-2-OFM-63	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/23/6GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
506	14/2	14-2-OFM-64	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	Amvex		YB-FM-15U-O/F2	12/23/8GL	15/03/2556	-	1	1	1	ISO9001	
507	14/2	14-2-OFM-65	Oxygen Regulator (ໄຫວ່າລໍາອຳນວຍໃນ) inFlow met	OHIO		LTI-SLUOX278I	28/04/2563	6515-054-0109/63	-	1	1	1	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ເງິນຫຼາງວານ	ອະຫາກົມທັກ	ນໍາຖຸກຳກາ	ຄວາມໝາງ	ມາດຈຸດາ	ຄືດີນິຕາກ	ໜາມຫາດ	
508	14/2	[142-OFM-66]	Oxygen Regulator (ໄຫວ້ອຳນວຍໜູ້) inFlow met	OHIO	6700	LT15LUOX02782	2804/2563	6515-054-0110/63	-	-	ISO9001			
509	14/2	[142-OFM-67]	Oxygen Regulator (ໄຫວ້ອຳນວຍໜູ້) inFlow met	OHIO	6700	LT15LUOX02783	2804/2563	6515-054-0111/63	-	-	ISO9001			
510	14/2	[142-OFM-68]	Oxygen Regulator (ໄຫວ້ອຳນວຍໜູ້) inFlow met	OHIO	6700	LT15LUOX02784	2804/2563	6515-054-0112/63	-	-	ISO9001			
511	14/2	[142-OFM-69]	Oxygen Regulator (ໄຫວ້ອຳນວຍໜູ້) inFlow met	OHIO	6700	LT15LUOX02785	2804/2563	6515-054-0113/63	-	-	ISO9001			
512	14/2	[142-OFM-70]	Oxygen Regulator (ໄຫວ້ອຳນວຍໜູ້) inFlow met	OHIO	6700	LT15LUOX02766	2804/2563	6515-054-0039/63	-	-	ISO9001			
513	14/2	[142-OFM-71]	Oxygen Regulator (ໄຫວ້ອຳນວຍໜູ້) inFlow met	OHIO	6700	LT15LUOX02769	2804/2563	6515-054-0030/63	-	-	ISO9001			
514	14/2	[142-OFM-72]	Oxygen Regulator (ໄຫວ້ອຳນວຍໜູ້) inFlow met	OHIO	6700	LT15LUOX02770	2804/2563	6515-054-0031/63	-	-	ISO9001			
515	14/2	[142-OFM-73]	Oxygen Regulator (ໄຫວ້ອຳນວຍໜູ້) inFlow met	OHIO	6700	LT15LUOX0277	2804/2563	6515-054-0033/63	-	-	ISO9001			
516	14/2	[142-OFM-74]	Oxygen Regulator (ໄຫວ້ອຳນວຍໜູ້) inFlow met	OHIO	6700	LT15LUOX02778	2804/2563	6515-054-0034/63	-	-	ISO9001			
517	14/2	[142-OFM-75]	Oxygen Regulator (ໄຫວ້ອຳນວຍໜູ້) inFlow met	Anvex	-	TISUOC12181	1406/2567	6515-054-0005/67	-	-	ISO9001			
518	14/2	[142-OFM-76]	Oxygen Regulator (ໄຫວ້ອຳນວຍໜູ້) inFlow met	Anvex	-	TISUOC12184	1406/2567	6515-054-0006/67	-	-	ISO9001			
519	14/2	[142-OPO-01]	Oto-Phalmoscopy	Heine	-	-	07/04/2549	15 6515-022-1104/01/49	-	-	ISO9001			
520	14/2	[142-RET-01]	Refrigerator Thermometer	-	-	-	-	-	-	-	ISO9001			
521	14/2	[142-SFM-01]	ຫົວໜ້າໃຈນ້າການໃຈ້າ	Spirre		Holoscale Standard	SNHS 3726	05/09/2554	-	-	ISO9001			
522	14/2	[142-SUL-01]	Surgical Lamp	-	-	171-01-01-1	01/06/2548	-	-	ຫີ້າ	ISO9001			
523	14/2	[142-SUL-05]	Suction Pipeline	Hi-Light	-	-	-	-	-	-	ISO9001			
524	14/2	[142-SUL-06]	Suction Pipeline	Diamond range	-	97866	20/06/2559	6515-034-0006/59	-	-	ISO9001			
525	14/2	[142-SUL-07]	Suction Pipeline	-	97867	20/06/2559	-	-	-	-	ISO9001			
526	14/2	[142-SUL-P-09]	Suction Pipeline	Anvex	-	6676	20/05/2556	-	-	-	ISO9001			
527	14/2	[142-SUP-10]	Suction Pipeline	Anvex	-	6678	20/05/2556	-	-	-	ISO9001			
528	14/2	[142-SUP-11]	Suction Pipeline	Anvex	-	6677	20/05/2556	-	-	-	ISO9001			
529	14/2	[142-SUP-13]	Suction Pipeline	Anvex	-	6681	20/05/2556	-	-	-	ISO9001			
530	14/2	[142-SUP-14]	Suction Pipeline	Anvex	-	VRA06400LM	19/05/2557	6515-034-0026/57	-	-	ISO9001			
531	14/2	[142-SUP-15]	Suction Pipeline	Anvex	-	VRA06404LM	19/05/2557	6515-034-0027/57	-	-	ISO9001			
532	14/2	[142-SUP-16]	Suction Pipeline	Anvex	-	VRA06406LM	19/05/2557	6515-034-0018/57	-	-	ISO9001			
533	14/2	[142-SUP-17]	Suction Pipeline	Anvex	-	VRA06410LM	19/05/2557	6515-034-0024/57	-	-	ISO9001			
534	14/2	[142-SUP-18]	Suction Pipeline	AMICO	-	32485	03/05/2562	6515-034-0001/62	-	-	ISO9001			
535	14/2	[142-SUP-19]	Suction Pipeline	AMICO	-	32486	03/05/2562	6515-034-0002/62	-	-	ISO9001			
536	14/2	[142-SUP-20]	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0181	22/07/2563	6515-224-0006/63	-	-	ISO9001			
537	14/2	[142-SUP-21]	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0182	22/07/2563	6515-224-0006/63	-	-	ISO9001			
538	14/2	[142-SUP-22]	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0183	22/07/2563	6515-224-0007/63	-	-	ISO9001			
539	14/2	[142-SUP-23]	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0184	22/07/2563	6515-224-0008/63	-	-	ISO9001			
540	14/2	[142-SUP-24]	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0185	22/07/2563	6515-224-0009/63	-	-	ISO9001			
541	14/2	[142-SUP-25]	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0186	22/07/2563	6515-224-0007/63	-	-	ISO9001			
542	14/2	[142-SUP-26]	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0187	22/07/2563	6515-224-0017/63	-	-	ISO9001			
543	14/2	[142-SUP-27]	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0188	22/07/2563	6515-224-0017/63	-	-	ISO9001			
544	14/2	[142-UIN-04]	ຫົວໜ້າໃຈໜູ້ສິນ	Flame F2000	FLA-1028	410037	19/03/2555	19/01/5155	-	-	ຫີ້າ	ISO9001		
545	14/2	[142-UIN-05]	ຫົວໜ້າໃຈໜູ້ສິນ	Flame F2000	FLA-J028	410038	19/03/2555	19/01/5154	-	-	ຫີ້າ	ISO9001		
546	14/2	[142-UIN-07]	ຫົວໜ້າໃຈໜູ້ສິນ	Flame F2000	FLA-J028	410041	19/03/2555	19/01/5155(1.4)	-	-	ຫີ້າ	ISO9001		

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ເງິນໃຈງານ	ອະຫາວຸດທີ	ນັກສັກພາ	ສອນເປົ້າ	ມາດຊາວາ	ໝາຍເຫດ	
547	14/2	14/2-LNN-008	ເຕັກຄຳການໄຟມາໄຊສຶກສົດ	Flame	F2000	FLA-A028	410042	19/03/2555	ໃບເລື່ອມສູລ(3)	1	ຫຼັບ	ISO9001	
548	14/2	14/2-WEA-01	Weigh Scale	Health o meter	-	0581-37	29/04/2539	-	1	1	ISO9001		
549	15/1	15/1-BPA-01	BP Analog	Rester	-	-	140457518	0/0/2548	-	1	1	ISO9001	
550	15/1	15/1-BPO-02	BP Monitor + O2 Sat	Creative	PC-900	J0100TC-00671	19/04/2566	6515-009-0011166	2	1	ISO9001		
551	15/1	15/1-BPQ-03	BP Monitor + O2 Sat	Creative	PC-900	J0100TC-00672	19/04/2566	6515-009-0012666	2	1	ISO9001		
552	15/1	15/1-CPM-01	ເຕັກຄຳການໄຟມາໄຊ (CPM)	Kinetec	PRIMA +	3306	07/08/2545	-	1	ຫຼັບ	ISO9001		
553	15/1	15/1-CPM-02	ເຕັກຄຳການໄຟມາໄຊ (CPM)	Chatanooga	opiflex 3 Kneze CPM	35613	04/07/2554	6520-038-0001541	1	ຫຼັບ	ISO9001		
554	15/1	15/1-CPM-03	ເຕັກຄຳການໄຟມາໄຊ (CPM)	Chatanooga	opiflex 3 Kneze CPM	35724	04/02/2554	6520-038-000254	1	ຫຼັບ	ISO9001		
555	15/1	15/1-DEF-01	Defibrillator	Nihon Kohden	Tec 5631+Sp62	915	31/05/2559	6515-049-0000559	2	1	ISO9001		
556	15/1	15/1-EBM-01	ເຕັກຄຳການໄຟມາໄຊການໂຫຼດສັງເກດ	EDAN	iM70	360080-M22415600020	23/07/2563	6515-041-0007/63	2	1	ISO9001		
557	15/1	15/1-EBM-02	ເຕັກຄຳການໄຟມາໄຊການໂຫຼດສັງເກດ	EDAN	iM70	360080-M22415600014	23/07/2563	6515-041-0008/63	2	1	ISO9001		
558	15/1	15/1-EBN-03	ເຕັກຄຳການໄຟມາໄຊການໂຫຼດສັງເກດ	EDAN	iM70	360080-M22415600022	23/07/2563	6515-044-0009/63	2	1	ISO9001		
559	15/1	15/1-EBM-04	ເຕັກຄຳການໄຟມາໄຊການໂຫຼດສັງເກດ	EDAN	iM70	360080-M2241560003	23/07/2563	6515-044-0010/63	2	1	ISO9001		
560	15/1	15/1-EBN-05	ເຕັກຄຳການໄຟມາໄຊການໂຫຼດສັງເກດ	MINDRAY	UMEC12	KQ 18071162	08/12/2564	6515-041-0011/65	2	1	ISO9001		
561	15/1	15/1-EKG-02	EKG Recorder	LEPU	Neo ECG T180	T1202330178E33	30/03/2566	6515-042-0004/66	1	1	ISO9001		
562	15/1	15/1-HPG-01	ອົກສອນຂາຍນັດກຳ	VBM	*	1006/64	20/12/2553	6515-072-0002/54	1	1	ISO9001		
563	15/1	15/1-LAR-02	Laryngoscope	Long Life	Mac	*	28/03/2565	6515-043-740009/65	1	ຫຼັບ	ISO9001		
564	15/1	15/1-LIG-01	ຫຼັມໄຟລົມ ຊັ້ນເຫັນ	Brandon	*	3049/2	21/01/2558	623-005-005/0258	1	ຫຼັບ	ISO9001		
565	15/1	15/1-NMP-01	ຫຼັມໄຟລົມກຳນົດກຳນົດກຳນົດກຳນົດ	Covidien	Kendall SCD 700 Series	V2045280SX	14/01/2565	6515-072-0001/65	1	ຫຼັບ	ISO9001		
566	15/1	15/1-NMP-02	ຫຼັມໄຟລົມກຳນົດກຳນົດກຳນົດກຳນົດ	Covidien	Kendall SCD 700 Series	V211168SX	14/01/2565	6515-072-0002/65	1	ຫຼັບ	ISO9001		
567	15/1	15/1-OFM-02	Oxygen Flowmeter	EZI - Flow	LOT 4098	*	13/04/2543	-	1	1	ISO9001		
568	15/1	15/1-OFM-16	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-2	12150GL	15/03/2556	18/29/2556(1.50)	1	1	ISO9001		
569	15/1	15/1-OFM-17	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-2	12250GL	15/03/2556	18/29/2556(1.49)	1	1	ISO9001		
570	15/1	15/1-OFM-18	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-2	12286GL	15/03/2556	-	1	1	ISO9001		
571	15/1	15/1-OFM-19	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-2	12229GL	15/03/2556	-	1	1	ISO9001		
572	15/1	15/1-OFM-20	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-2	12319GL	15/03/2556	-	1	1	ISO9001		
573	15/1	15/1-OFM-21	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-2	12267GL	15/03/2556	-	1	1	ISO9001		
574	15/1	15/1-OFM-22	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	MAVEX	-	13035	29/10/2561	6515-054-005762	1	1	ISO9001		
575	15/1	15/1-OFM-23	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	MAVEX	-	13036	29/10/2561	6515-054-005862	1	1	ISO9001		
576	15/1	15/1-OFM-24	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	MAVEX	-	13037	29/10/2561	6515-054-005962	1	1	ISO9001		
577	15/1	15/1-OFM-25	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	MAVEX	-	13038	29/10/2561	6515-054-006062	1	1	ISO9001		
578	15/1	15/1-OFM-26	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	MAVEX	-	13039	29/10/2561	6515-054-006162	1	1	ISO9001		
579	15/1	15/1-OFM-27	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	MAVEX	-	2712	03/05/2562	6515-054-018562	1	1	ISO9001		
580	15/1	15/1-OFM-28	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	Amvex	-	2713	03/05/2562	6515-054-018662	1	1	ISO9001		
581	15/1	15/1-OFM-29	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	Amvex	-	2714	03/05/2562	6515-054-018762	1	1	ISO9001		
582	15/1	15/1-OFM-30	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	OHIO	-	6700	LT15LOX02687	2804/2563	6515-054-006563	1	1	ISO9001	
583	15/1	15/1-OFM-31	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	OHIO	-	6700	LT15LOX02688	2804/2563	6515-054-006663	1	1	ISO9001	
584	15/1	15/1-OFM-32	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	OHIO	-	6700	LT15LOX02689	2804/2563	6515-054-006763	1	1	ISO9001	
585	15/1	15/1-OFM-33	Oxygen Regulator (ຫຼັມໄຟລົມ) ແລ້ວ Flowmeter	OHIO	-	6700	LT15LOX02690	2804/2563	6515-054-006863	1	1	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	គ្រឿងរាយ	លក្ខណៈរាយ	ប័ត្រអប់រំ	សមតុល្យ	មានច្បាស់	មានច្បាស់	អម្មមេញ
(កូន)	(កូន)	(កូន)	(កូន)	(កូន)	(កូន)	(កូន)	(កូន)	(កូន)	(កូន)	(កូន)	(កូន)	(កូន)	(កូន)
586	151	151-OFM-34	Oxygen Regulator (ឯកធម៌រឹង) ឬ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02691	28042563	6515-054-006963	1	1	1	1	ISO9001
587	151	151-OFM-35	Oxygen Regulator (ឯកធម៌រឹង) ឬ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02692	28042563	6515-054-007063	1	1	1	1	ISO9001
588	151	151-OFM-36	Oxygen Regulator (ឯកធម៌រឹង) ឬ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02693	28042563	6515-054-007163	1	1	1	1	ISO9001
589	151	151-OFM-37	Oxygen Regulator (ឯកធម៌រឹង) ឬ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02694	28042563	6515-054-007263	1	1	1	1	ISO9001
590	151	151-OFM-38	Oxygen Regulator (ឯកធម៌រឹង) ឬ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02695	28042563	6515-054-007363	1	1	1	1	ISO9001
591	151	151-OFM-39	Oxygen Regulator (ឯកធម៌រឹង) ឬ Flowmeter	OHIO	6700	LT15LOX02697	28042563	6515-054-007563	1	1	1	1	ISO9001
592	151	151-POX-01	Pulse Oximeter	CREATIVE MEDICAL	PC-56A	XCU008LD00522	13062567	6515-084-000667	2	1	1	1	ISO9001
593	151	151-RET-01	Refrigerator Thermometer	Branum	-	-	-	04/07/2551	-	1	1	1	ISO9001
594	151	151-SUC-01	Suction Portable	Medi-pump	1132E	-	01/04/2548	-	1	1	1	1	ISO9001
595	151	151-SUC-02	Suction Portable	FRESCO	-	-	02/01/2551	1801351(2)	1	1	1	1	ISO9001
596	151	151-SUL-01	Surgical Lamp	-	SOIDI	-	12/02/2550	-	1	1	1	1	ISO9001
597	151	151-SUP-01	Suction Pipeline	Dumed	-	-	30/05/2551	112.6515-053-0214/10.51	1	1	1	1	ISO9001
598	151	151-SUP-13	Suction Pipeline	Penion	-	-	03/01/2550	-	1	1	1	1	ISO9001
599	151	151-SUP-16	Suction Pipeline	AMICO	-	28462	26/10/2561	6515-013-4-001862	1	1	1	1	ISO9001
600	151	151-SUP-17	Suction Pipeline	AMICO	-	28463	26/10/2561	6515-034-001962	1	1	1	1	ISO9001
601	151	151-SUP-18	Suction Pipeline	AMICO	-	32487	03/05/2562	6515-034-006562	1	1	1	1	ISO9001
602	151	151-SUP-19	Suction Pipeline	AMICO	-	32488	03/05/2562	6515-013-4-006562	1	1	1	1	ISO9001
603	151	151-SUP-20	Suction Pipeline	AMICO	-	32489	03/05/2562	6515-03-4-006562	1	1	1	1	ISO9001
604	151	151-SUP-21	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0189	22/07/2563	6515-224-007363	-	1	1	1	ISO9001
605	151	151-SUP-22	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0190	22/07/2563	6515-224-007463	1	1	1	1	ISO9001
606	151	151-SUP-23	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-W01-TB	ITB0191	22/07/2563	6515-224-007563	1	1	1	1	ISO9001
607	151	151-WEA-01	Weight Scale	Zepper	ZT-160	-	01/06/2548	66/70/002-000148	1	1	1	1	ISO9001
608	152	152-BPA-01	BP Analog	Baum	-	SF 4589	25/09/2538	-	1	1	1	1	ISO9001
609	152	152-BPA-02	BP Analog	Baum	-	SF 4827	25/09/2538	-	1	1	1	1	ISO9001
610	152	152-BPA-03	ការបង្កើតរាយការណ៍ធម៌រឹង	HICO	-	-	16/12/2553	-	1	1	1	1	ISO9001
611	152	152-BPA-04	ការបង្កើតរាយការណ៍ធម៌រឹង	HICO	-	-	16/12/2553	-	1	1	1	1	ISO9001
612	152	152-BPA-05	BP Analog	Rüster	-	-	28/08/2562	6510-132-000562	1	1	1	1	ISO9001
613	152	152-BPO-02	BP Monitor + O2 Sat	GE Healthcare	CARESCAPE V100	S1615474617SA	25/01/2559	6515-009-0009-59	2	1	1	1	ISO9001
614	152	152-BPO-03	BP Monitor + O2 Sat	CARESCAPE V100	S1615474628SA	25/01/2559	-	-	2	1	1	1	ISO9001
615	152	152-BPO-04	BP Monitor + O2 Sat	SZOSSEN	OSENS800B	12019019	31/03/2565	6515-009-001965	2	1	1	1	ISO9001
616	152	152-DEF-01	Defibrillator	SCHILLER	DG 5000	10199106610	22/12/2557	6515-049-000158	2	1	1	1	ISO9001
617	152	152-EKG-01	EKG Recorder	GE	Mac800	S1416070252WA	18/04/2559	6515-041-000259	1	1	1	1	ISO9001
618	152	152-ENT-01	ឧទ្ទិភ័យការណ៍ ឬ ការបង្កើតរាយការណ៍	GE	Mod2-340	19/10/2563	6515-056-000264	1	1	1	1	ISO9001	
619	152	152-HEM-02	Hematocrit Centrifuge	HEITICH	HAEMATO1210	0011424-03-00	24/01/2555	6515-014-000255	1	1	1	1	ISO9001
620	152	152-LAR-01	Laryngoscope	-	SonMed Standard	-	25/05/2563	6515-047-000363	1	1	1	1	ISO9001
621	152	152-OFM-02	Oxygen Flowmeter	Ohmeda	AHE	V07798	W# 2535	-	1	1	1	1	ISO9001
622	152	152-OFM-06	Oxygen Flowmeter	AHE	FMA021053GN	W# 2535	-	-	1	1	1	1	ISO9001
623	152	152-OFM-07	Oxygen Flowmeter	Amrex	I2225GL	15032556	-	-	1	1	1	1	ISO9001
624	152	152-OFM-08	Oxygen Flowmeter	Amrex	YB-FM-1504-F2	I2225GL	15032556	-	1	1	1	1	ISO9001

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ទីតាំង	លក្ខណៈរបៀប	បច្ចេកវិទ្យា	សមាពល	មគ្គនាំរោង	អាមេរិក
								(ករ៉ា)	(ករ៉ា)			
625	15/2	152-OFM-49	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-F2	12276GL	15/03/2556	៥៩.២៩/២៥៥៦(1.៥)	-	-	ISO9001	
626	15/2	152-OFM-10	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-F2	12143GL	15/03/2556	៥៩.២៩/២៥៥៦(1.៥)	-	-	ISO9001	
627	15/2	152-OFM-11	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-F2	12221GL	15/03/2556	៥៩.២៩/២៥៥៦(1.៥)	-	-	ISO9001	
628	15/2	152-OFM-12	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-F2	12233GL	15/03/2556	៥៩.២៩/២៥៥៦(1.៥)	-	-	ISO9001	
629	15/2	152-OFM-13	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-F2	12361GL	15/03/2556	៥៩.២៩/២៥៥៦(1.៥)	-	-	ISO9001	
630	15/2	152-OFM-14	Oxygen Flowmeter	Amvex	YB-FM-15UO-F2	12364GL	15/03/2556	៥៩.២៩/២៥៥៦(1.៥)	-	-	ISO9001	
631	15/2	152-OFM-19	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2715	03/03/2562	៦៥.៥០/៥៤-៤/១/៥៥.៦២	-	-	ISO9001	
632	15/2	152-OFM-20	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2716	03/03/2562	៦៥.៥០/៥៤-៤/១/៥៥.៦២	-	-	ISO9001	
633	15/2	152-OFM-21	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2717	03/03/2562	៦៥.៥០/៥៤-៤/១/៥៥.៦២	-	-	ISO9001	
634	15/2	152-OFM-22	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2718	03/03/2562	៦៥.៥០/៥៤-៤/១/៥៥.៦២	-	-	ISO9001	
635	15/2	152-OFM-23	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2719	03/03/2562	៦៥.៥០/៥៤-៤/១/៥៥.៦២	-	-	ISO9001	
636	15/2	152-OFM-24	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2720	03/03/2562	៦៥.៥០/៥៤-៤/១/៥៥.៦២	-	-	ISO9001	
637	15/2	152-OFM-25	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2721	03/03/2562	៦៥.៥០/៥៤-៤/១/៥៥.៦២	-	-	ISO9001	
638	15/2	152-OFM-26	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2722	03/03/2562	៦៥.៥០/៥៤-៤/១/៥៥.៦២	-	-	ISO9001	
639	15/2	152-OFM-27	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	T15UOC12189	14/06/2567	៦៥.៥០/៥៤-៤/០/៥៥.៦៧	-	-	ISO9001	
640	15/2	152-OPD-01	Ophthalmoscope	Welch Allyn	9720-T	-	14/06/2554	៦៥.៥០/៥៤-៤/០/៥៥.៦២	-	-	ISO9001	
641	15/2	152-POX-01	Pulse Oximeter	BluePoint	Oxytec A	50700/200	28/09/2554	-	2	-	ISO9001	
642	15/2	152-POX-03	Pulse Oximeter	CREATIVE MEDICAL	PC-56A	XCL088UD005223	13/06/2567	៦៥.៥០/៥៤-៤/០/៥៥.៦២	2	-	ISO9001	
643	15/2	152-RDW-01	Radiant Warmer	-	-	-	26/05/2549	៦៥.៥០/៥៤-៤/០/៥៥.៦៧	-	-	ISO9001	
644	15/2	152-RET-01	Refrigerator Thermometer	-	-	-	14/06/2554	៦៥.៥០/៥៤-៤/០/៥៥.៦២	-	-	ISO9001	
645	15/2	152-SLP-03	Suction Pipeline	Ohmeda	Continuous	GFIIV04705	WR.2535	-	-	-	ISO9001	
646	15/2	152-SLP-06	Suction Pipeline	DUMED	-	801104021	06/05/2552	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
647	15/2	152-SLP-07	Suction Pipeline	DUMED	-	801104018	06/05/2552	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
648	15/2	152-SLP-08	Suction Pipeline	DUMED	-	801104084	06/05/2552	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
649	15/2	152-SLP-09	Suction Pipeline	AMICO	-	12490	03/05/2562	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
650	15/2	152-SLP-10	Suction Pipeline	AMICO	-	32491	03/05/2562	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
651	15/2	152-SLP-11	Suction Pipeline	AMICO	-	32492	03/05/2552	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
652	15/2	152-SLP-12	Suction Pipeline	AMICO	-	32493	03/05/2542	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
653	15/2	152-SLP-13	Suction Pipeline	AMICO	-	32494	03/05/2532	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
654	15/2	152-SLP-14	Suction Pipeline	Amvex	-	VRA08815IM	19/05/2557	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
655	15/2	152-SLP-15	Suction Pipeline	Amvex	-	VRA08822JM	19/05/2557	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
656	15/2	152-SLP-16	Suction Pipeline	Amvex	-	ITB0192	22/07/2563	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
657	15/2	152-SLP-17	Suction Pipeline	Amvex	-	ITB0193	22/07/2563	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
658	15/2	152-SLP-18	Suction Pipeline	Amvex	-	ONV-WP-S-W01-TB	17/08/2563	៦៥.៥០/៥៣-៤/០/៥៥.៥២	-	-	ISO9001	
659	15/2	152-WEA-01	Weight Scale	Klass	-	-	-	-	-	-	ISO9001	
660	15/2	152-WED-01	Weight Scale Digital	Seca	-	177216047354	31/01/2549	-	-	-	ISO9001	
661	15/2	152-WED-02	Weight Scale Digital	-	-	-	28/04/2549	-	-	-	ISO9001	
662	16/1	161-BPA-01	BPA Analog	Baum	-	SF 3479	W# 2538	-	-	-	ISO9001	
663	16/1	161-BPA-02	BPA Analog	Baum	-	SF 5731	W# 2538	-	-	-	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ເກີດໃຊ້ງານ	ເອຫາກັນຫຼາ	ນັດຈຳການ	ສອນເສຍ	ມາດຕະຖານ	ໜາມຫາຫາດ	
(ຕົວ)	(ຕົວ)	(ຕົວ)	(ຕົວ)	(ຕົວ)	(ຕົວ)	(ຕົວ)	(ຕົວ)	(ຕົວ)	(ຕົວ)	(ຕົວ)	(ຕົວ)	(ຕົວ)	
664	16/1	16/1-BPD-01	BP Monitor	C-3S	740	629014	10/12/2549		1	1	ISO9001		
665	16/1	16/1-BPO-03	BP Monitor + O2 Sat	GE Healthcare	CARESCAPE V100	S16154746188A	25/01/2559	6515-009-0010/59	2	1	ISO9001		
666	16/1	16/1-BPO-04	BP Monitor + O2 Sat	EDAN	M3A	360125-M2006870023	13/07/2563	6515-009-0004/63	2	1	ISO9001		
667	16/1	16/1-BPO-05	BP Monitor + O2 Sat	SZOPEN	OSEN8000B	12012010	31/03/2565	6515-009-0010/65	2	1	ISO9001		
668	16/1	16/1-DEF-02	Defibrillator	PHILIPS	Efficia-DPM4100	CN 32659010	22/04/2565	6515-049-0003/65	2	1	ISO9001		
669	16/1	16/1-EBM-01	EKG. Monitor	EDAN	iM70	360000-M2230545007	11/04/2565	6515-041-0027/65	2	1	ISO9001		
670	16/1	16/1-EBM-02	EKG. Monitor	Northern Medice	Virgo	JH20220623011	21/02/2566	6515-041-0013/66	2	1	ISO9001		
671	16/1	16/1-HPG-01	Hand pressure gauge manometer	Mallinckrodt	-	8040791	15/10/2551	18.6515-029-0108/51	1	1	ISO9001		
672	16/1	16/1-INB-01	Instrument Boiler	-	-	911818	-	-	1	1	ISO9001		
673	16/1	16/1-INB-02	Instrument Boiler	-	-	IBE-225	-	09/07/2546	-	1	1	ISO9001	
674	16/1	16/1-LAR-01	Laryngoscope	Ricster	R8080 (S)	-	2802/2554	-	1	1	ISO9001		
675	16/1	16/1-LAR-02	Laryngoscope	Long Life	MAC	-	-	2803/2565	6515-048-740008/65	1	1	ISO9001	
676	16/1	16/1-LIG-01	Instrument Boilier	Thru. Whirlpool. ຄ່າທີ່	-	-	-	11/12/2553	-	1	1	ISO9001	
677	16/1	16/1-LIG-02	Instrument Boilier	Thru. Whirlpool. ຄ່າທີ່	-	-	-	11/12/2553	-	1	1	ISO9001	
678	16/1	16/1-OFM-01	Oxygen Flowmeter	-	-	3021	24/09/2552	-	1	1	ISO9001		
679	16/1	16/1-OFM-07	Oxygen Flowmeter	-	-	3029	24/09/2552	-	1	1	ISO9001		
680	16/1	16/1-OFM-08	Oxygen Flowmeter	-	-	3030	24/09/2552	-	1	1	ISO9001		
681	16/1	16/1-OFM-10	Oxygen Flowmeter	Ohmeda	-	AHE V07822	13/04/2543	-	1	1	ISO9001		
682	16/1	16/1-OFM-11	Oxygen Flowmeter	Ohmeda	-	AHE V07809	13/04/2543	-	1	1	ISO9001		
683	16/1	16/1-OFM-18	Oxygen Flowmeter	-	-	-	13/04/2543	-	1	1	ISO9001		
684	16/1	16/1-OFM-21	Oxygen Flowmeter	-	-	-	13/04/2543	-	1	1	ISO9001		
685	16/1	16/1-OFM-24	Oxygen Flowmeter	PASICO	O-15	5400017	24/04/2554	-	1	1	ISO9001		
686	16/1	16/1-OFM-25	Oxygen Flowmeter	PASICO	O-15	5400018	24/04/2554	-	1	1	ISO9001		
687	16/1	16/1-OFM-26	Oxygen Flowmeter	PASICO	O-15	5400019	24/04/2554	-	1	1	ISO9001		
688	16/1	16/1-OFM-27	Oxygen Flowmeter	PASICO	O-15	5400020	24/04/2554	-	1	1	ISO9001		
689	16/1	16/1-OFM-28	Oxygen Flowmeter	PASICO	O-15	5400021	24/04/2554	-	1	1	ISO9001		
690	16/1	16/1-OFM-29	Oxygen Flowmeter	PASICO	O-15	5400022	24/04/2554	-	1	1	ISO9001		
691	16/1	16/1-OFM-30	Oxygen Flowmeter	PASICO	O-15	5400023	24/04/2554	-	1	1	ISO9001		
692	16/1	16/1-OFM-31	Oxygen Flowmeter	PASICO	O-15	5400024	24/04/2554	-	1	1	ISO9001		
693	16/1	16/1-OFM-32	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2723	03/05/2562	-	1	1	ISO9001		
694	16/1	16/1-OFM-33	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2732	03/05/2562	-	1	1	ISO9001		
695	16/1	16/1-OFM-34	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2736	03/05/2562	-	1	1	ISO9001		
696	16/1	16/1-OFM-35	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2737	03/05/2562	-	1	1	ISO9001		
697	16/1	16/1-OFM-36	Oxygen Flowmeter	Amvex	-	2738	03/05/2562	-	1	1	ISO9001		
698	16/1	16/1-OFM-37	Oxygen Flowmeter	MAVEK	-	15849	29/10/2561	-	1	1	ISO9001		
699	16/1	16/1-OFM-38	Oxygen Flowmeter	MAVEK	-	15850	29/10/2561	-	1	1	ISO9001		
700	16/1	16/1-OFM-40	Oxygen Flowmeter	MAVEK	-	15852	29/10/2561	-	1	1	ISO9001		
701	16/1	16/1-OFM-41	Oxygen Flowmeter	MAVEK	-	15853	29/10/2561	-	1	1	ISO9001		
702	16/1	16/1-OFM-42	Oxygen Flowmeter	OHIO	-	6700	LTLSUOX02677	28/04/2563	6515-054-005563	1	1	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ទីតាំងរាយ	លក្ខណៈរាយរាជ	មោរកការ	សមាគម	មានចុះត្រា	តាមអាជ្ញាករ	អាមេរិក	
703	16/1	16/1-QFM-43	Oxygen Flowmeter		OHIO	6700	LT15UOX02678	28/04/2563	6515-054-005663	-	1	1	ISO9001	
704	16/1	16/1-QFM-44	Oxygen Flowmeter		OHIO	6700	LT15UOX02679	28/04/2563	6515-054-005763	-	1	1	ISO9001	
705	16/1	16/1-QFM-45	Oxygen Flowmeter		OHIO	6700	LT15UOX02680	28/04/2563	6515-054-005863	-	1	1	ISO9001	
706	16/1	16/1-QFM-46	Oxygen Flowmeter		OHIO	6700	LT15UOX02681	28/04/2563	6515-054-005963	-	1	1	ISO9001	
707	16/1	16/1-QFM-47	Oxygen Flowmeter		OHIO	6700	LT15UOX02682	28/04/2563	6515-054-006063	-	1	1	ISO9001	
708	16/1	16/1-QFM-48	Oxygen Flowmeter		OHIO	6700	LT15UOX02683	28/04/2563	6515-054-006163	-	1	1	ISO9001	
709	16/1	16/1-QFM-49	Oxygen Flowmeter		OHIO	6700	LT15UOX02684	28/04/2563	6515-054-006263	-	1	1	ISO9001	
710	16/1	16/1-QFM-50	Oxygen Flowmeter		OHIO	6700	LT15UOX02685	28/04/2563	6515-054-006363	-	1	1	ISO9001	
711	16/1	16/1-QFM-51	Oxygen Flowmeter		OHIO	6700	LT15UOX02686	28/04/2563	6515-054-006463	-	1	1	ISO9001	
712	16/1	16/1-QFM-52	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	1215KGL	15/03/2556	6515-054-007956	-	1	1	ISO9001
713	16/1	16/1-QFM-53	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12304GL	15/03/2556	6515-054-008056	-	1	1	ISO9001
714	16/1	16/1-QFM-54	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12269GL	15/03/2556	6515-054-008156	-	1	1	ISO9001
715	16/1	16/1-QFM-55	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12295GL	15/03/2556	6515-054-008256	-	1	1	ISO9001
716	16/1	16/1-QFM-56	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12277GL	15/03/2556	6515-054-008356	-	1	1	ISO9001
717	16/1	16/1-QFM-57	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12294GL	15/03/2556	6515-054-008456	-	1	1	ISO9001
718	16/1	16/1-QFM-58	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12164GL	15/03/2556	6515-054-008556	-	1	1	ISO9001
719	16/1	16/1-QFM-59	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12300GL	15/03/2556	6515-054-008756	-	1	1	ISO9001
720	16/1	16/1-QFM-60	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12235GL	15/03/2556	6515-054-008856	-	1	1	ISO9001
721	16/1	16/1-QFM-61	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12237GL	15/03/2556	6515-054-008956	-	1	1	ISO9001
722	16/1	16/1-QFM-62	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12225GL	15/03/2556	6515-054-004256	-	1	1	ISO9001
723	16/1	16/1-QFM-63	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12244GL	15/03/2556	6515-054-004356	-	1	1	ISO9001
724	16/1	16/1-QFM-64	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12305GL	15/03/2556	6515-054-004456	-	1	1	ISO9001
725	16/1	16/1-QFM-65	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12308GL	15/03/2556	6515-054-004556	-	1	1	ISO9001
726	16/1	16/1-QFM-66	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12218GL	15/03/2556	6515-054-004156	-	1	1	ISO9001
727	16/1	16/1-QFM-67	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12165GL	15/03/2556	6515-054-004256	-	1	1	ISO9001
728	16/1	16/1-QFM-68	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12226GL	15/03/2556	6515-054-002756	-	1	1	ISO9001
729	16/1	16/1-QFM-69	Oxygen Flowmeter		Amvex		YB-FM-15UO-F2	12228GL	15/03/2556	6515-054-004056	-	1	1	ISO9001
730	16/1	16/1-QPO-01	Ophthalmoscope		Welch Allyn	9720-T	-	-	14/06/2554	1	1	1	ISO9001	
731	16/1	16/1-POX-01	Pulse Oximeter	Covidien	N-65		G17802068	22/01/2557	6515-084-000357	2	1	1	ISO9001	
732	16/1	16/1-RET-01	Refrigerator Thermometer	-	-	-	-	-	1	1	1	ISO9001		
733	16/1	16/1-SUC-01	ទូទៅសុទ្ធបន្ទុក	Amvex		Continuous	VRA06987D1	17/11/2553	-	1	1	ISO9001		
734	16/1	16/1-SUC-02	ទូទៅសុទ្ធបន្ទុក	Amvex		Continuous	VRA06988D1	17/11/2553	-	1	1	ISO9001		
735	16/1	16/1-SUC-03	ទូទៅសុទ្ធបន្ទុក	Amvex		Continuous	VRA06991D1	17/11/2553	-	1	1	ISO9001		
736	16/1	16/1-SUC-04	ទូទៅសុទ្ធបន្ទុក	Amvex		Continuous	VRA06994D1	17/11/2553	-	1	1	ISO9001		
737	16/1	16/1-SUC-05	ទូទៅសុទ្ធបន្ទុក	Amvex		Continuous	VRA06995D1	17/11/2553	-	1	1	ISO9001		
738	16/1	16/1-SUL-01	Surgical Lamp	Halogen 2200	-	-	-	-	1	1	1	ISO9001		
739	16/1	16/1-SUP-01	Suction Pipeline	Jel Meditech	Continuous	JRT-10	-	-	1	1	1	ISO9001		
740	16/1	16/1-SUP-02	Suction Pipeline	Jel Meditech	Continuous	JRT-11	-	-	1	1	1	ISO9001		
741	16/1	16/1-SUP-03	Suction Pipeline	Jel Meditech	Continuous	JRT-12	-	-	1	1	1	ISO9001		

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	គំនិតរាយ	លក្ខណៈរាយ	បច្ចេកទេស	សមតុល្យ	មានចុងក្រោយ	អាមេរិក
								(ក្រោ)	(ក្រែ)			
742	16/1	16/1-SUP-05	Suction Pipeline	Meditech	Continuous	J1R/T-3	-	-	1	1	ISO9001	
743	16/1	16/1-SUP-08	Suction (Incontinent)	Ohmeda	Intermittent	GFFY03441	W.R. 2538		1	1	ISO9001	
744	16/1	16/1-SUP-12	Suction Pipeline	-	-	I01953			1	1	ISO9001	
745	16/1	16/1-SUP-13	Suction Pipeline	AMICO	-	32495	03/05/2562		1	1	ISO9001	
746	16/1	16/1-SUP-14	Suction Pipeline	AMICO	-	32496	03/05/2562		1	1	ISO9001	
747	16/1	16/1-SUP-16	Suction Pipeline	AMICO	-	32498	03/05/2562		1	1	ISO9001	
748	16/1	16/1-SUP-17	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-AW01-TB	I1B0195	22/07/2563	6515-224/0079/63	1	1	ISO9001	
749	16/1	16/1-SUP-18	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-AW01-TB	I1B0196	22/07/2563	6515-224/0080/63	1	1	ISO9001	
750	16/1	16/1-SUP-19	Suction Pipeline	Oxy Vac	ONV-WP-S-AW01-TB	I1B0197	22/07/2563	6515-224/0081/63	1	1	ISO9001	
751	16/1	16/1-SYR-01	Syringe Pump	Micrel	Thalagump 2100	E134941095065C	17/08/2558		1	1	ISO9001	
752	16/1	16/1-TMF-01	ពន្លាកម្មសារបញ្ហាការ	Welch Allyn	Pro 4000	I2015K.0111	03/10/2559	6515-200-0001/60	1	1	ISO9001	
753	16/1	16/1-WEA-03	Weight Scale	Seca	Seca 755	575531065476	30/05/2551	15.6530-008/692/01/51	1	1	ISO9001	
754	16/1	16/1-WED-01	Weight Scale	NAGATA	BW-40H	J103298	29/12/2564	6515-105-0006/65	1	1	ISO9001	
755	17/1	17/1-<PM4-01	ពន្លាកម្មសារបញ្ហាការ (CPM)	Chinomed	optilex 3 Knee CPM	38494	24/09/2555		1	1	ISO9001	
756	17/1	17/1-BPO-01	BP Digital and Pulse Oximeter	GE	Careosite V100	S11611450425SA	26/03/2557	6515-500-0013/51	1	1	ISO9001	
757	17/1	17/1-BPO-02	BP Digital and Pulse Oximeter	EDAN	M3A	360125-MA1840750019	31/07/2561	6515-025-0003/61	1	1	ISO9001	
758	17/1	17/1-BPO-03	BP Monitor + O2 Sat	SZOSSEN	OSEN8000B	I2012011	31/03/2565	6515-009-0011/65	2	1	ISO9001	
759	17/1	17/1-DEF-01	Defibrillator	Nihon	TEC 5631	766	31/05/2559	6515-500-0004/59	2	1	ISO9001	
760	17/1	17/1-EBN4-01	EGK Monitor	EDAN	IM70	360080-MA2205850008	11/04/2565	6515-041-0028/65	2	1	ISO9001	
761	17/1	17/1-EBN4-02	EGK Monitor	Northern Medics	Viggo	J11202206/23011	23/02/2566	6515-041-1001/66	2	1	ISO9001	
762	17/1	17/1-EKG-01	EGK Recorder	GE Healthcare	MAC 800	SJ41607023WA	18/04/2559	6515-049-0004/59	1	1	ISO9001	
763	17/1	17/1-HEM4-01	Hematocrit Centrifuge	HEITICHI	HAEMATOKRT	0012189/03	24/12/2555	6515-007/40003/56	1	1	ISO9001	
764	17/1	17/1-LAR-01	Laryngoscope (direct)	Welch Allyn	-	-	11/01/2550	15.6515-022.5/02/02/50	1	1	ISO9001	
765	17/1	17/1-LAR-02	Laryngoscope	Ritter	R8080 (S)	-	28/02/2554	6515-047-0006/54	1	1	ISO9001	
766	17/1	17/1-SNMP-01	ពន្លាកម្មសារបញ្ហាការ (SNMP)	COVIDIEN	Kendall SCD 700	V21117425X	14/01/2565	6515-227-0003/65	1	1	ISO9001	
767	17/1	17/1-NMP-02	ពន្លាកម្មសារបញ្ហាការ (NMP)	COVIDIEN	Kendall SCD 700	V21117015X	14/01/2565	6515-227-0004/65	1	1	ISO9001	
768	17/1	17/1-OFM-01	Oxygen Flowmeter	Ohmeda	Ohmeda	-	V07829	W.R.2540	1	1	ISO9001	
769	17/1	17/1-OFM-02	Oxygen Flowmeter	Ohmeda	Ohmeda	-	V07827	W.R.2540	1	1	ISO9001	
770	17/1	17/1-OFM-03	Oxygen Flowmeter	Ohmeda	Ohmeda	-	V07832	W.R.2540	1	1	ISO9001	
771	17/1	17/1-OFM-04	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	I1F0070	01/08/2554	-	1	1	ISO9001	
772	17/1	17/1-OFM-05	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	I1F0071	01/08/2554	-	1	1	ISO9001	
773	17/1	17/1-OFM-06	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	I1F0073	01/08/2554	-	1	1	ISO9001	
774	17/1	17/1-OFM-07	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	I1F0074	01/08/2554	-	1	1	ISO9001	
775	17/1	17/1-OFM-08	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	I1F0075	01/08/2554	-	1	1	ISO9001	
776	17/1	17/1-OFM-09	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	I1F0076	01/08/2554	-	1	1	ISO9001	
777	17/1	17/1-OFM-10	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	I1F0077	01/08/2554	-	1	1	ISO9001	
778	17/1	17/1-OFM-11	Oxygen Flowmeter	Amvox	-	FMA0156001M	02/09/2558	11.005/581.1	1	1	ISO9001	
779	17/1	17/1-OFM-12	Oxygen Flowmeter	Amvox	-	FMA0156281M	02/09/2558	11.005/581.2	1	1	ISO9001	
780	17/1	17/1-OFM-13	Oxygen Flowmeter	Amvox	-	FMA022832DM	02/09/2558	11.005/581.3	1	1	ISO9001	

No.	Department	Code	Instrument	Brand	Model	Serial No.	ទីតាំង	លក្ខណៈ	បច្ចេកវិទ្យា	សមតារ	មន្ត្រី	គោលការ
								(ករ៉ា)	(ករ៉ា)	(ករ៉ា)		
781	17/1	171-OFM-14	Oxygen Flowmeter	Anivex	-	FMA012105DA	02/09/2558	18/005/58(1.4)	-	1	1	ISO9001
782	17/1	171-OFM-15	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	11F0078	01/08/2554	-	1	1	1	ISO9001
783	17/1	171-OFM-16	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FM015U-A27836HF	21/12/2564	6515-054-0006/65	-	1	1	ISO9001
784	17/1	171-OFM-17	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FM015U-A27837HF	21/12/2564	6515-054-0007/65	-	1	1	ISO9001
785	17/1	171-OFM-18	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FM015U-A27838HF	21/12/2564	6515-054-0008/65	-	1	1	ISO9001
786	17/1	171-OFM-19	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FM015U-A27839HF	21/12/2564	6515-054-0009/65	-	1	1	ISO9001
787	17/1	171-OFM-20	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FM015U-A27831HF	21/12/2564	6515-054-0010/65	-	1	1	ISO9001
788	17/1	171-OFM-21	Oxygen Flowmeter	AMICO	-	FM015U-A27832HF	21/12/2564	6515-054-0011/65	-	1	1	ISO9001
789	17/1	171-OPE-01	Ophthalmoscope	Rieger	-	3070	14/02/2551	15/6515-022-2101/01/51	-	1	1	ISO9001
790	17/1	171-OPO-02	Ophthalmoscope	Welch Allyn	9720-T	-	14/06/2554	6515-058-0005/54	-	1	1	ISO9001
791	17/1	171-POX-01	Pulse Oximeter	Covidien	PM ION	MHP2000704	24/06/2563	6515-058-0009/63	-	2	1	ISO9001
792	17/1	171-RET-01	Refrigerator Thermometer	-	-	-	-	W. #2543	-	1	1	ISO9001
793	17/1	171-SUP-01	Suction Pipeline	Ohmeda	Continuous	GFFH06711	W.M.2540	-	-	1	1	ISO9001
794	17/1	171-SUP-03	Suction (Intermittent)	Ohmeda	6-1251	GFFM02269	15/05/2551	15/6515-035-0103/01/51	-	1	1	ISO9001
795	17/1	171-SUP-04	Suction (Intermittent)	Anvex	-	VRA06413HK	16/03/2555	6515-034-0005/55	-	1	1	ISO9001
796	17/1	171-SUP-05	Suction (Intermittent)	Chemtron	Low Vacuum	22/06/061114004-0	02/10/2555	22/901061114004-0	-	1	1	ISO9001
797	17/1	171-SUP-06	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4261	23/12/2564	6515-224-0001/65	-	1	1	ISO9001
798	17/1	171-SUP-07	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4262	23/12/2564	6515-224-0002/65	-	1	1	ISO9001
800	17/1	171-SUP-08	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4263	23/12/2564	6515-224-0003/65	-	1	1	ISO9001
801	17/1	171-SUP-10	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4264	23/12/2564	6515-224-0004/65	-	1	1	ISO9001
802	17/1	171-SUP-11	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4265	23/12/2564	6515-224-0005/65	-	1	1	ISO9001
803	17/1	171-SUP-12	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4266	14/11/2565	6515-224-0011/66	-	1	1	ISO9001
804	17/1	171-SUP-13	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4267	14/11/2565	6515-224-0012/66	-	1	1	ISO9001
805	17/1	171-SUP-14	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4268	14/11/2565	6515-224-0013/66	-	1	1	ISO9001
806	17/1	171-SUP-15	Suction Pipeline	Anvex	C3A	C3AA4269	14/11/2565	6515-224-0014/66	-	1	1	ISO9001
807	17/1	171-TMF-01	ព័ត៌មានអង្គភាពអង្គភាព	-	-	8330FR2-0008632	13/03/2561	6515-083-0002/61	-	1	1	ISO9001
808	17/1	171-WED-01	Weight Scale	Seca	707	21696	24/11/2540	-	1	1	1	ISO9001
809	17/2	172-BPA-01	ឯកសារការងារអាជីវកម្មសាស្ត្រ	Yuwell	Standing Type	WD-002	14/11/2565	6515-027-0001/66	-	1	1	ISO9001
810	17/2	172-BPO-01	BP Monitor + 02 Sat	GE Healthcare	CARESCAPE V100	SI664140276-SA	09/03/2557	6515-008-0008/57	2	1	1	ISO9001
811	17/2	172-BPO-02	BP Monitor + 02 Sat	EDAN	M3A	360125-M1840730040	31/07/2561	6515-025-0004/61	2	1	1	ISO9001
812	17/2	172-BPO-03	BP Monitor + O2 Sat	SEZOPEN	12012012	31/03/2565	6515-008-001/265	2	1	1	ISO9001	
813	17/2	172-CFM-01	ឯកសារអុខាងក្រោម (CFM)	optiflex 3 knee CPM	35643	16/04/2554	6520-038-0003/54	-	1	1	ISO9001	
814	17/2	172-DEF-01	Defibrillator	PHILIPS	Efficia-DEF-M-100	CN-32659036	22/04/2565	6515-049-0009/65	2	1	1	ISO9001
815	17/2	172-EKG-01	EKG, R ecorder	EDAN	SE-1200E-Apex	460016-M22110150001	08/03/2565	6515-021-0003/65	1	1	1	ISO9001
816	17/2	172-HEM-01	Hematocrit Centrifuge	HETTICH	HAEMATOKRIT 210	0010482-03-00	6/203/2554	6515-047-0006/54	1	1	1	ISO9001
817	17/2	172-LAR-01	Laryngoscope	Rieger	Rimodule	470870	22/08/2560	6515-047-0006/60	1	1	1	ISO9001
818	17/2	172-OFM-01	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	11F0101	01/08/2554	18/10/54/76	1	1	1	ISO9001
819	17/2	172-OFM-02	Oxygen Flowmeter	IOXYGEN	806	11F0102	01/08/2554	18/10/54/77	1	1	1	ISO9001