


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดกล้องสำหรับส่องตรวจและทำหัตถการผ่านโพรงจมูก
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1. ความต้องการ ชุดกล้องสำหรับส่องตรวจและทำหัตถการผ่านโพรงจมูก จำนวน 1 ชุด
2. วัตถุประสงค์ การใช้งานกล้องสำหรับส่องตรวจและทำหัตถการผ่านโพรงจมูกเพื่อให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
3. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 3.1. กล้องสำหรับส่องตรวจภายในโพรงจมูกทิศทางมุมมองภาพที่ 0 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำกล้องไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ขนาดความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.2. กล้องสำหรับส่องตรวจภายในโพรงจมูกทิศทางมุมมองภาพที่ 30 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำกล้องไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ขนาดความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.3. กล้องสำหรับส่องตรวจภายในโพรงจมูกทิศทางมุมมองภาพที่ 70 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำกล้องไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ขนาดความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร
จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.4. กล้องสำหรับนั่ง
 - 3.4.1. มีรูสำหรับนั่งฆ่าเชื้อ
 - 3.4.2. สามารถใส่กล้องได้ 2 ชิ้น
 - 3.4.3. ขนาดรวมฝาปิด ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว x 3 นิ้ว x 1.5 นิ้วจำนวน 2 ชิ้น
4. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 4.1. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 4.2. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาหนึ่งปี


นางจรุจิต ไกรวัฒน์พงศ์


นางดารณี โลหสมบูรณ์


นางสาวตรีรัตน์ ถิทยประเดิม