

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แผนประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

ตัวแปร	น้ำหนัก (ร้อยละ)
1. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ต่อ ทางราชการ	80
2. ราคา	20

1. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ต่อ ทางราชการ		คะแนน	ชื่อการค้า
ก. เกณฑ์คุณภาพทั่วไป (General Quality Criteria) (10 คะแนน)			
1)	เอกสารรับรองในการไม่คิดมูลค่าผลิตภัณฑ์ในการใช้ที่มีการเปลี่ยนขนาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอ	5	
2)	วัสดุของผลิตภัณฑ์ผลิตจากสแตนเลส สตีล หรือ ไทเทเนียม หรือ ไททาเนียม อัลลอย	3	
3)	เอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทที่รับประกันความสะอาดเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบไอน้ำแรงดัน โดยผู้ให้บริการ (ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับประกันค่าใช้จ่ายในทุกกรณี ก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ศูนย์การแพทย์ฯ)	2	
ข. เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (Specific Quality Criteria) (70 คะแนน)			
1)	เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พิจารณา (50 คะแนน)		
	1.1) แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดมีหัวรอกรูขุม, ทุกขนาด (Locking Plate, All Size)(30 คะแนน)(เลือกได้เพียง 1 ข้อ)		
	มีความครบรอบของผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด		
	- ผลิตกันชนรับถ่วงตามคุณสมบัติที่กำหนด (36 - 40 รายการ)	30	
	- ผลิตกันชนรับถ่วงตามคุณสมบัติที่กำหนด (31 - 35 รายการ)	20	
	- ผลิตกันชนรับถ่วงตามคุณสมบัติที่กำหนด (26 - 30 รายการ)	15	
	- ผลิตกันชนรับถ่วงตามคุณสมบัติที่กำหนด (21 - 25 รายการ)	10	
	- ผลิตกันชนรับถ่วงตามคุณสมบัติที่กำหนด (16 - 20 รายการ)	5	
	1.2) สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสี่เหลี่ยม ทุกขนาด (Locking Screw, All Size) ที่สอดคล้องตามข้อเสนอข้อ 1.1 (5 คะแนน)(เลือกได้เพียง 1 ข้อ)		
	มีความครบรอบคลุมของผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด		
	- ผลิตกันชนรับถ่วงตามคุณสมบัติที่กำหนด (8 - 12 รายการ)	5	
	- ผลิตกันชนรับถ่วงตามคุณสมบัติที่กำหนด (4 - 7 รายการ)	3	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

นายแพทย์นพพล สีทธิกานต์
(ประธานกรรมการ)

นายแพทย์หาญพงศ์ พุกทองพรรณ
(กรรมการ)

นางสาวชิมพิกา คุ้มดีชัย
(กรรมการ)

ข้อพิจารณา โลหะตามกระดูกและเส้นใยโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น รวมสกรู (แบบสั้น)					
ประกอบด้วย					
1. โลหะตามกระดูกและเส้นใยโพรงกระดูก ขนาด 15.5 มม.					
2. รูปแบบของสกรูยึดหัวกระดูกสะโพก ขนาด 10.0 มม. (แบบใบมีด)					
3. รูปแบบของสกรูยึดหัวกระดูกสะโพก ขนาด 10.0 มม. (แบบเกลียว)					
4. ฝาปิดด้านบนของแท่งโลหะเส้นใยโพรงกระดูกต้นขา					
5. สกรูยึดกระดูกกับแกนโลหะส่วนปลาย					
1.3) โลหะตามกระดูกและเส้นใยโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น รวมสกรู (แบบสั้น) (5 คะแนน) (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)					
มีความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด (ครบทั้ง 1 - 5 รายการ)					
- ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด (ตามข้อบ่งชี้ข้อที่ 1, 2 หรือ 3, 4 และ 5)					
5					
2					
ข้อพิจารณา โลหะตามกระดูกและเส้นใยโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น รวมสกรู (แบบยาว)					
ประกอบด้วย					
1. โลหะตามกระดูกและเส้นใยโพรงกระดูก ขนาด 15.5 มม.					
2. โลหะตามกระดูกและเส้นใยโพรงกระดูก ขนาด 12.5 มม.					
3. รูปแบบของสกรูยึดหัวกระดูกสะโพก ขนาด 10.0 มม. (แบบใบมีด)					
4. รูปแบบของสกรูยึดหัวกระดูกสะโพก ขนาด 10.0 มม. (แบบเกลียว)					
5. รูปแบบของสกรูยึดหัวกระดูกสะโพก ขนาด 6.4 มม. (แบบเกลียว)					
6. ฝาปิดด้านบนของแท่งโลหะเส้นใยโพรงกระดูกต้นขา					
7. สกรูยึดกระดูกกับแกนโลหะส่วนปลาย					
1.4) โลหะตามกระดูกและเส้นใยโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น รวมสกรู (แบบยาว) (10 คะแนน) (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)					
มีความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด (ครบทั้ง 1 - 7 รายการ)					
- ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด (ครบทั้ง 1 - 7 รายการ)					
- ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด (ตามข้อบ่งชี้ข้อที่ 1, 3 หรือ 4, 6 และ 7)					
10					
5					



นายแพทย์นพพล สิริธิกานต์
(ประธานกรรมการ)



นายแพทย์หาญพงศ์ ฟ้าทองพรรณ
(กรรมการ)



นางสาวฉิมพิภา σό่อัสตัย
(กรรมการ)

2)	ผู้ยื่นข้อเสนอต่อผู้มีผู้เชี่ยวชาญ หรือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเครื่องมือแพทย์เฉพาะที่	4					
3)	ผู้ยื่นข้อเสนอต่อผู้มีเครื่องมือรองรับสำหรับพฤติการณ์พิเศษเฉพาะตำแหน่งของผู้ป่วย ตามความต้องการของผู้แพทย์	3					
	ข้อพิจารณาการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะเฉพาะ						
4)	ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเอกสารรับรองการสนับสนุนเครื่องมือชุดสว่านจะกระตุกแบบไร้สายขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ให้กับศูนย์การแพทย์ฯ และให้นำตัวอย่างเครื่องมือชุดสว่านจะกระตุกแบบไร้สายขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ มาแสดงเพื่อประกอบการให้คะแนน ในวันเปิดซองพิจารณา	10					
5)	ผู้เสนอราคาต้องนำเครื่องมือสำหรับการแก้ไขหรือถอดโลหะตามกระดูกจากผู้ป่วย แบบชนิดครอบคลุมได้หลายผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการให้คะแนน ในวันเปิดซองพิจารณา	3					
	1. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ต่อ ทางราชการ	80					
	2. ราคา ; ตัวแปรจะถูกประเมินและให้คะแนนโดยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	20					
	ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง	100					

นายแพทย์นพพล สิริทริกันต์
(ประธานกรรมการ)



นายแพทย์หาญพงศ์ พุกทองพรรณ
(กรรมการ)



นางสาวฉิมพิภา ชื้อสัตย์
(กรรมการ)

