

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงนอนผู้ป่วย 3 โกร้ พร้อมที่นอนฟองน้ำ

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1. ความต้องการ

เตียงนอนผู้ป่วย 3 โกร้ พร้อมที่นอนฟองน้ำ จำนวน 40 เตียง

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ควบคุมการทำงานด้วยการใช้มือหมุน โดยสามารถปรับพนักพิงหลัง ปรับทางอเข้า และปรับพื้นเตียงสูง-ต่ำ ได้

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1 โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสี รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
- 3.2 พื้นเตียง มีความแข็งแรง ขอบคว่ำ แบ่งเป็นตอนอย่างน้อย 3 ตอน กว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม.ปรับระดับต่ำสุดได้ถึง 50 ซม. หรือดีกว่า และปรับระดับสูงได้ไม่น้อยกว่า 70 ซม. ส่วนของคานเตียงหรือโครงพื้นเตียงทำด้วยเหล็ก
- 3.3.ราวกัน ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม เกรด 304 มีความยาวตลอดเตียงไม่น้อยกว่า 200 ซม. สามารถปรับขึ้น-ลงได้ เมื่อปรับขึ้น มีความสูงวัดจากพื้นเตียง ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- 3.4. พนักหัว-ท้ายเตียง ทำด้วยสแตนเลส หรือ ไม้อัดปะหน้าโฟมกำหุ้มขอบสแตนเลส หรือ ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดปะหน้าด้วยโฟมกำหุ้มและมีโครงสแตนเลสยึดติด เพื่อให้สามารถติดตั้งโครงโลหะสำหรับถ่วงแขน ขา พร้อมที่โหนพยางค์ได้
- 3.5. พนักหัวเตียงสามารถถอดได้ เพื่อความคล่องตัวเมื่อต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือทำหัตถการอื่น
- 3.6. ล้อเตียง เป็นแบบล้อยาง หมุนได้รอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว โดยมีล้อเบรคที่สามารถล็อกทั้งตะเกียบและลูกล้อได้

4. คุณลักษณะเฉพาะ ปรับเตียงด้วยไกแบบมือหมุน 3 โกร้

- 4.1. ปรับพนักพิงหลังได้ ไม่น้อยกว่า 70 องศา
- 4.2. ปรับทางอเข้าได้ ไม่น้อยกว่า 40 องศา
- 4.3. วัดจากพื้นถึงพื้นเตียง (ไม่รวมที่นอน) ปรับเตียงต่ำสุดได้ถึง 50 ซม.หรือดีกว่า และปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 70 ซม.

จ.อ.ทศ 

(ร.อ.หญิงศรัณย์รัชต์ ยิบจิรกุล)



(นางสาวฉันทฉัตร รัชมีศร)

๑๙๑๖ 

(นางสาวดรุณี แสนทวีสุข)

## 5. อุปกรณ์ประกอบเตียง

- 5.1 ที่นอน ทำด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติช่วยลดแรงกดทับตลอดผืนทั้ง 2 ด้าน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.สามารถวางพื้นเตียงได้ และรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม จำนวน 40 หลัง
- 5.2 .หมอนหนุนศีรษะ ขนาดมาตรฐาน ทำด้วยใยสังเคราะห์ หุ้มด้วยหนังเทียม จำนวน 40 ใบ

## 6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบครบ
- 6.2 เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 6.3 ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 และมาตรฐานการจัดการโรงงาน
- 6.4 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้จำหน่าย และมีหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ออกให้แก่บริษัทผู้จำหน่าย
- 6.5 โรงงานผู้ผลิตที่นอนขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้รับการรับรองการผลิตที่นอนสำหรับผู้ป่วย โดยมีเอกสารมาแสดง
- 6.6 มีเอกสารนำแสดงการสั่งซื้อหรือการใช้สแตนเลสเกรด 304 เพื่อยืนยันคุณภาพของวัสดุที่ใช้ผลิต

J.O.M 

(ร.อ.หญิงศรัณย์รัชต์ ยิบจิรกุล)



(นางสาวฉันทฉัตร รัศมีศรี)



(นางสาวดรุณี แสนทวีสุข)