

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตราระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์  
ดำเนินการตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

**1. ความต้องการ**

ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตราระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

**2. วัตถุประสงค์การใช้งาน**

เครื่องมือตรวจตาอย่างละเอียด ทั้งภายนอกและภายในตา และแสดงภาพการตรวจตาออกจาภาพ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยทางจักษุ และสามารถประกอบการเรียนการสอนได้

**3. คุณลักษณะที่สำคัญ**

เป็นเครื่องมือตรวจตาอย่างละเอียด ทั้งภายนอกและภายในตา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อแสดงภาพออกจา

**4. คุณลักษณะเฉพาะ**

- 4.1) เป็นกล้องตรวจแบบ 2 ตา
- 4.2) มีเลนส์ช่องตา (Eyepiece) ขนาด 10 หรือ 12.5 เท่า 1 คู่ สามารถปรับได้ออฟเตอร์ได้อย่างน้อย -8 ถึง +8 ได้ออฟเตอร์
- 4.3) สามารถปรับกำลังขยายของภาพ ได้ไม่น้อยกว่า 5 กำลังขยาย โดยครอบคลุม  $6\times/10\times/16\times/25\times/40\times$
- 4.4) มี Field of view อย่างน้อย 37-5.2 มิลลิเมตร
- 4.5) โคมไฟเป็นชนิด LED หรือดีกิว่า
- 4.6) มีแผ่นกรองแสง (Filter) อย่างน้อย 5 สี
- 4.7) สามารถปรับความยาวของลำแสงได้ตั้งแต่ 0.2-12 มิลลิเมตร ขึ้นไป
- 4.8) สามารถปรับความกว้างของลำแสงได้ตั้งแต่ 0-12 มิลลิเมตร ขึ้นไป
- 4.9) สามารถปรับให้ลำแสงหมุนได้อย่างต่อเนื่อง เป็นหมุน 0-180 องศา
- 4.10) สามารถปรับแนว Slit projector ได้อย่างน้อย 10 องศา
- 4.11) มีกล้องบันทึกภาพความละเอียดตั้งแต่ 18 ล้านพิกเซลล์

อนันต์ ไกรประเสริฐ

(นพ.อนันต์ รักพานิชมนี)

อนันต์

(พญ.วรรัตน์ จองไฟจิตรสกุล)

อนันต์ ไกรประเสริฐ

(น.ส.นันทกานต์ พรmvang)

## 5. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 5.1) ชุดวัดความดันลูกตา (Applanation Tonometer)                            | 1 ชุด           |
| 5.2) ตัวโต๊ะวางเครื่องแบบ Wheel chair ปรับความสูงขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้า         | 1 ตัว           |
| 5.3) เก้าอี้สำหรับแพทย์และคนไข้  | 2 ตัว           |
| 5.3.1 สำหรับใช้นั่งตรวจคนไข้ และผู้ตรวจ                                    |                 |
| 5.3.2 ปรับระดับความสูงต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิก                               |                 |
| 5.3.3 หุ้มหนัง PVC มีซิคใส่ล้อหรือใส่แป่น                                  |                 |
| 5.4) เครื่องสำรองไฟฟ้า   | จำนวน 1 เครื่อง |
| 5.4.1 มีกำลังไฟขาออก Output ไม่น้อยกว่า 2 Kva (1200V)                      |                 |
| 5.4.2 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%                  |                 |
| 5.4.3 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-1%                   |                 |
| 5.4.4 สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ไม่น้อยกว่า 5 นาที                     |                 |
| 5.6) เครื่องคอมพิวเตอร์  | จำนวน 1 เครื่อง |
| 5.6.1 RAM (ความเร็ว) ไม่ต่ำกว่า 4GB  |                 |
| 5.6.2 ROM (ความจำ) ไม่ต่ำกว่า 1 TB   |                 |
| 5.6.3 จอ Monitor ความละเอียดสูง ไม่ต่ำกว่า Full HD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว |                 |

## 6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1) มีเอกสารประกอบคู่มือการใช้งาน 1 ชุด
- 6.2) รับประกันเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6.3) เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 6.4) ในช่วงระยะเวลา.rับประกันจะมีการบำรุงรักษารวมอยู่ในหลังประกัน 2 ครั้ง
  - ตลอดระยะเวลา.rับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังส่งมอบ

ธ.ก.ส. โรงพยาบาล

(นพ.ธนภัทร รักพาณิชย์)

บ.ก.

(พญ.วรรัตน์ จองไพบูลย์สกุล)

นาย หงส์

(น.ส.นันทกานต์ พรหมวงศ์)