

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบพกพาและเคลื่อนย้าย
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1. ความต้องการ

เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบพกพาและเคลื่อนย้าย จำนวน 2 เครื่อง

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับเป็นชุดภาควัดสัญญาณชีพขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในโรงพยาบาลที่ถูกออกแบบมาให้กะทัดรัด ใช้งานง่ายสะดวกในการเคลื่อนย้าย

3. คุณลักษณะที่สำคัญ

3.1 ชุดภาควัดออกแบบมาให้สามารถใช้งานเป็นภาควัดให้กับเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบข้างเตียงได้ (IntelliVue Patient Monitor)

3.2 สามารถใช้งานเป็นเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและใช้งานสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้

3.3 สามารถรองรับการวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยได้ อย่างน้อยดังนี้

3.3.1. สามารถติดตามการทำงานของหัวใจ (ECG) รวมถึงการเฝ้าระวังหัวใจเต้นผิดปกติ (Arrhythmia) และการเฝ้าระวังภาวะหัวใจขาดเลือด (ST Monitoring)

3.3.2. อัตราการหายใจ (Respiration)

3.3.3. ค่าความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

3.3.4. ค่าความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)

3.4 สามารถรองรับการใช้งานได้กับผู้ป่วยเด็กแรกเกิด, เด็กโต และผู้ใหญ่

3.5 สามารถเก็บข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วยย้อนหลังไว้ที่ตัวเครื่อง โดยสามารถเรียกดูข้อมูลในแบบตาราง และแบบ Horizon Trend เพื่อช่วยดูการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสรีริวิทยาของผู้ป่วยได้

3.6 มีแบบเตอร์ภายในตัวเครื่องสามารถรองรับการใช้งานขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

นางสาว ณ เรากวิจ

พญ. ลักษณ์

อุบล

คุณลักษณะเฉพาะ

- 4.1 ควบคุมการใช้งานเครื่องแบบสัมผัสที่หน้าจอ (Touchscreen) เป็นแบบ Capacitive

4.2 การใช้งานง่ายคล้ายกับการใช้ Smartphone

4.3 หน้าจอแสดงผลใช้กระจกที่ออกแบบโดยเฉพาะแบบ Gorilla

4.4 หน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาดไม่น้อยกว่า 6.1 นิ้ว ความละเอียดจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 1024x 480 เป็นแบบมุ่งมองกว้าง ตัวเลขขนาดใหญ่ พร้อมค่าตัวเลขการตั้งค่าสัญญาณเตือน และสามารถแสดงรูปคลิปได้สูงสุด 5 รูปคลิปพร้อมกันบนหน้าจอ

4.5 มีเซนเซอร์สำหรับวัดแสง เพื่อการปรับแสงสว่างหน้าจอได้แบบอัตโนมัติ

4.6 สามารถปรับหน้าจอในการแสดงผลได้หลายรูปแบบ เพื่อให้เข้ากับตามความต้องการในการดูข้อมูลทางคลินิก

4.7 การแสดงผลที่จอกาพสามารถใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอนโดยตัวเครื่องจะปรับจอแสดงผลตามตำแหน่งการวางการวางเครื่อง

4.8 สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยสามารถดูได้ในแบบตาราง (Tabular Trend) และแบบกราฟ (Graphic Trend)

4.9 สามารถเลือกการใช้งานเครื่องเริ่มต้น (Profile) ในแต่ละรูปแบบได้ เพื่อกำหนดค่าของการแสดงผล โดยสามารถตั้งค่าให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่ใช้งาน เช่น ใน ICU หรือ OR ใช้กับผู้ป่วยเด็กแรกเกิด, เด็กโต หรือผู้ใหญ่ พร้อมการตั้งค่าสัญญาณเตือน โดยอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน

4.10 สามารถเลือกการตั้งค่าสัญญาณเตือนแบบตั้งค่าอัตโนมัติจากการวัดค่าสัญญาณซึ่งของผู้ป่วยได้ (AutoLimits)

4.11 มีระบบสัญญาณเตือนแบบแยกตามความรุนแรง เป็นแบบสีและเสียงได้ เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับผู้ป่วยอย่างน้อย 3 ระดับ

4.12 ตัวเครื่องผ่านข้อกำหนดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานอย่างน้อยดังนี้ IEC 60601-1, EN 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1

4.13 ตัวเครื่องผ่านการตรวจตาม TypeCF และตัวเครื่องมีส่วนป้องกันความเสียหาย ขณะมีการใช้งานเครื่องจะตุกหัวใจ และเครื่องตัดจี๊ดด้วยไฟฟ้า

ମର୍ମନାମ ଶବ୍ଦକଟିକା

ເມືອງ ລະຈົບ

2022

4.14 ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกินกว่า 1.5 กิโลกรัม

5. คุณลักษณะเฉพาะของภาควัด

5.1 ภาคติดตามการทำงานของหัวใจ (ECG)

5.1.1 สามารถวัดและแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้ 12 คลื่นพร้อมกัน (12 Real time ECG waveform)

5.1.2 สำหรับผู้ใหญ่สามารถวัด STsegment ได้พร้อมกัน 12 leads พร้อมแสดงแผนภาพของ ST (STMAP) ได้ และแสดงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ST Elevation) (STE MAP) เพื่อการวิเคราะห์ผลและเป็นสัญญาณเตือนภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้

5.1.3 สามารถแสดงค่า QT/QTC ได้โดยอัตโนมัติ

5.1.4 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) ได้

5.1.4.1 สำหรับผู้ใหญ่ และเด็กโต ช่วงตั้งแต่ 15 ถึง 300 ครั้งต่อนาที

5.1.4.2 สำหรับเด็กแรกเกิด ช่วงตั้งแต่ 15 ถึง 350 ครั้งต่อนาที

5.1.5 สามารถตั้งระดับสัญญาณเตือนในการณ์อัตราการเต้นของหัวใจสูงหรือต่ำกว่าที่ตั้งไว้ได้

5.2 ภาควัดอัตราการหายใจ (Respiration)

5.2.1 สามารถใช้วัดอัตราการหายใจได้

5.2.1.1 สำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 120 ครั้งต่อนาที

5.2.1.2 สำหรับเด็กแรกเกิดในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 170 ครั้งต่อนาที

5.2.2 สามารถตั้งระดับสัญญาณเตือนในการณ์อัตราการหายใจสูงหรือต่ำกว่าที่ตั้งไว้ได้

5.3 ภาควัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

5.3.1 สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2), แสดงรูปคลื่นPlethysmograph และวัดค่าชีพจร (Pulse) ได้

5.3.2 การวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดใช้เทคนิคการวัดแบบ FAST SpO2 โดยสามารถรองรับการใช้งานกับผู้ป่วยประเภท Low Perfusion ได้

5.3.3 สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์

นางสาวฯ แมลง

นรรดา ลักษณ์

ธิม

5.3.4 สามารถวัดค่าซีพจรสได้ในช่วงตั้งแต่ 30ถึง300ครั้งต่อนาที

5.4 ภาควัดค่าความดันโลหิตแบบภายนอก (Non Invasive Blood Pressure)

5.4.1 ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric หรือแบบ Doppler

5.4.2 สามารถวัดความดันโลหิตออกหลอดเลือดได้ทั้ง 3 ค่า คือ Systolic, Diastolic และ Mean arterial pressure

5.4.3 สามารถเลือกวัดได้ 4 แบบ คือ Automatic, Manual, STAT mode และ Sequence mode

5.4.4 สามารถตั้งเวลาในการวัดแบบอัตโนมัติ (Automatic) ได้ดังนี้ 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 นาที, 1, 2, 4, 8, 12 และ 24 ชั่วโมง

5.4.5 สามารถตั้งสัญญาณเตือนในการนีความดันโลหิตสูงหรือต่ำกว่าที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ค่า Systolic, Diastolic และ Mean arterial pressure

6. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

6.1 สายลีดวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 3/5 ลีด จำนวน 1 เส้น / เครื่อง

6.2 สายวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Reusable) จำนวน 1 เส้น / เครื่อง

6.3 สายท่อลมวัดความดันโลหิตแบบภายนอก จำนวน 1 เส้น / เครื่อง

6.4 ผ้าพันแขนวัดความดันโลหิตแบบภายนอก จำนวน 3 ชิ้น / เครื่อง

6.5 ชุดยึดเครื่องสำหรับเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ชุด / เครื่อง

7. เงื่อนไขเฉพาะ

7.1 เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

7.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากส่งมอบของ

7.3 ในกรณีเครื่องบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทจะดำเนินการซ่อมและแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน

7.4 หากเครื่องมีปัญหาบริษัทฯ ต้องสามารถเดินทางมาทำการตรวจเช็คภายใน 5 วัน

- 7.5 ผู้ขายจะต้องสาธิตวิธีการใช้งาน
- 7.6 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
- 7.7 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษผู้ขายจะต้องทำการแปลเอกสารเป็นภาษาไทย โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองสถาบันแปลภาษาที่เชื่อถือได้
- 7.8 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีช่างที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิต โดยให้ยื่นหนังสือรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- 7.9 ผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้รับหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา

นาย ธนา ใจดี

ตรวจสอบ ลงชื่อ

อนุมัติ