

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงนอนผู้ป่วย 3 ไกร พร้อมที่นอนฟองน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1. ความต้องการ

เตียงผู้ป่วย 3 ไกร พร้อมที่นอนฟองน้ำ จำนวน 40 เตียง

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ควบคุมการทำงานด้วยการใช้มือหมุน โดยสามารถปรับพนักพิง หลัง ปรับท่างอเข่า และปรับพื้นเตียงสูง-ต่ำ ได้

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสี รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

3.2 พื้นเตียง มีความแข็งแรง ทำด้วยแผ่นอลูมิเนียม ขอบคว่ำ แบ่งเป็นตอนอย่างน้อย 3 ตอน กว้าง ไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม.ปรับระดับต่ำสุดได้ถึง 50 ซม. หรือดีกว่า และปรับระดับสูงได้ไม่น้อยกว่า 70 ซม. โครงพื้นเตียงทำด้วยเหล็ก

3.3 ราวกัน ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม เกรด 304 มีความยาวตลอดเตียงไม่น้อยกว่า 180 ซม. สามารถปรับขึ้น-ลงได้ เมื่อปรับขึ้น มีความสูงวัดจากพื้นเตียง ไม่น้อยกว่า 30 ซม.

3.4 พนักหัว-ท้ายเตียง ทำด้วยไม้อัดปะหน้าโฟมกำหุ้มขอบสแตนเลส ยกออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยถอด

3.5 ล้อเตียง เป็นแบบล้อยาง หมุนได้รอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว โดยมีล้อเบรค ที่สามารถล็อกทั้งตะเกียบและลูกล้อได้

4. คุณลักษณะเฉพาะ ปรับเตียงด้วยไกแบบมือหมุน 3 ไกร

4.1 ปรับพนักพิงหลังได้ ไม่น้อยกว่า 70 องศา

4.2 ปรับท่างอเข่าได้ ไม่น้อยกว่า 40 องศา

4.3 วัดจากพื้นถึงพื้นเตียง (ไม่รวมที่นอน) ปรับเตียงต่ำสุดได้ถึง 50 ซม.หรือดีกว่า และปรับสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 70 ซม.

5. อุปกรณ์ประกอบเตียง

5.1 ที่นอนฟองน้ำอัดแข็งหุ้มด้วยผ้าหนังเทียม มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. สามารถวางพื้นเตียงได้ และรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม จำนวน 40 หลัง

5.2 หมอนหนุนศีรษะ ขนาดมาตรฐาน ทำด้วยใยสังเคราะห์ หุ้มด้วยหนังเทียม จำนวน 40 ใบ

ร.อ.หญิงศรัณย์รัชต์ ยิบจิรกุล

ประธานกรรมการ

นางสาวฉันทฉัตร รัตมีศรี

กรรมการ

นางสาวดรุณี แสนทวีสุข

กรรมการ

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบครบ
- 6.2 เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 6.3 ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการเครื่องมือแพทย์ ISO 13485
- 6.4 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้จำหน่าย และมีหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ออกให้แก่บริษัทผู้จำหน่าย




ร.อ.หญิงศรัณย์รัชต์ ยิบจิรกุล

ประธานกรรมการ



นางสาวพันธุ์ฉัตร รัตมีศรี

กรรมการ



นางสาวดรุณี แสนทวีสุข

กรรมการ