

รายการ : ชุดตรวจวัดสายตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
จำนวน 1 ชุด

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับวัดสายตา ประกอบแว่น
2. รายละเอียดทั่วไป ชุดโต๊ะสำหรับวางเครื่องตรวจตา แก้วผู้ป่วย เครื่องวัดการมองเห็น และจอวัดสายตา
3. รายละเอียดทางเทคนิค
 - 3.1. โต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ตรวจตาพร้อมแก้ว
 - 3.1.1. สามารถวางเครื่องตรวจตาได้จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง
 - 3.1.2. สามารถมีไฟส่องสว่างด้านเหนือศีรษะได้
 - 3.1.3. มีแผงควบคุมการทำงานของโต๊ะ และแก้ว นี้ไม่น้อยกว่า ดังนี้ ได้
 - 3.1.3.1. ปุ่ม Power สำหรับเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง
 - 3.1.3.2. มีปุ่มควบคุมสำหรับปรับระดับขึ้น และลงของแก้ว
 - 3.1.3.3. มีปุ่มควบคุมการเปิด-ปิดของคอมพิวเตอร์
 - 3.1.4. สามารถมีแขนสำหรับแขวนเลนส์หวักะโทล (Phorofter) ได้
 - 3.1.5. โต๊ะสามารถปรับระดับสูง และต่ำได้ด้วยระบบไฟฟ้า
 - 3.1.6. แก้วสามารถปรับเลื่อนเพื่อให้รถเข็นเข้าได้
 - 3.1.7. แก้วผู้ป่วยสามารถปรับระดับสูง และต่ำได้ด้วยระบบไฟฟ้า
 - 3.1.8. สามารถปรับระดับของพนักงานพิงหลัง และที่พักแขนได้
 - 3.2. เลนส์หวักะโทลแบบอัตโนมัติ Auto Phorofter
 - 3.2.1. สามารถมีแป้นกดสั่งการแบบจอแสดงภาพสีสำหรับกดสั่งการทำงานการวัดสายตาได้
 - 3.2.2. มีเลนส์ทรงกลม (Sphere) ช่วงตั้งแต่ -19.00 ถึง +27.25 ไดออพเตอร์ โดยสามารถมีความละเอียดขั้นละ 0.25, 0.5 และ 1.0 ไดออพเตอร์ ได้
 - 3.2.3. มีเลนส์ทรงกระบอก (Cylinder) ช่วงตั้งแต่ -5.00 ถึง +5.00 ไดออพเตอร์ โดยสามารถมีความละเอียดขั้นละ 0.25 ไดออพเตอร์ ได้
 - 3.2.4. สามารถปรับระยะห่างระหว่างรูม่านตาได้ช่วงตั้งแต่ 48 ถึง 80 มิลลิเมตร โดยสามารถมีความละเอียดขั้นละ 0.5 หรือ 1 มิลลิเมตร ได้
 - 3.2.5. สามารถปรับแนวแกนองศาได้ช่วงตั้งแต่ 0-180 องศา โดยสามารถมีความละเอียดขั้นละ 1 และ 5 องศา ได้
 - 3.2.6. สามารถตรวจกรณีต้องใช้เลนส์ Cross Cylinder ได้
 - 3.2.7. มีเลนส์ปริซึมไม่น้อยกว่าช่วงตั้งแต่ 0 - 20 ปริซึมไดออพเตอร์ โดยสามารถมีความละเอียดขั้นละ 1.0 ปริซึมไดออพเตอร์ ได้
 - 3.2.8. มีจอสำหรับทดสอบสายตาชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ควบคุมแบบไร้สาย
 - 3.2.9. จอทดสอบสายตาสามารถติดตั้งบนเสา หรือบนผนังได้


4. เงื่อนไขอื่นๆ


4.1. รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี

4.2. คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

4.3. ต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน ยกเว้นการทดสอบจากทางบริษัทผู้จำหน่าย

4.4. มีการบำรุงรักษาทุก 12 เดือนภายในระยะเวลาการประกันสินค้า

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(แพทย์หญิงรพีพร ยอดพรหม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(พญ.วธินีย์ ศรีพวาทกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ)