

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค จำนวน 3 รายการ

1. ความต้องการ

ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค จำนวน 3 รายการ ดังนี้


- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ขนาด S | จำนวน 20,000 กล่อง |
| 2. ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ขนาด M | จำนวน 1,000 กล่อง |
| 3. ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ขนาด XS | จำนวน 1,000 กล่อง |


2. วัตถุประสงค์การใช้งาน


เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงระหว่างผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน หรือใช้สวมใส่ป้องกันเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1 เป็นถุงมือทางการแพทย์สำหรับตรวจโรค ทำจากน้ำยางธรรมชาติ ชนิดใช้ครั้งเดียว ไม่ปราศจากเชื้อ มีแป้ง
- 3.2 เนื้อถุงมือมีความยืดหยุ่นดี ไม่มีก้างขณะใช้งานและขณะสวมใส่ ไม่มีฟองอากาศในเนื้อถุงมือ ปราศจากรอยตำหนิใดๆ
- 3.3 ผ่านการทดสอบการรั่วซึม ตามมาตรฐาน มอก. 1056 (แสดงเอกสารประกอบ)
- 3.4 ผ่านการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังและความเป็นพิษต่อชั้นผิวหนัง (แสดงเอกสารประกอบ)
- 3.5 มีความต้านแรงดึง และความยืดเมื่อขาด (แสดงเอกสารประกอบ)
- 3.6 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือมาตรฐาน ISO 13485 (แสดงเอกสารประกอบ)
- 3.7 ผู้ผลิตภายในประเทศหรือผู้นำเข้าจะต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนำเข้า เครื่องมือแพทย์ (แสดงเอกสารประกอบ)
- 3.8 การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุถุงมือต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจน ทั้งนี้ จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ โดยแสดงรายละเอียด ชื่อ ชนิด ขนาด จำนวนบรรจุ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุอย่างชัดเจน
- 3.9 บรรจุในภาชนะทึบแสง โดย 1 กล่อง ต้องบรรจุไม่น้อยกว่า 50 คู่ หรือ 100 ซ้าง


(นางอรชพร พันธุ์พัฒน์)
ประธานกรรมการ


(นางปิยะวรรณ ทิมดี)
กรรมการ


(นางมยุรา พรประไพ)
กรรมการ