

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายการ : ชุดเครื่องมือผ่าตัดจุกศัลยกรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด

### 1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดเครื่องมือผ่าตัดจุกศัลยกรรมเพื่อช่วยให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ




### 2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1 เป็นชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดจุกศัลยกรรม
- 2.2 ทำด้วยสแตนเลสปลอดสนิม
- 2.3 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ (Steam Sterilization)
- 2.4 เป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานการผลิตเครื่องมือชนิดและรุ่นเดียวกัน ขนาดไม่แตกต่างกันเกิน 1.5 มม. โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต




### 3. คุณลักษณะเฉพาะ

- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 1.1 | ด้ามจับโพลาร์ Rose Gold Non stick ขนาดหัว ไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร<br>ความยาวส่วนใช้งาน ไม่เกิน 90 มิลลิเมตร | จำนวน 2 ชิ้น |
| 3.2 | ด้ามจับโพลาร์ Rose Gold Non stick ขนาดหัว ไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร<br>ความยาวส่วนใช้งาน ไม่เกิน 70 มิลลิเมตร | จำนวน 2 ชิ้น |
| 3.3 | ด้ามจับโพลาร์ Rose Gold Non stick ขนาดหัว ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร<br>ความยาวส่วนใช้งาน ไม่เกิน 90 มิลลิเมตร | จำนวน 2 ชิ้น |
| 3.4 | ด้ามจับโพลาร์ Rose Gold Non stick ขนาดหัว ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร<br>ความยาวส่วนใช้งาน ไม่เกิน 90 มิลลิเมตร | จำนวน 2 ชิ้น |
| 3.5 | คีมจับเข็มชนิดไมโคร แบบไบโยเน็ท สำหรับไหมขนาด 7/0<br>ความยาวส่วนใช้งาน ไม่เกิน 90 มิลลิเมตร                   | จำนวน 1 ชิ้น |
| 3.6 | คีมขบกระดูกความยาว 200 มิลลิเมตร ปลายปากทำมุมขึ้น 130 องศา<br>ขนาด ไม่เกิน 3.0 มิลลิเมตร                      | จำนวน 1 ชิ้น |
| 3.7 | คีมขบกระดูกความยาว 200 มิลลิเมตร ปลายปากทำมุมขึ้น 130 องศา<br>ขนาด ไม่เกิน 4.0 มิลลิเมตร                      | จำนวน 1 ชิ้น |

#### คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ




		
(นพ.อนันท์ แก้วประดิษฐ์)	(พญ.วรรณมา เลิศสุขสวัสดิ์)	(นางปริยาภรณ์ บุรณากาญจน์)

3.8 คีมขบกระดูกความยาว 200 มิลลิเมตร ปลายปากทำมุมขึ้น 130 องศา ขนาดไม่เกิน 5.0 มิลลิเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
3.9 กรรไกรชนิด Yasargil แบบไบโโยเน็ท ปลายปากแหลม ตรง ความยาวไม่เกิน 185 มิลลิเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
3.10 กรรไกรชนิด MIN Noir แบบไบโโยเน็ท ปลายปากทู่/แหลม ตรง ความยาวไม่เกิน 220 มิลลิเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
3.11 กรรไกรชนิด MIN Noir แบบไบโโยเน็ท ปลายปากทู่/แหลม โค้งขึ้น ความยาวไม่เกิน 220 มิลลิเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
3.12 กรรไกรชนิด MIN Noir แบบไบโโยเน็ท ปลายปากทู่/แหลม ตรง ความยาวไม่เกิน 250 มิลลิเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
3.13 ท่อดูดของเหลว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 Fr. ความยาวส่วนใช้งาน 115 มม. ความยาวรวมไม่เกิน 180 มม.	จำนวน 1 ชิ้น
3.14 ท่อดูดของเหลว เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 Fr. ความยาวส่วนใช้งาน 140 มม. ความยาวรวมไม่เกิน 205 มม.	จำนวน 1 ชิ้น
3.15 ท่อดูดของเหลว เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 Fr. ความยาวส่วนใช้งาน 140 มม. ความยาวรวมไม่เกิน 205 มม.	จำนวน 1 ชิ้น
3.16 ท่อดูดของเหลว เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 Fr. ความยาวส่วนใช้งาน 140 มม. ความยาวรวมไม่เกิน 205 มม.	จำนวน 1 ชิ้น
3.17 ท่อดูดของเหลว เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 Fr. ความยาวส่วนใช้งาน 165 มม. ความยาวรวมไม่เกิน 230 มม.	จำนวน 1 ชิ้น
3.18 ท่อดูดของเหลว รุ่น RAABE เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 Fr. ความยาวส่วนใช้งาน 120 มม. ความยาวรวมไม่เกิน 165 มม.	จำนวน 1 ชิ้น
3.19 สายต่อจี้แบบไปโพลาร์ ชนิดใช้ซ้ำ	จำนวน 8 เส้น
3.20 กรรไกรไมโคร แบบ CASPAR ปลายปากแหลมโค้ง หมุนได้ 360 องศา ความยาวส่วนใช้งานไม่เกิน 115 มิลลิเมตร	จำนวน 1 ชิ้น
3.20 อุปกรณ์เลาะเนื้อเยื่อ แบบ LANDOLT-REULEN ปลายปากเรียวทู่ ความยาวส่วนใช้งานไม่เกิน 140 มิลลิเมตร	จำนวน 1 ชิ้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ		
 ..... (นพ.อนันท์ แก้วประดิษฐ์)	 ..... (พญ.วรรณ เลิศสุขสวัสดิ์)	 ..... (นางปรียาภรณ์ บุรณากาญจน์)

#### 4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 เป็นสินค้าใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 4.2 รับประกันการใช้งานอย่างถูกวิธีเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
- 4.3 ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ		
 ..... (นพ.อนันท์ แก้วประดิษฐ์)	 ..... (พญ.วรรณนา เลิศสุขสวัสดิ์)	 ..... (นางปรียาภรณ์ บุรณากาญจน์)