

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดอ่างล้างล้างสองตรวจเบื้องต้น แบบ 2 อ่าง
ตำบลตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ความต้องการ ชุดอ่างล้างล้างสองตรวจเบื้องต้น แบบ 2 อ่าง จำนวน 1 ชุด

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับล้างล้างสองตรวจตามขั้นตอนการล้างล้างและเพิ่มความปลอดภัยในขั้นตอน
การล้างล้างสองตรวจ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตู้และแผงด้านหลัง โครงสร้างทำด้วยไฟเบอร์กลาส ทนต่อสภาวะกรด-ด่าง
2. เป็นแบบ 2 อ่าง สำหรับอ่างล้างเบื้องต้น, อ่างล้างเอ็นไซม์(Prewash) 1 อ่าง, อ่างล้างน้ำสะอาดก่อนแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ(Rinse) 1 อ่าง
3. อ่างขึ้นรูปจากไฟเบอร์กลาส เคลือบผิวเรียบลื่น ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย ทนต่อสภาวะกรด-ด่าง และป้องกันความเสียหายของกล่องสองตรวจ
4. มีหลอดไฟให้แสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานของผู้ใช้งานรวมอยู่ในระบบไม่น้อยกว่า 3 ดวง
5. อ่างล้างเบื้องต้น (Prewash) มีระบบหมุนเวียนน้ำยาเอ็นไซม์และระบบเป่าลมแห้งภายในช่องใช้งานแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถตั้งเวลาเพื่อควบคุมการทำงานได้ สามารถตั้งเวลาหมุนเวียนน้ำยาเอ็นไซม์ได้ตั้งแต่ 0.10 นาที จนถึง 99.59 นาที ควบคุมการทำงานโดยใช้ Microcontroller พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อทำงานเสร็จสิ้นและสามารถตั้งเวลาเป่าลมแห้งภายในช่องใช้งานแบบอัตโนมัติได้ตั้งแต่ 0.10 นาที จนถึง 99.59 นาที ควบคุมการทำงานโดยใช้ Microcontroller พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อทำงานเสร็จสิ้น
6. มีหัวกรองน้ำในขั้นตอนการดูดน้ำเพื่อป้องกัน สิ่งสกปรกเข้าไปภายในช่องใช้งาน
7. อ่างล้างน้ำสะอาดก่อนแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ (Rinse) มีระบบไล่น้ำและระบบเป่าลมแห้งภายในช่องใช้งานกล่องสองตรวจ
8. มีหน้าโต๊ะสำหรับกระบวนการ Visual Inspection ก่อนทำการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อรวมอยู่ในระบบล้างล้างสองตรวจเบื้องต้น โดยโต๊ะสำหรับกระบวนการ Visual Inspection มีโครงสร้างทำด้วยไฟเบอร์กลาส เคลือบผิวลื่น โต๊ะสำหรับกระบวนการ Visual Inspection มีระบบเป่าลมแห้งภายนอกกล่องสองตรวจ(Air gun) ,ขนาดของโต๊ะสำหรับกระบวนการ Visual Inspection มีขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 50 X กว้าง 50 ซม.
9. ใช้ไฟฟ้า 220 V 50 Hz
10. มีสวิตช์เปิด - ปิดหลอดไฟ
11. มีชุดใส่กรองน้ำเบื้องต้น 3 ขั้นตอน
12. ชุดอ่างล้างล้างมีขนาด ไม่น้อยกว่ากว้าง 77 X ยาว 178 X สูง 188 เซนติเมตร



(นายแพทย์พจน์ จารุตระกูลชัย)
ประธานกรรมการ



(นางสาววันดี วาปี)
กรรมการ



(นางสาวปรียาภรณ์ โตชนะนันท์)
กรรมการ

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพเครื่องอย่างน้อย 2 ปี เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการสาธิตหรือถูกใช้งานมาก่อน พร้อมติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
2. บริษัทผู้แทนจำหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้-การดูแลบำรุงรักษา และการตรวจสอบภาษาไทย (Operation Manual and Service Manual) ทั้งหมดอย่างน้อย จำนวน 3 ชุด
3. ในระหว่างประกันผู้ขายต้องส่งช่างเข้ามา ตรวจสอบและทำการบำรุงรักษา ทุก 6 เดือนโดยแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการและต้องมีเอกสารประกอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาส่งมอบให้กับผู้ซื้อ และหากพบว่าเครื่องมีความผิดปกติต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ และทำการแก้ไขทันที
4. ผู้ขายต้องจัดอบรมวิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องมือประจำหน่วยงานเพื่อให้
5. สามารถทำการดูแล บำรุงรักษา และทำการตรวจสอบเบื้องต้นได้
5. ปลั๊กไฟที่ใช้ต้องเป็นแบบ 3 ขา มีขาตรง 2 ขา และมีสายดิน 1 ขา
6. ต้องมีเอกสารรับรองมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 5 ปี จากผู้ผลิต
7. การส่งมอบผู้ขายต้องทำการสอบเทียบตามข้อกำหนดของเครื่อง ส่งรายงานพร้อมเครื่องและต้องดำเนินการสอบเทียบอีกอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนหมดระยะประกัน



(นายแพทย์ปพนธ์ จารุตระกูลชัย)
ประธานกรรมการ



(นางสาววันดี วาปี)
กรรมการ



(นางสาวปริยาภรณ์ โดชนะนันท์)
กรรมการ