



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดผ่าตัดต่อกระดูก Classet Phaco (centurion)

1. ความต้องการ ชุดผ่าตัดต่อกระดูก Classet Phaco (centurion) จำนวน 300 ชุด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน
เป็นตลับทดน้ำเข้า-ออก (FMS – Fluidic Management system)
ใช้กับเครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น CENTURION
3. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 เป็นตลับ ทดน้ำ เข้า-ออก ชนิดควบคุมการไหลของน้ำเกลือด้วยการปรับความสูงของเสาน้ำเกลือ
 - 3.2 มีสาย I/V ในตัว
 - 3.3 ตัว FMS มีถุนน้ำทิ้งขนาดความจุ 500cc. ติดอยู่
 - 3.4 สายของ FMS ทั้งหมดทำจาก PVC
 - 3.5 มีถุนคลุมภาควางอุปกรณ์ จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.6 เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
4. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 4.1 บรรจุภัณฑ์ ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด
 - 4.2 สินค้าที่ส่งมอบ มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน


.....
(แพทย์หญิงชนิยา ศรีสุวรรณภรณ์)
ประธานกรรมการ


.....
(แพทย์หญิงสุชีรา ศรีณย์เกตุ)
กรรมการ


.....
(แพทย์หญิงวรินยุพา พินิตวุฒล)
กรรมการ