

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดด้ามสลายต่อกระดูก

1. ความต้องการ

ชุดด้ามสลายต่อกระดูก

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ประกอบกับเครื่องสลายต่อกระดูกเดิม Stellaris ในการผ่าตัดสลายต่อกระดูก

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 ด้ามสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Handpiece)

3.2 ด้ามสำหรับลำและดูดเศษเลนส์ (I/A Handpiece)

3.3 หัวลำและดูดเศษเลนส์ ชนิดตรงขนาด 0.4 มม. (I/A Tip)

3.4 ภาชนะใส่ชุดเครื่องมือสลายต่อกระดูก

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1 ด้ามสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Handpiece)

4.1.1 ตัวด้ามสลายต่อกระดูกเป็นรุ่นที่สามารถใช้กับเครื่อง Phaco รุ่น Stellaris เดิมของโรงพยาบาล

4.1.2 ให้พลังงานที่ความถี่ 28.5 KHz

4.1.3 ตัวด้ามทำจากไททาเนียม มี Irrigation port ที่มีข้อต่อที่สามารถป้องกันสายน้ำหลุด

4.1.4 สามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave

4.2 ด้ามสำหรับลำและดูดเศษเลนส์ (I/A Handpiece)

4.2.1 เป็นด้ามมือถือสำหรับลำและดูดเศษเลนส์ (I/A Handpiece) ที่สามารถใช้กับเครื่อง Phaco รุ่น Stellaris เดิมของโรงพยาบาล

4.2.2 ตัวด้ามมี Irrigation port ที่มีข้อต่อที่สามารถป้องกันสายน้ำหลุด

4.2.3 ใช้งานร่วมกับ I/A Tips ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยน Tips ได้


4.2.4 สามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave

4.3 หัวลำและดูดเศษเลนส์ ชนิดตรงขนาด 0.4 มม. (I/A Tip)

4.3.1 เป็นหัวเข็มใช้ร่วมกับด้ามสำหรับลำและดูดเศษเลนส์ (I/A Handpiece) สำหรับเครื่อง Phaco รุ่น Stellaris เดิมของโรงพยาบาล

4.3.2 หัวเข็ม (Tips) ชนิดปลายตรง มีรูสำหรับดูดเศษเลนส์ ขนาด 0.4 มม.

4.3.3 สามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave



(แพทย์หญิงวรรณรัตน์ จงไพจิตรสกุล)

ประธานกรรมการ



(แพทย์หญิงวรรณิตา สุขเจียรพันธ์)

กรรมการ



(นางสาวสุภัชสร พึ่งกุล)

กรรมการ

4.4 ถาดใส่ชุดเครื่องมือสลายต่อกระดูก

4.4.1 สามารถใส่ด้ามสลายต่อกระดูก, ด้าม I/A และอุปกรณ์ประกอบได้

4.4.2 สามารถถอดได้ และสามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1 ด้ามสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Handpiece) 3 ชั้น

5.2 ด้ามสำหรับล้างและดูดเศษเลนส์ (I/A Handpiece) 3 ชั้น

5.3 หัวล้างและดูดเศษเลนส์ ชนิดตรงขนาด 0.4 มม. (I/A Tip) 3 ชั้น

5.4 ถาดใส่ชุดเครื่องมือสลายต่อกระดูก 3 กล่อง

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 รับประกันคุณภาพ 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ



.....
(แพทย์หญิงวรรณรัตน์ จงไพจิตรสกุล)

ประธานกรรมการ



.....
(แพทย์หญิงวรรณิตา สุกเจียรพันธ์)

กรรมการ



.....
(นางสาวสุภัชสร พึ่งกุล)

กรรมการ