รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ขนาด S

1. ความต้องการ

ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ขนาด S จำนวน 15,000 กล่อง

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงระหว่างผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน หรือใช้สวมใส่ป้องกันเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 เป็นถุงมือทางการแพทย์สำหรับตรวจโรค ทำจากน้ำยางธรรมชาติ ชนิดใช้ครั้งเดียว ไม่ปราศจากเชื้อ มีแป้ง

3.2 เนื้อถุงมือมีความยืดหยุ่นดี ไม่ฉีกง่ายขณะใช้งานและขณะสวมใส่ ไม่มีฟองอากาศในเนื้อถุงมือ ปราศจากรอยตำหนิใดๆ

3.3 ผ่านการทดสอบการรั่วซึม ตามมาตรฐาน มอก. 1056 (แสดงเอกสารประกอบ)

3.4 ผ่านการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังและความเป็นพิษต่อชั้นผิวหนัง (แสดงเอกสารประกอบ)

3.5 มีความต้านแรงดึง และความยืดเมื่อขาด (แสดงเอกสารประกอบ)

3.6 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือมาตรฐาน ISO 13485 (แสดงเอกสารประกอบ)

3.7 ผู้ผลิตภายในประเทศหรือผู้นำเข้าจะต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (แสดงเอกสารประกอบ)

3.8 การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุถุงมือต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจน ทั้งนี้ จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ โดยแสดงรายละเอียด ชื่อ ชนิด ขนาด จำนวนบรรจุ เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

3.9 บรรจุในภาชนะทึบแสง โดย 1 กล่อง ต้องบรรจุไม่น้อยกว่า 50 คู่ หรือ 100 ข้าง

(นางอรชพร พันธุ์พิพัฒน์)	(นางมยุรา พรประไพ)	(นางธัญธร เดชบุญมา)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ